

项目编号：KY2022-1-179.

陕西省康复辅助器具中心
民政直属康复辅具机构能力建设设备
配置辅具租赁试点项目（康复辅助器具
及设施设备购置）（第1包）
（二次）

竞争性谈判文件

陕西开源招标有限公司

2022年10月

目 录

第一部分	谈判公告	1
第二部分	供应商须知	5
第三部分	技术参数及要求	1
第四部分	合同范本	35
第五部分	谈判响应文件格式	39

第一部分 谈判公告

陕西省康复辅助器具中心民政直属康复辅具机构能力建设设备配置辅具租赁试点项目（康复辅助器具及设施设备购置）（第1包）（二次）潜在的供应商可在云招易采电子招投标平台（<https://www.yzycpt.cn/#/home>）获取采购文件，并于2022-10-26 9:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-179.

2、项目名称：陕西省康复辅助器具中心民政直属康复辅具机构能力建设设备配置辅具租赁试点项目（康复辅助器具及设施设备购置）（第1包）（二次）

3、预算金额：724250元

4、最高限价：724250元

5、采购需求：

陕西省康复辅助器具中心民政直属康复辅具机构能力建设设备配置辅具租赁试点项目（康复辅助器具及设施设备购置）（第1包）（二次），1项，预算金额：724250元，项目概况：康复辅助器具，具体内容详见谈判文件第三部分，简要技术要求、用途：项目自用。

6、合同履行期限：交货期：合同签订后90个日历日（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见—财库〔2004〕185号

- (5) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号
- (6) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号
- (7) 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）
- (8) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号
- (9) 其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

(2) 财务状况报告：提供 2021 年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

(3) 税收缴纳证明：提供 2022 年 1 月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2022 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

(7) 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）

(8) 投标产品属于医疗器械的，供应商为生产厂家应出具医疗器械生产许可证、产品注册证；供应商为代理商的同时还需出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证。

备注：本项目不接受联合体谈判，本项目非专门面向中小企业采购。

三、 采购文件的获取方式

时间：2022-10-17 9:00:00 起至 2022-10-20 17:00:00 止

获取地点：云招易采电子招投标平台（<https://www.yzycpt.cn/#/home>）在线获取。

获取方式：采取线上报名，潜在供应商可通过登录云招易采电子招投标平台（<https://www.yzycpt.cn/#/home>）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【供应商首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标的项目】列表中打开本项目，在线购买招标文件，购买完成后在线下载招标文件及工具。

采购文件售价：

300.00 元（人民币），售后不退；

注：本次采购文件的获取须在云招易采电子招投标平台（<https://www.yzycpt.cn/#/home>）进行操作，没有账号的潜在供应商自行在云招易采电子招投标平台（<https://www.yzycpt.cn/#/home>）注册，注册流程参见本网站帮助中心帮助文档中的《用户注册操作手册》；联系电话：029-89193320。

四、 响应文件递交

截止时间：2022-10-26 9:30:00

地点：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层第一会议室

五、 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、 其他补充事宜

1、合同履行期：交货期：合同签订后 90 个日历日；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账 号：86113010750181501001939。

3、下载采购文件请提交单位介绍信和本人身份证复印件并加盖公章。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕

西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省康复辅助器具中心

地址：西安市长乐西路 118 号

联系人：范老师

电话：029-83652962

2、项目联系方式

项目联系人：王婉珍、韩婷、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-812

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层

陕西开源招标有限公司

2022 年 10 月 17 日

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名称	具体内容和要求
1	采购项目	陕西省康复辅助器具中心民政直属康复辅具机构能力建设设备配置辅具租赁试点项目（康复辅助器具及设施设备购置）（第1包）（二次）
	采购预算	724250 元
	核心产品	卧式淋浴仓、智能 AI 语音控制电饭煲、智能 AI 语音盲文寻物器。
	公告媒体	陕西省政府采购网
2	采购人	1、名称：陕西省康复辅助器具中心 2、地址：西安市长乐西路 118 号 3、电话：029- 83652962 4、联系人：范老师
3	采购代理机构	1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路 1111 号莱安中心 T6-15 层 3、电话：029-81206622-812 4、联系人：王婉珍、韩婷、刘金柯、卢韶华
4	供应商资格条件	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供 2021 年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供 2022 年 1 月至今已缴纳至少

		<p>一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。</p> <p>（4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。</p> <p>（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。</p> <p>（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）</p> <p>（8）投标产品属于医疗器械的，供应商为制造厂家应出具医疗器械生产许可证、产品注册证；供应商为代理商的同时还需出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证。</p> <p>以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格证明文件谈判现场同谈判响应文件一并递交。</p> <p>备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、分支机构参与谈判时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与响应，且不能</p>
--	--	--

		<p>与分支机构同时参与响应。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。</p> <p>3、事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应活动。</p> <p>5、谈判文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。</p>
5	本项目是否接受联合体谈判	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	响应文件有效期	响应文件有效期为自谈判之日起算 90 个日历日
7	现场踏勘	是否组织踏勘： <input type="checkbox"/> 组织/ <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
8	样品	是否要求提供样品： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	采购进口产品	本项目拒绝进口产品参加谈判
10	政府采购强制采购：节能产品	否
11	政府采购强制采购：信息安全认证	否
12	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	不涉及
13	政府采购优先采购：环境标志产品	不涉及
14	支持中小企业	<p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件，对小型和微型企业产品的价格给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与投标。 本项目的扣除比例为：扣除 10%。</p>

		采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
15	支持监狱企业	非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。
16	其他法律法规强制性规定或扶持政策	残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17	递交响应文件的截止时间和地点	1、时间：2022-10-26 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室
18	谈判时间和地点	1、时间：2022-10-26 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室
19	谈判保证金	1、本次谈判活动须交纳保证金为： 壹万贰仟元整（¥12000元） 2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账号：86113010750181501001939 4、谈判保证金到账（保函提交）截止时间与谈判截止

		<p>时间一致。</p> <p>（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。）</p> <p>备注：</p> <p>（1）谈判保证金以供应商名称汇款，如以个人汇款，视为无效。</p> <p>（2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。</p> <p>（3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃谈判权利。</p> <p>（4）谈判保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为谈判无效。</p> <p>（5）<u>由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。</u></p>
20	响应文件份数	<p>本次谈判需提交响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。</p>
21	交货的时间、地点等	<p>1、交货期：合同签订后90个日历日</p> <p>2、交货地点：陕西省康复辅助器具中心指定地点</p> <p>3、质保期：1年</p>
22	结算方式	<p>1、结算单位：由甲方负责结算，付款前5个工作日乙方开具合同总价款的全额增值税专用发票给甲方。</p> <p>2、付款方式：合同签订后甲方一次性支付全款。</p>

23	履约保证金	是否要求提供履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 本项目履约保证金为合同总价款的5%，在合同签订前成交供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。一年后项目无任何质量问题，一次性无息退还。
24	成交服务费	成交服务费按约定由成交供应商支付。
25	其他	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。

供应商须知正文

一. 名词解释

- ◇ 采购人：陕西省康复辅助器具中心
- ◇ 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门
- ◇ 采购代理机构：陕西开源招标有限公司
- ◇ 供应商：满足本次谈判要求具有相应资格和完成项目能力的供应商
- ◇ 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称
- ◇ 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二. 供应商

1、合格供应商

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三. 谈判文件

1、谈判文件

- (1) 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；供应商应仔细阅读谈判文件中所有

的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应,按照谈判文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次谈判依据采购人的采购计划,仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

（3）谈判文件的购买：谈判公告发布后,供应商应从采购代理机构购买谈判文件,供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效谈判文件;谈判文件一经售出,一律不退,仅作为本次谈判使用。

2、谈判文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的,采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间三个工作日前,以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商,并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后,应当立即以书面形式向采购代理机构确认;不足三个工作日的,采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见谈判公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的,须出具法定代表人资格证明书;委托代理人提交质疑的,必须向其出具授权委托书,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项,由法定代表人签字或者盖章,并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容:

- 1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- 2、质疑项目的名称、编号;
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- 4、事实依据;
- 5、必要的法律依据;
- 6、提出质疑的日期。

备注:供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本次谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为：陕西省康复辅助器具中心民政直属康复辅具机构能力建设设备配置辅具租赁试点项目（康复辅助器具及设施设备购置）（第1包）（二次）。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对各包进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以包为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、谈判响应文件的编制

谈判响应文件按照谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

- （1）按照格式要求填写的谈判响应函；
- （2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；
- （3）按要求出具的资格条件证明文件；
- （4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；
- （5）供应商的谈判方案；

- A、供应商企业简介。
 - B、供应商完成项目的组织机构、实施计划。
 - C、供应商完成项目保障能力。
 - D、谈判响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
 - E、供应商认为有必要说明的问题。
- (6) 供应商承诺书。

4、谈判报价

(1) 谈判报价是指完成本项目的所有费用，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；
(2) 供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应报价；任何有选择的报价不予接受；

(3) 谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

(4) 响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

(5) 谈判文件中的响应报价表为一次报价，供应商谈判现场提交的二次报价为最终报价。

(6) 合同价格：经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

(7) 凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

(8) 供应商不得以低于成本的报价参加谈判。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

(10) 供应商对响应产品只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

5、谈判保证金：谈判保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

(1) 谈判保证金退还：

A. 未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，无需亲自前来办理；

B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622-802/803

（3）成交供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其缴纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、谈判后在谈判文件规定的响应有效期内，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、谈判响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

（2）本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求；

(3) 供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

(4) 供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

(5) 谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

(6) 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

(7) 为响应国家环保号召，谈判响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

五. 谈判响应文件封装、递交

1、谈判响应文件的封装及标记

(1) 谈判响应文件应的封装：

A. 供应商应将谈判响应文件的正本、副本、电子版谈判响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版谈判响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；

B. 封袋正面标识式样（参见格式）

(2) 如果供应商未按上述要求密封及加写标记的谈判响应文件、误投、过早启封的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、谈判响应文件递交

(1) 供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件递交至谈判现场；

(2) 采购代理机构项目负责人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

(3) 采购代理机构在宣布递交谈判响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

(4) 无论供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。

3、谈判响应截止时间

（1）供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）因采购人推迟谈判响应截止时间时，采购代理机构应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。如采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六. 谈判、澄清、成交

1、谈判

（1）采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议。

（2）谈判大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加谈判的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。

（4）查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、谈判价格和谈判文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、谈判小组组成与职责

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组按相关规定组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名

单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合财政部门的投诉处理工作。

3、谈判响应文件的初审

(1) 初审分为资格性审查和符合性审查。

(2) 资格性审查：依据谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

(3) 符合性审查：依据谈判文件规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

符合性 审查	1	供应商名称与营业执照、资质证书一致
	2	谈判响应文件按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章
	3	谈判响应文件的有效期达到谈判文件要求
	4	保证金交纳符合谈判文件要求
	5	符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求

(4) 谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其谈判响应文件无效。

（5）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的谈判报价超过采购预算/最高限价的；

B、供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、谈判响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、谈判响应文件未按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、谈判响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

- K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
- L、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- M、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
- N、谈判响应产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；
- O、谈判响应文件未实质性响应谈判文件要求的；
- P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其谈判响应文件无效：

- A、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- B、不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- C、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- D、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
- E、不同供应商的谈判响应文件相互混装；
- F、不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、澄清

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

7、谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，

以供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行谈判。

8、谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

- A、供应商最终报价；
- B、响应产品的质量、性能、技术参数；
- C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；
- D、供应商售后服务的承诺；
- E、供应商商务响应；
- F、供应商完成项目保障能力；
- G、供应商的业绩、信誉。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及服务仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

9、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标

志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见—财库〔2004〕185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》
（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策。

10、成交

（1）采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向成交供应商发出“成交通知书”。

七. 签订合同

1、谈判文件、谈判文件的修改、补充文件，成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商的谈判响应文件，参照本谈判文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容一致。采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同，采购人

和成交供应商不得再行订立背离谈判文件、谈判响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的，或接到成交通知书后在规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监管机构通报全省，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八. 成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准下浮30%收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%

5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.015%

注：成交服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为 1200 万元，计算成交服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

(500-100) 万元×1.1%=4.4 万元

(1000-500) 万元×0.8%=4 万元

(1200-1000) 万元×0.5%=1 万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9 万元

九. 其他事项

1、竞争性谈判项目实行二次报价，第一次报价后，谈判小组可以变更采购需求，二次报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

2、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 技术参数及要求

康复辅助器具及设施设备采购明细单（康复辅助器具）

序号	产品名称	数量	技术指标
1	液压升降移位机	1	1. 产品材质主轴：实心钢柱滑轮：医用静音滑轮；支架：厚度 2.0 钢管靠背：PE/吹塑成型；坐板：面部 ABS/底部钢板握手：环保橡胶； 2. 产品尺寸约长：700mm 宽：535mm 高：940mm；脚动刹车升降高度：<20cm；通行宽度：>60cm 承重：<120kg；总重量：约 18kg 带包装重量：约 23kg； 3. 自由升降调节，脚刹静音轮，180° 开合，液压式操作。
2	加厚照明铝合金手杖	15	1、材质铝合金，22mm 管直径、壁厚 ≥ 1.2 mm，表面防氧化处理。 2、高度可调，73cm-96cm 适合 1.50m-1.75m 人群使用，定位安全可靠。 3、支脚垫材质为工程聚丙烯材料一次注塑成型，抗菌抗老化。 4、调节方式：弹珠调节。
3	四脚双弯拐	15	1、高度：78-95CM 8 档可调节；底座尺寸：约 18CM*26CM 净重： ≤ 1.2 KG； 2、产品符合以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准， 2.1) 主架：采用 6061F 铝合金+碳钢材质构成，管的直径 19MM，壁厚 ≥ 1.4 MM，表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计，. 两级扶手设计，具辅

			<p>助起身功能；</p> <p>2.2) 底座：底盘焊点加固处理，整体高度八档可调节</p> <p>2.3) 握把：采用 TPR 握把，手柄内置钢柱</p> <p>2.4) 脚垫：≥5MM 橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫。</p>
4	沐浴轮椅车	1	<p>1、尺寸：约座宽：40cm 座深：38cm, 扶手高：25cm 靠背高：37cm； 前座高：45cm； 后座高：42cm，以上尺寸允差±1cm。</p> <p>2、前轮：6 英寸 PU 胎 ，后轮：12 英寸 PU 胎。</p> <p>3、脚踏板调节：36/38/40cm。</p> <p>4、长宽高：85*55*90cm（±2cm）； 折叠后长宽高：85*55*90cm（±2cm）</p> <p>5、刹车类型：鼓式刹车。</p> <p>6、座背垫颜色:黄色（EVA）。</p> <p>7、护理用沐浴轮椅。</p> <p>8、升降式扶手；脚踏固定式刹车；前后轮无需充气；波浪形防水车架；可拆卸式防水座背垫。</p>
5	卧式淋浴仓	1	<p>1、设备输入功率：≤1KW；</p> <p>2、连续工作方式；</p> <p>3、水箱容量：≥60 升；</p> <p>4、供热水（≤45℃）方式：机械混合方式；</p> <p>5、淋浴可调节温度：32~45 度范围。</p> <p>6、花洒可调节温度：小于 45 度范围。</p>

			<p>7、入浴方式：躺在专用担架上正面或侧面入浴。</p> <p>8、担架最大承重：≥90KG；</p> <p>9、担架升降范围：200-400MM；</p> <p>10、担架电池容量：≥8AH；</p> <p>11、外观尺寸：2080x1034x1680mm(±2mm)淋浴温度范围：36—42℃</p> <p>12、淋浴喷头：上部8个，下部8个；消毒喷头：上部4个，下部4个</p> <p>13、设备主要功能：自动/手动洗浴功能；洗浴模式编程功能；蓄水及多水位控制功能；自动消毒功能；沐浴液/润肤露喷淋功能；头部清洗自动导流功能；洗浴结束后自动盖毛巾；躺椅推车电动升降功能；大屏数据可视化显示功能；具有防水，保温，耐磨弹性头垫。</p>
6	便携式清洗机	1	<p>1、电源电压 整机功率 DC 24V 300W ;真空度 10KPA 噪音≤60dB(A) 清水箱 6L;污水箱 6L; 外形尺寸 800*320*720MM; 重量 37KG。</p> <p>2、使用本产品护理人员不需要搬动被护理者，整个清洁冲洗过程可以在被护理者的卧室床头就地进行。</p> <p>2、只要按规操作不管是清洁头发还是清洁身体，都不会因为清洁冲洗过程而弄湿床单被褥。</p>
7	台式集尿器	1	<p>主机尺寸（长*宽*高）：约 270*240*300mm；主机电压：DC12V</p> <p>主机重量（无液体）：约 2.0kg；待机功率：0.1W；最大功率：9W；内置电池容量：2600mAH；充电器输入电压：12.6V；充电器输出功率：12W；噪音：小于 55dB；</p>

			<p>集尿桶容量：1.7L</p> <p>自动抽吸响应时间：小于 200ms；集尿管长度：2m；工作环境（温度、湿度）：0-45，20%-85%。</p> <p>本产品充电一次可连续使用 48 小时以上； 医用纳米硅胶接尿杯（男/女款）及管件；集尿器要一体设计，密封性强，异味不扩散；集尿器触摸即亮灯，无需夜间起夜开灯，舒适方便。</p> <p>产品组成：接尿杯男、女款；充电器；集尿器主机、导尿管组件、集尿桶。</p>
8	儿童防走失智能手环	1	<p>4G 全网通</p> <p>黑/蓝/粉色；磁吸充电；电池\geq1000mAh；尺寸 1.54；摄像 30w；显示屏 1.54/240*240</p> <p>具有 9 重定位功能，体温动态心率，真血氧，血压，体温检测，人脸识别，视频微聊，碰碰交友，QQ 微信抖音等（可禁用），具有护眼彩屏、双向通话、SOS 警报，远程监听，安全区域，在线支付，计步器、电子围栏，上课免打扰等功能。</p>
9	臂式语音电子血压计	9	<p>1、双人\geq90 组记忆，IHB 心率不齐检测，WHO 血压分类；</p> <p>2、LCD 大屏大字显示。</p> <p>3、智能加压，真人语音播报，智能加压，心率显示，抗菌臂带，</p> <p>4、测量范围：血压：40mmHg-280mmHg，心率显示，分辨率 1 次/分钟，电源：DC6V4 节 7 号电池，充气方式自动充电，自动关闭 30 秒误操作自动关机</p> <p>5、测量方法：示波测定法</p>

			充电彩屏语音款。
--	--	--	----------

康复辅助器具及设施设备采购明细单（适老化产品）

序号	产品名称	数量	参数
1	智能 AI 语音控制电饭煲	1	<p>一、具有智能 AI 语音控制功能额定功率:900W;容量:约 5L;支持防干锅;防溢出;支持;按键:微电脑按键式;保温温度:60—80 摄氏度;</p> <p>二、多种功能:煮饭、快煮饭、煮粥、煲汤、蒸煮、蛋糕、预约定时。</p> <p>1、按键带盲文凸点标识。2、按键语音播报功能:点击按键电饭煲会有语音提示。</p> <p>4. 智能语音交互功能:人与电饭煲通过语音实现交互控制。3、语音指令有:煮饭模式、快煮饭模式、煲汤模式、蒸煮模式、蛋糕模式、煮粥模式、保温模式、取消当前模式、使用说明。4、带语音使用说明功能,通过命令词使用说明,电饭煲会自动语音播报电饭煲的使用说明。</p>
2	盲文闪光语音电磁炉	1	<p>1、电磁炉加热面板材质:耐高温黑晶防滑面板,正面采用防水设计;电磁炉应有数码显示屏。电磁炉控制面板上应有“功能”“预约/定时”、“调小”、“调大”、“节能/快煮”、“开/关”6个按键。电磁炉按键接触部位应有凸点标识。电磁炉在开机、关机、功能选择时应有语音提示。电磁炉应有“无锅具”安全提示功能,开机后如电磁炉上无锅具,应语音提示“请放锅具”,同时加热功能不</p>

			<p>工作。有预约定时功能。应有炒菜、火锅、烧水、煲汤、蒸煮、保温、快煮7种工作模式。</p> <p>2、能效等级：2级及以上</p> <p>3、最高功率$\geq 2000W$十档火力任意调节。</p>
3	语音盲文电压力锅	1	<p>1、功率：900W（$\pm 10W$）；</p> <p>2、能效等级：2级；</p> <p>3、配置：电饭煲、饭勺、量杯、蒸格；容量：约5L；口径：约22CM；</p> <p>4、机身材质：外壳采用不锈钢连体设计</p> <p>5、特殊功能：采用数码显示微电脑控制技术，按键带盲文，全程语音提示，老年人及视障人士可无障碍操作；</p> <p>6、数码显示屏，在不同的状态下显示相应的代码或时间；</p> <p>7、安全性能：防干烧、自动断电保护、手柄全包盖防烫；</p> <p>8、具有自调保压时间功能。</p>
4	闪光语音保温震动报警电热水壶	1	<p>1. 产品由无线接收器+水壶+底座三部分组成；</p> <p>2. 产品材质：内胆需使用304不锈钢一体成型，外壳食品级聚丙烯；</p> <p>3. 水壶主体采用双层防烫设计</p> <p>4. 按键式开盖方式</p> <p>5. 额定功率：$\geq 1800w$，容量$\geq 1.8L$；</p> <p>6. 所有操作步骤都具有真人语音播报；</p>

			<p>8. 通电后具有真人语音安全使用提示；</p> <p>9. 操作步骤全程真人语音播报；</p> <p>10. 具有防干烧断电保护功能；具有保温功能；无线接收器具有低电量提示功能；</p> <p>11、提供产品 3C 认证证书。</p>
5	智能 AI 语音控制破壁料理机	1	<p>1. 尺寸:435*285*335mm（±10mm）；容量:≥1.75 升。</p> <p>2. 采用大颗粒盲点按键,具有人工智能语音芯片,语音朗读相当全面,无需联网,通电即可使用</p> <p>3. 食品级材质,可预约,加热,保温,辅食。</p> <p>4. 语音 AI 人机交互操控简单。</p> <p>5. 大屏触控,立体熬煮不糊底,一键清洗更轻松,小时长效保温,12 小时智能预约,智能语音播报,</p> <p>6. 老人及视障人士可无障碍操作,360 度循环击碎,细腻免滤。</p> <p>7. 智能语音操作,一键自清洗,清洁问题不用愁。</p> <p>8. 产品配件:量杯*1;说明书*1;清洁刷*1。</p>
6	AI 对话智能光波微波炉	1	<p>1、额定电压/频率:220V~50Hz;微波功率:900W;额定输入功率:1280W;产品净重:11kg;能效等级:一级能效;外形尺寸:502*420*302mm</p> <p>2、5 档火力,多功能操作菜单。容积:23L;烧烤功率:1000W;微波工作频率:2450MHz。</p> <p>3、智能语音交互控制功能,按键盲文显示功能,语音提示功能。</p>

7	智能 AI 语音盲文寻物器	1	<p>产品硬件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 采用国内先进的智能语音低功耗芯片； 2 外壳采用 ABS+PC 材质，环保安全； 3 主机产品净重约 60 克； 4 标准 USB2.0 接口； 5 电源输入 DC5V/1A, 额定功率 2W； 6 主机规格：39×24×68mm，子设备规格：60×38×12mm； 7 支持 10 米范围内远场拾音交互； 8 主机自带咪头和喇叭，实现真人语音播报； 9 主机子设备通信距离 50 米范围（视具体建筑物结构）； 10 子设备标配 CR2032 电池，低功耗设计； 11 子设备外壳带有盲文图标，方便视障人群使用。 <p>产品功能参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 产品采用主机和终端子设备的组合方式，通过智能语音交互方式，实现语音交互下蜂鸣报警寻物功能，方便视力障碍人士和老年人等使用； 2 支持一对多物品设置模式，每个报警器可自定义物品配对及删除覆盖设置，可以设置日常生活中近百种常用物品，实现轻松快捷寻物功能，满足视障人群日常生活及工作中寻物需求； 3 极简的操作交互模式，全程智能语音交互和真人语音播报提醒，无需动手，只
---	---------------	---	---

			<p>需动嘴，帮助盲人和视力障碍人士轻松打理生活；</p> <p>4 无需联网，本地离线方式，即插即用，方便行动不便及视力障碍人士，精神智力有障碍的人群简单使用；</p> <p>5 整套设备可随身携带，全程语音提醒引导使用；</p> <p>6 主机采用标准 USB 接口；</p> <p>7 子设备可配备挂绳和钥匙扣附件，方便绑定物品及随身携带使用。</p>
8	卫生间防滑垫	1	<p>1. PVC 材质, 无毒无味遇热不变质, 健康放心, 防滑设计, 背部强力吸盘, 尺寸规格: (约 36*68/40*80、46*77、58*88CM)。</p> <p>2. 表面充满按摩颗粒</p>
9	厨房防滑垫	1	<p>1. 材质: PVC 塑料; 面料主成分 PVC-SG5+二辛脂 DOP.</p> <p>2. 厚度: 3.5-5mm; 0.9-1.2 米宽; 长度: 整卷 15 米。</p> <p>3. 特性: 防滑/隔水/耐磨/防水/耐脏/刮泥/易清洗</p> <p>4. 清洁: 直接用水清洗即可; 防滑。</p>
10	卧室防滑垫	1	<p>1. 产品材质: 聚酯纤维 (涤纶); 产品厚度: $\geq 5\text{mm}$; 产品长度: $\geq 15\text{m}$;</p> <p>2. 厚度适中约 5mm</p> <p>3. 产品底背: 防滑 TPE 产品宽度: 1m, 1.2m, 1.5m, 2m; 0.6*0.9 米; 0.6*1.2 米等。</p> <p>4. 绒面凹槽设计, 防滑 TPE 底部。</p>

11	铝合金无障碍移动坡道	1	<p>1. 材质铝合金；绝缘性；全绝缘</p> <p>2. 长度 60-240CM，宽度 72cm；折叠高 5.0-6.0CM，折叠宽 36cm，承重 250-300 公斤。</p> <p>3. 最大承重 ≥ 300 (KG)；防滑，耐磨，承重力大</p>
12	高差防滑垫	1	<p>1. 颜色：黑色；防滑抗压；高强橡胶材质持久耐用；</p> <p>2. 产品材质：橡胶；螺丝凹槽，预留孔径；稳固底座，底部特殊设计</p> <p>长度随意拼接、合理力学结构设计、受力均匀，抗压性强。底部过水设计、不积水、不堵塞。约 50cm*27-32cm*11-13cm。</p>
13	床边扶手（双折叠）	2	<p>免打孔安装可折叠床边扶手，底架宽度：约 54.5*55CM；扶手高度：49-51.5cm 四挡可调；扶手宽度：48cm；材质：PU 扶手套，尼龙收纳袋；碳素钢管，304 不锈钢手柄+C 型插销加固。</p>
14	吸盘脚起身助力器（带储物袋）	1	<p>扶手高度：86.5-91cm；扶手宽度：约 30cm</p> <p>底座长度：约 51.5cm；底座长度：约 51.5cm；底座宽度：约 46cm</p> <p>外箱尺寸：470x180x405mm；承重：≥ 136kg 材质：阳极铝合金(主体)</p>
15	床上靠背	1	<p>1、材质：高强度碳素钢管+网格布阻燃面料，免安装，5 档可调节面料阻燃、免安装、五档可调、承重≥ 100kg；</p> <p>2、折叠后总宽度约为 58cm, 总长度为 60cm, 总高为 7.5cm</p>

16	气动护理桌	1	<p>1、长度：约 910mm，宽度：约 400mm，高度：710-1080mm。</p> <p>2、桌面三级防火中纤板配铝合金防滑挡条。</p> <p>3、铝合金支撑腿。</p> <p>4、气弹簧自动高度调节。</p> <p>5、配 4 个锌合金脚轮。</p> <p>6、C 型底座设计</p>
17	多功能电动升降沙发	1	<p>1、电动双电机。</p> <p>2、带靠背推手。</p> <p>3、扶手可拆，四个轮子。</p> <p>4、高档绒布面料，后轮带刹车。可以躺平、可以坐起。</p>
18	智能如厕升降器-升级版	1	<p>紧急呼叫系统：防止老人发生意外；智能感应升降系统：可以向前和向上运动；智能马桶盖板，智能清洗，水温调节，即热式水加热，智能烘干功能；单个扶手承重≥ 150 公斤，升降器承重≥ 150 公斤，产品约尺寸：约 L674*W640*H826；颜色：扶手靠背有白色和橙色可选；材质：优质钢电泳喷粉+陶瓷；盖板：UF 普通盖板和智能马桶盖可选；智能马桶尺寸：约 680*396*400。</p>
19	适老化洗手盆	1	<p>1、陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁</p> <p>2、一体式扶手，免加装配件</p> <p>3、盆边内凹设计</p>

			4、挂墙安装，便于轮椅进出。配置不锈钢加强型挂墙支架 材料：陶瓷；台盆尺寸：约 600X450×230mm；颜色：白色。
20	翻身护理器	1	1、规格：约 450*400*130mm 2、材质：外套为柔软 PU 革，绿色环保防过敏，防止老人擦伤腿部皮肤，内部用高品质注塑海绵，舒适不变形。 3、功能：轻松变换体位，防止褥疮滋生，辅具卧床运动，抑制肌肉萎缩。
21	褥疮防治床垫	6	1、气条采用优质尼龙 PVC 医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适，气条材料厚度≥0.34MM 2、床垫气条材料通过“生物相容性检验” 3、床席由 20 条直径约 9.5CM 气条组成，每套配备用气条 1 条。 4、床席充气后尺寸（长*宽*高）：200±10*86*9.5CM，主机尺寸：约 25*12*10 cm 5、主机气泵压力范围：60~120mmHg，气泵流量范围：5~8 升/分钟 6、最大承受重量：≥135KG
22	老年人专用防滑拖鞋（女款）	1	鞋底漏水孔：鞋底两侧漏水孔，鞋内速干不积水，防油防水缓冲压力着力保护 鞋面透气孔：夏季不闷脚，散热快，保持透气干爽；尺码女码 35—36/37—38/39—40；
23	老年人专用防滑拖鞋（男款）	1	鞋底漏水孔：鞋底两侧漏水孔，鞋内速干不积水，防油防水缓冲压力着力保护 鞋面透气孔：夏季不闷脚，散热快，保持透气干爽；男码 40—41/42—43/44—45

24	老人洗澡坐便椅	带桶	15	<p>坐便椅坐宽：约 55.5cm, 坐高可调节范围：47-59cm, 座板尺寸：约 36*42cm, EVA 扶手, 扶手可拆卸, 带便桶, 铝管采用国标 1.2MM 壁厚管材, HDPE 吹塑座板, 脚管直径 28cm, 脚管高度 6 档调节, 10cm 宽橡胶耐磨防滑垫, 承重 $\geq 100\text{kg}$</p>
25	生活自助具十件套		1	<p>1. 生活自助具含 9 个进食类辅具, 配置清单: 专用防洒盘、专用杯架、专用圆柄牙刷、专用筷子、专用圆柄勺、专用弯柄勺、专用圆柄叉、专用弯柄叉、专用洗头梳。2. 可调节功能: 360 度可调节粗柄叉、360 度可调节粗柄勺、360 度可调节粗柄牙刷可通过手柄尾端旋钮进行方向固定和调节。</p> <p>2. 防滑、防溢, 材质: 木质, ABS+304 不锈钢。尺寸: 1) 专用防洒盘: 外盘直径 $250 \pm 5\text{mm}$, 固定架内径 $170 \pm 5\text{mm}$; 2) 专用杯架: $125*50*100\text{mm} \pm 3\text{mm}$; 专用筷子夹: $55*50*12 \pm 3\text{mm}$; 3) 专用粗柄牙刷: 手柄长度 $142 \pm 3\text{mm}$, 牙刷长度 $122 \pm 3\text{mm}$; 4) 专用曲柄勺: 手柄长度 $210 \pm 5\text{mm}$, 叉头长度 $90 \pm 5\text{mm}$; 5) 专用曲柄叉: 手柄长度 $210 \pm 5\text{mm}$, 叉头长度 $90 \pm 5\text{mm}$</p> <p>3. 功能: 1) 通过手柄的加粗使其手部掌指关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足者, 能够握住手柄。2) 肘关节屈曲受限较大者, 前臂旋前、旋后功能受限, 至使食物送不到嘴边, 通过手柄的延长和改变餐具使用方法有助于把食物送到嘴边。3) 针对手部掌关节屈曲功能严重受限, 丧失握力或手指屈伸功能, 或手指离断的人, 通过扣带把餐具手柄固定在手掌上, 代替手指抓握的功能。</p> <p>5. 筷子含自动弹簧, 使筷子自动打开, 防洒盘吸盘防滑、防溢设计, 圆柄牙刷可调节牙刷杆、调节方向, 刷头角度可调, 叉子含勒紧腕带可将叉子固定到手腕或</p>

			者手上。
26	防撞角	6	尺寸：约 3.5cm*3.5cm*厚 1.2cm 材质：NBR 环保橡胶;L 型;在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。
27	防撞条	6	用于保护尖锐家居的角落，以防撞伤 规格尺寸：2 米;在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。
28	电动护理床	1	一、规格：2100 长*980 宽*500 高±20mm 二、性能特点：1、额定载荷：床面≥235kg。2、护栏额定承受力≥200N。3、床面离地高度≥500mm。4、以臀板为基准折起高度，背板 0-70°，可调。5、以臀板为基准折起角度为 L 型，腿板下折 90°，脚板与臀板平行。6、左右侧翻角度为，0-45° 可调。7、便盆架伸缩使用功能。 三、主要结构组成及材料：主要结构组成，主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、床脚、床头床尾板、升降机构、护栏等组成。材料：1、床体采用 ≥40mm*80mm*1.3mm 矩管制作而成，配有输液架插孔。2、床面板采用碳钢 1.0mm 方管，带透气孔。3、背段、腿段、左右翻身转轴管采用 DN25 低压流体输送管。4、脚架立柱采用 ≥40mm*40mm*1.2mm 矩管，脚轮采用 φ 125mm 刹车造胶静音脚轮。5、床头床尾为 ABS 床头。床尾配透明 PC 材质床头牌《可调换蓝色，木纹色两种》。

			<p>6、护栏 护栏：5 档铝合金折叠式护栏，全覆式结构，五档式设计，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，可根据需要做 升降调节。D 型 ABS 扶手，收缩自如；护栏上下支座采用厚度$\geq 3.0\text{mm}$ 冷钢冲压件，每个支座外包 ABS 外套，高强度玻纤尼龙 快速定位开关，防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受≥ 50 公斤拉力负荷，7、床垫采用 6 公分厚度棕和海绵的材质，具有防水，拉链易清洗功能。9、具有.起背《防侧滑，防下滑》，抬腿.落腿.左右翻身.自动大小便.洗头.输液.等功能。</p>
29	ABS 床头柜	1	<p>1. 材质：ABS 工程塑料，双节轨。 2. 优质五金件链接。 3. 安全设计：边缘倒角 4. 适老设计：高度适宜，随手可以取物品，边缘单板 5. 收纳设计：多种分隔，增加了收纳空间 6. 规格（W*D*H）420*450*740MM.</p>
30	适老椅子	2	<p>多层板弯曲，防水软包图片仅供参考，以双方确认参数、材质、颜色为准，常规。</p>

31	三人适老沙发	1	<p>1、框架：采用橡胶木木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。</p> <p>2、油漆：采用优质水性漆，需经过3层底油及2层面漆，达到国标E1级环保标准（甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$），均需进行净味处理，抗菌等级好，漆膜硬度达到2H-3H之间。</p> <p>3、海棉：海绵密度≥ 40，硬度适中适于老人使用，表面有防腐化和防变型保护膜，能均匀承托负重。</p> <p>4、采用西皮，质感需柔和，抗划、耐脏性能好易于清洁消毒。</p> <p>5、粘合剂材：采用环保胶水。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。安全设计：实木扶手边缘倒角，防止碰撞伤害；适老设计：高度适宜，扶手设置拐杖孔便于放置拐杖。规格（W*D*H）约1800*800*850。</p>
32	老人呼叫系统	1	<p>1. 呼叫报警器有接收主机、呼叫按钮、手腕报警器组成，4级音量可以调节。</p> <p>2. 供电方式：插电，呼叫按钮，23A12V 电池，老人看护/病人照顾/意外呼救。</p> <p>3. 功能：三层保护，四档音量，38首乐曲无需安装，一键呼叫穿透力强，智能记忆LED提示灯。</p> <p>4. 空旷无障碍接收距离350米，室内实用距离>50米。</p> <p>5. 一键呼叫/及时保护，室内主机同步蜂鸣+闪灯提醒；无需安装，即插即用；ABS阻燃材料。</p> <p>6. 断电记忆功能，重启铃声不变，贴心LED提示灯设计，接收主机和发射器均带</p>

			LED 提示灯，夜晚用时带来更多的便利。7. 主机可搭配多个呼叫器，一个智能主机可以配多个紧急呼叫器，老人孕妇病人母婴，残障人士。居家养老家庭病房乳/孕期夜间不适，看护呼叫床边呼叫安静呼叫紧急呼叫。
33	适老化改造智能烟感	1	白色；电池 3V 锂电池 2400mAh；烟雾阈值 0.20-0.5dB/m；工作电压 DC<3.6V；静态电流<6 μ A；信号灵敏-128dBm；报警音量>80dB（正前方 3 米处）；发射功率 23dBm 土 2dB 功能：支持低电压/故障数据上报；支持信号值数据上报功能支持第三方平台对接；支持直连；电信 IoT 平台；电信 AEP 平台；移动 OneNet 平台；内置 MCU；探测烟雾；感应温度；人体感应三合一；多种逻辑算法。
34	智能门磁	1	白色；7 号电池 2 节；90*40*20（发射）；95*14*20（磁条） 功能：设备集成了电话短信报警，24h 实时看护，平台集中管理功能。产品必须使用 NB-IOT 物联网卡。主要用于检测被测内是否打开，实现自动采集所监测内开关数据。借助云平台及手机 APP 配套软件，可显示、记录、保存数据。传感器采用超低功耗设计，可实现超长待机，设备可广泛应用于家用报警、居家隔离、酒店防疫等场合。
35	无线/有线水位探测器	1	静态电流<18uA；最大电流<35mA；发射距离 90m；供电 12V/23A 干电池或外接 12V/300mA 电源适配器 功能：带蜂略器功能、可电池供电或接电池供电、有线、无线兼容。

36	无线紧急按钮	1	尺寸约 65*65*20mm；射频 433MHz；静态电流 0mA；探测距离 80m；最大电流 14mA；工作环境>95%RH；供电：DC3V（CR2450 纽扣电池）
37	燃气探测器	1	1、持续报警。 2、场景联动功能；连接云服务器，远程自动升级。 3、用于煤气、天然气、可挥发气体等的泄漏探测。4、通讯方式：NB-iot 通讯，全网通海思芯片 5、探测气体：甲烷或丙烷；6、电源：兼容 12V 与 220V，7、安装方式：吸顶；8、输出方式：兼容继电器，机械手，电磁阀，9、报警升压：70dB(正前方 1 米处) 10、报警浓度：6%LEL±3%；11、采样方式：自然扩散。
38	跌倒侦测报警	1	1、规格：直径 45mm, 工业级塑料材质外壳和高端芯片；自带拉手绳，独立的简单操作按键。红外线侦测，角度 35 度，探测距离 5 米；检测到人体跌倒自动报警。检测到长者有跌倒或 SOS 报警，会联动打开房间内的灯光、智能门锁关闭水阀、燃气阀保障居家安全紧急救援。 2、应用于易摔倒位置跌倒后，触发报警。放置在长者易于跌倒的地方如床头、卫生间，检测长者跌倒后自动报警到安全中心。 3、侦测人体体热之能量分布以表示人的站立、坐下或倒下。
39	一字扶手	2	产品结构：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为约 35*5mm，内衬不锈钢管直径约 28*1.0mm 复合而成。产品表面：约 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。

40	135° 扶手	2	产品结构：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为约 35*5mm，内衬不锈钢管直径约 28*1.0mm 复合而成。产品表面：约 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。
41	L 型扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力≥150 公分以上，不易生锈；标准尺寸：约 700*500mm。 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
42	坐便器通用扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力≥150 公分以上，不易生锈； 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
43	通道扶手	4	产品结构：ABS+部分抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为约 35*5mm，内衬不锈钢管直径约 28*1.0mm 复合而成。产品表面：约 0.5 毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。单层。
44	洗手盆扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力≥150 公分以上，不易生锈； 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。
45	小便扶手	2	1、内衬 201 不锈钢，承重力≥150 公分以上，不易生锈； 2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤； 3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。 标准尺寸：约（350+250）*600*1100MM.

46	上翻淋浴椅	1	<p>1、内衬 201 不锈钢，承重力\geq150 公分以上，不易生锈；标准尺寸：约 425*325mm。</p> <p>2、胶管为 ABS 材质，温馨不冰冷并且人工倒角，使用中安全舒适，避免划伤；</p> <p>3、一体式法兰，安装方便，使用寿命长，三通位置为分体法兰盖，方案安装。</p>
47	连体衣	1	<p>专用连体衣；</p> <p>面料：棉 35% 涤棉 65% 色织高密度，透气性好，耐撕扯，耐用。</p> <p>规格：S, M, L, LL, 3L 4L</p> <p>1、特殊安全锁扣（防无意脱衣）；2、裤裆 U 型拉链方便更换尿不湿；</p> <p>3、通体拉链品类；2 条拉链型、3 条拉链型。</p>
48	智能药盒单机版	1	<p>语音提醒服药（可录音）；</p> <p>药盒可上锁；30 个格子；</p> <p>按键取药；内置干燥剂。</p>
49	适老化居家安全、电器、健康监测管理系统	1	<p>功能描述：健康服务：1. 视频医生；2. 在线挂号；3. 智能问诊；4. 康复健康视频；5. 健康问答；6. 用药提醒；7. 紧急呼救：老年人在家不慎跌倒，或者突发疾病，需要进行求救，可以语音或者一键呼叫紧急联系人。 核心管控居家安防系统产品：视频检测、被动式红外探测器、无线门磁、可燃气体监测、烟雾报警、水浸传感器、机械手阀门、人体感应器、等等居家安防产品等。 功能描述：健康服务：1. 视频医生：7*24 小时在线视频医生问诊，实现足不出户看医生，视频“面对面”与医生交流，专业医生随问随答，健康实时咨询，就医及时指导，更方便老年人和功能障碍的残疾人使用。2. 在线挂号：提供便捷在线预约挂号功能，支</p>

		<p>持全国三千多家重点医院的在线挂号，并且支持在线支付和窗口医保支付。 3. 智能问诊：用户描述个人信息和症状，模拟真实就医对话流，基于概率输出结果，以 H5 形式呈现。 4. 健康检测：集成 300 多款生理体征采集设备，包含血压计、血糖仪、手环、体脂秤等健康检测设备，采集的健康数据会同步到个人健康档案。 5. 健康档案：记录用户每天健康数据同步到个人健康档案，根据历史生命体征数据给出合理的健康报告和预防建议，提供一体化健康管理解决方案。 6. 康复健康视频：拥有 2W+ 的专业医学短视频，涉及上百种疾病，主要用于健康知识科普。 *7. 健康问答：包括 7500+ 种疾病介绍、病因、症状、科室、诊断、治疗、预防、饮食的健康数据库，随时随地询问。 8. 用药提醒：平常高血压和糖尿病等慢性病，需要每天按时吃药，可以创建用药提醒，定时提醒老人用药，方便老年人和残疾人居家用药提醒。 9. 紧急呼救：老年人在家不慎跌倒，或者突发疾病，需要进行求救，可以语音或者一键呼叫紧急联系人。 10. 可以系统管控：智能血氧机、智能电子血压计、智能蓝牙体脂仪、智能血糖仪、智能手环、智能定位手表、智能床垫、等等。</p> <p>生活服务：1. 视频通话：父母大部分时间都是独自在家，与子女平时见面和沟通不多，提供视频通话功能，方便老人和子女进行远距离沟通。 2. 语音购物：打通京东商城，使用简单的语音指令即可下单。 3. 其他功能：天气预报、新闻头条、闹钟设定、百度百科、股市汇率等基础功能覆盖生活方方面面。 娱乐陪伴：1. 老年大学； 2. 健康电台； 3. 音乐曲库； 4. 视频点播； 5. 电视直播； 6. 多屏互动：</p>
--	--	---

			<p>通过语音指令将妙伴屏幕内容投射到电视机或其他大屏幕上观看。7. 家庭 KTV：家庭 K 歌，陶冶性情的过程中，也能一展歌喉，抒发心中块垒。 五、其他功能：儿童教育；在线少儿英语教育；动画广场；儿童电台；儿童游戏。六、产品参数：摄像头, 120° 超宽视角, 800 万像素; 麦克风, 全向高保真音频采集, 双麦克阵列, 5 米拾音范围, 自动回音消除, 智能降噪处理; 屏幕尺寸: 7” 分辨率: 1024*600; 电机: 12V 电机; 扬声器 2*3W 全频段扬声器; 操作系统&储存操作系统: Android8.1 储存容量: 16G; 外接: TF 卡、话筒、USB, 电池: 7.4V/4000mA 蓝牙: 蓝牙 4.0. 核心功能: 管控系列居家安防系统产品等。负责对接系统平台。</p>
50	换鞋凳	1	<p>1、基材：面板厚度 18mm。采用国家 E1 级颗粒板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。</p> <p>2、封边条：全部采用 2 厘近色 PVC 封边条。</p> <p>3、规格（毫米）（宽 W*深 D*高 H）565*350*500mm;</p>
51	智能睡眠床垫	1	<p>参数：主机材质是 ABS 材质和核心芯片主板，床垫是透气的亲肤棉材质；通讯 4G 版；尺寸 85*6.6*0.22CM；工作电压 5V；存储温度-30℃~70℃；工作电流 90MA；工作温度 0℃~60℃；电源 5V2A</p> <p>功能：采用高灵敏压力传感器，精准监测睡眠时的心率、呼吸率、体动状况及睡眠状况，具备离床报警功能，监测数据通过 4G 通讯连接可实时传输至云端，远程关爱更周到。核心功能：4G 连接实时监控、心率呼吸实时监测、在床/离床实</p>

			时预警、睡眠情况报告、睡眠建议。负责对接系统平台。
52	毫米波生命体征监测仪	1	<p>主材：ABS 材质和芯片，功能：77G 毫米波生命体征监测仪，可以监测老人的心率，呼吸，及分析睡眠，翻身次数，体动次数，离床时间，异常报警，家庭成员可以微信小程序实时监测家人的身体状况，</p> <p>技术参数：呼吸率范围：6-30 次/分钟，呼吸幅度：1-12mm(正向) 0.1-0.5mm（背向）， 心率范围：48-120 次/分钟，心跳幅度：0.1-0.5mm(正向) 0.1-0.2mm（背向）， 监测角度：方位角：90°， 俯仰角 20°， 监测距离：0.8-1.4m， 数据传输：WIFI 无线网络， 功耗：2W。负责对接系统平台。</p>
53	智慧化适老化管理云平台	1	<p>主机技术参数：液晶分辨率 1920*1080;透光率大于 80%（%）亮度 350（cd/m²）对比度 1000:1;点击次数 5000（万次）；感应力度 0.6（g）；响应时间 4（ms）；接口 USB</p> <p>尺寸 1111*654*76（cm）屏幕尺寸不低于 55 寸。</p> <p>负责智能设备的系统对接和省市县区的账号设置和云端数据和系统管控，配置基本的展示硬件和显示设备等。</p>
54	可视化适老化系统	1	<p>主机 1920*1080p 摄像头、麦克风、安全网关、蓝牙 4.0、机顶盒；康养软件、视频通讯软件；</p> <p>外配无线呼叫按钮、电视置物架；可视化适老化系统自带视频通讯软件、康养软件；</p>

康复辅助器具及设施设备采购明细单（健康评估）

序号	产品名称	数量	参数
1	握力测试仪（含不锈钢挂架）	1	<p>1、机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态；手柄装置弹簧、手握；</p> <p>2、设备操作简单，具有 ON/OFF 与复位两个按键，开始操作直接按 ON, 操作完毕记录数据，按复位直接测试下一个测试者；</p> <p>3、握力功能，握力范围：0~300kg；具有低电指示功能；</p> <p>4、充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电；</p> <p>5、蓝牙 5.0 传送数据；</p> <p>6、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p>
2	下肢肌力测试仪（含底座、三角架）	1	<p>1、一个针对老年人下肢肌力体能测试的简易产品，通过综合运算，得出老年人下肢肌力支撑功能。测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机。</p> <p>2、计次功能，计次范围：0~999 次 在 30 秒内完成动作的次数计入有效完成次数，30 秒后哔一声提示长者测试时间结束，此后产生的动作次数不再计入有效完成次数；</p> <p>3、两个 LED 灯指示：红灯与绿灯，红灯表示设备还没自我调试结束，暂时不能进行测试，绿灯表示设备自我调试结束，设备正常可以进行运行；</p> <p>4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 5.0 传送数据；</p>

			5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA
3	室内行走能力测试仪（含底座、三角架）	1	<p>1、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试老年人的下肢肌力及室内行走能力水平。附属三脚架一个。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。</p> <p>2、供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p> <p>3、接收机主要功能：按键功能，LED 指示功能，蜂窝器提示音，计时功能。</p> <p>4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 50 传送数据；</p> <p>5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p>
4	腰腹拉力测试仪	1	<p>1、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试老年人的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。</p> <p>2、发射机主要功能：2 个按键功能 ON/OFF 复位；2 个 LED 灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0~300kg；</p> <p>3、低电指示功能；充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电；</p> <p>4、自动关机功能；蓝牙 40 传送数据；</p> <p>5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p>

5	腰背柔韧性测试仪（含底座）	1	<p>1、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。</p> <p>2、由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机。</p> <p>3、单向移动检测距离，检测范围：0~95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能；</p> <p>4、背光功能；供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p>
6	平衡仪测试仪	1	<p>电子设备尺寸:约 245*125*85mm。脚踏：约 295*150*28mm。</p> <p>1、平衡性测试仪，通过测试长者单脚站立在脚踏设备上并保持相对稳定状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险。</p> <p>2、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。</p> <p>3、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作。</p> <p>4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 5.0 传送数据；</p> <p>5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p>
7	测试量化对照表	1	<p>尺寸：约长 650mm*宽 445mm。通过大量数据总结出来的所有评估标准、评估结果、及相应护理等级上墙公示的标示牌（一套 10 张）。</p>
8	跨越障碍	5	<p>规格：可调节高度 14cm，24cm，29cm。材质：品质 ABS 材质。颜色：黄色，红色，橙色，绿色，蓝色。宽度 44 厘米，可拆卸，自由组合方便携带，重量轻。</p>
9	食测试四方蝴蝶桌	1	<p>尺寸：约 1100*1100*750mm。材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规</p>

			日常生活能力测试，用于摆放进食测试用品。
10	仪器柜	1	尺寸：约 2000*800*4000mm。材质：多层实木板。进行日常评估设备的放置及相关物品储存。
11	基础体征检测（血压、血氧）测试仪器桌	1	尺寸：约 1000*550*750mm。材质：多层实木板。进行前期的老人个人信息的登记与录入，放置测试用具。
12	认知障碍测试、视力测试测试仪器桌	1	尺寸：约 1000*550*750mm。材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。
13	适老化扶手椅	6	尺寸：约 535*495*415mm，扶手高约 610mm，靠背高约 800mm。材质：曲木+防水PU 材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。
14	辅助连体筷	1	重约 36g, 长约 200mm；耐热温度：100° C；商品材质：PBT 树脂、硅胶、聚氨酯烤漆；进食障碍时，辅助器具的选择。
15	喂食勺子	1	规格：重约 40g；尺寸：约 180mm；材质：18~8 不锈钢，用于进食障碍时，辅助器具的选择。
16	辅助叉子	1	重约 38g；长约 205mm；材质：18~8 不锈钢，发泡聚丙烯；耐热温度：120℃；进食障碍时，辅助器具的选择。
17	辅助碗	1	重约 110g；容量 350ml。材质：PET 树脂、ABS 树脂；耐热温度：-20℃-140℃；进食障碍时，辅助器具的选择。
18	餐盘	1	重约 72g, 直径约 140mm, 材质聚丙烯，脚部/弹性体，耐热温度：140℃；进食障

			碍时，辅助器具的选择。
19	吸水杯	1	重约 80g, 容量约 200ml, 材质：碳酸树脂 PC；吸管/硅胶；进食障碍时，辅助器具的选择。
20	身高体重测量仪	1	规格：约 440*342*2070mm。机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。
21	血压计	1	规格：约 112*82*140mm。根据被测者血压情况自动调节加压的压力值，从而缩短测量时间，提高测量舒适感，更确保测量出确切的结果。
22	血氧测量仪	1	规格：约 57*31*32mm；本体重量：约 50g；安全类型：2 类 BF 型应用设备；屏幕类型：OLED 双色屏显示；电池：2 节 7 号 1.5V 碱性电池；血氧范围：0-100%（分辨率为 1%）；血氧精度：70-100%：±2%；脉率范围：30-250bpm（分辨率为 1bpm）；脉率精度：±2bpm 或±2%取最大值。
23	阿姆斯勒视力表	1	规格：约 215*120*150mm；材质：ABS 工程塑料+铝合金；患者看整幅方格模糊，或某个区域方格变形，则提示患者视野有缺陷。
24	模拟时钟	1	规格：约 207*207*73mm 重：约 35g。优质木材+环保漆；对时间的准确调整。
25	几何图形插板	1	规格：约 310*300*250mm。夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形，正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力。
26	数字汉字多功能教具	1	规格：约 243*243*250mm；材质：棒木，100 颗数字汉字骨牌，3 张数字卡纸(双

			面)，100支数数彩色棒；强化1~100数字的排列顺序和数学运算及汉字认知多米诺功能；强化1-100数字的记忆。
27	老年人评估系统	1	硬件要求：Wi-Fi版，内存4G+，储蓄容量128G，10英寸左右； 软件要求：为评估结果自动生成软件，可结合民政部颁发以及地市级以上老年生活能力-照护等级评估要求系统评估结果自动生成的软件一套。

康复辅助器具及设施设备采购明细单（基础设施）

序号	名称	规格	数量	数量
1	服务台	1500*1000 *1100mm	5个	烤漆板及水晶字、玻璃结合
2	自助查询一体机	800*1100m m	1台	外观尺寸：约高1350mm×宽450mm×厚380mm。触摸屏：22寸液晶一体机专用显示屏，显示分辨率：1280*1024 最大分辨率为：4096*4096，/ 动态对比度：1000:1 / 响应速度6ms / 可视角：178° / 178° / 亮度：350cd/m ² 支持多模式显示方式：红外触摸屏 USB供电 2点,6点,10点触摸模式、适合（17-65寸液晶显示器）任意物体触摸 分辨率4096×4096可承受6000万次触摸寿命，最小触摸体≥4mm，响应速度>8ms，光标速度≥120点/秒，采用钢化防爆玻璃，透光度>100%。集成CPU英特尔酷睿I3工控板，主频双核1.7GHZ，内存4G，工业固态硬盘120G电源

				<p>380W（经测试可24小时不间断工作）操作系统：Windows（2000/XP/Vista/Server2003）Windows7 Windows8等。冷轧钢制柜体，（厚度1.5mm-2.5mm）内部结构合理，特殊防锈处理，防磁，防静电，外表面汽车烤漆（可丝印LOGO或企业宣传信息），置电源进线口，总开关键，PC重启键，RJ45网络接口，USB接口，内置挂板，可直接固定主机配件；国标6位电源排插，双声道立体环绕功放音响系统（功率2*2W，频响20Hz~20KHz）及12v强力散热风扇</p>
3	智能迎宾机器人	/	1台	<p>智能迎宾机器人迎宾接待：基于计算机视觉算法和图像处理AI，机器人能够有效进行人脸识别，主动对来访客户进行迎宾接待、身份验证和客户到访留痕。引导带路：机器人化身“智能接待员”，协助迎宾接待、指路带看等工作。咨询服务：根据行业服务场景设置，与行业服务网上平台进行对接，能够准确回答客户的服务咨询和讲解。</p> <p>日常巡逻：在展厅进行日常巡逻，担任“宣传员”的角色，能自动感应客户，播报迎宾语，推荐展厅参观路线。</p> <p>活动表演：可承接活动开幕式、发布会、年会的签到、讲解接待、主持、表演等工作</p> <p>个性化服务：轻松个性化配置，根据顾客交互核心数据，建立顾客画像，分析顾客喜好，给客户规划专属个性化解决服务方案。</p>
4	圆几	750*650mm	3张	<p>材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木</p>

5	方几	1400*1400 *750mm	1 张	材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木
6	休闲椅	510*440*7 70mm	5 把	材质：钢、木、皮多种材质
7	休息椅	535*495*4 15mm	12 把	尺寸：约 535*495*415mm，扶手高约 610mm，靠背高约 800mm。材质：曲木+防水 PU 材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。
8	成品柜子	1400*550* 1000mm	1 组	基材：实木颗粒板贴三聚氰胺板，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，符合国家环保标准，配件：采用优质五金配件。
9	中岛展柜	2200*2200 *300mm	2 组	基材：实木颗粒板贴三聚氰胺板，板材均经过防潮、防虫、防腐处理，符合国家环保标准，配件：采用优质五金配件。
10	打印机	400*250*3 00mm	1 台	黑白激光双面打印，带无线连接功能。
11	液晶电视	90 寸	1 台	4K 超高清电视，屏幕尺寸 90 英寸，网络连接有线+无线
12	液晶电视	50 寸	3 台	4K 超高清电视，屏幕尺寸 50 英寸，网络连接有线+无线
14	烘手机	290*220*6	1 台	卫生间用烘手机产品规格：约 290x245x170mm

		85mm		<p>执行标准：GB4706 15-2003</p> <p>防水等级：IPX4</p> <p>防触电保护类别：I 类</p> <p>荣誉证书：CCC CE CB</p> <p>RoHS 出入境电器型式确认书</p> <p>感应距离：12cm±3 以内</p> <p>喷射风速：40m/s±5%</p> <p>烘干时间：约 10-15 秒</p> <p>电压/电流/频率：AC220~240V / 9A / 50-60Hz</p> <p>安全设施：防恶作剧、防过热、防过流、防短路四重保护</p> <p>控制方式：红外闪频技术、微电脑全自动控制</p> <p>总 功率：2300W</p> <p>加热方式：内置恒温加热器外置自动/恒温控制钮</p> <p>热空气温度：45-60℃</p>
15	吸尘器	1260*250* 211mm	1 台	工业吸尘器 100L/银色 1 台装，4800W 功率，加厚不锈钢桶身，干湿两用，无需倾倒，直接排放废水。具备推吸大地扫、吸水皮刷、吸尘毛刷、大扁吸嘴、大圆刷等配件。
16	垃圾桶	270*190*3	4 个	脚踩式翻盖设计

		70mm		
17	洗手液机	290*220*400mm	1个	卫生间用按压式洗手液机
18	纸巾盒	180*95*65mm	2个	桌面摆放纸巾盒
19	拖布池	600*320*400mm	1个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
20	马桶	540*380*335mm	2个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
21	小便斗	280*680*330mm	2个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
22	蹲便器	600*440*230mm	1个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
23	洗手台盆	600*400mm	2个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。
24	消毒池	1200*500*800mm	2个	陶瓷一体成型，坚固、耐用、易清洁，颜色：白色。

25	展示用假人模特		2 个	商用服装展示模特。
26	车道安全护栏	1200*300* 80mm	12 根	不锈钢材质，管径 50，外观黑、黄色油漆涂刷。
27	造型吊线灯	/	10 组	按照装修设计要求进行
28	软装/绿植	小	15 个	桌面摆放绿植
29	软装/绿植	大	10 个	落地摆放绿植

第四部分 合同范本

（仅供参考）

_____（以下简称甲方）_____采购，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定_____（以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币_____元整（¥_____元）

说明：

（一）合同总价包含设备费、设备到达_____交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：由甲方负责结算，付款前5个工作日乙方开具合同总价款的全额增值税专用发票给甲方。

（二）付款方式：合同签订后甲方一次性支付全款。

四、交货条件

（一）交货地点：陕西省康复辅助器具中心指定地点。

（二）交货期：合同签订后90个日历日。

（三）质保期：1年。

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：_____

六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、配置清单。（详见附件3）

九、技术服务

（一）技术资料：

- 1、产品合格证、商检证明。
- 2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，陕西省康复辅助器具中心有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

（一）通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收，验收费用由成交供应商

支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判文件及谈判响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方_____四份，乙方_____一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）谈判文件、谈判响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以谈判文件、谈判响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间： 年 月 日

甲 方

乙 方

单位名称：

单位名称：

地 址：

地 址：

法人代表：

法人代表：

联系电话：

联系电话：

开 户 行：

开 户 行：

账 号：

账 号：

附件1 采购内容

序号	产品名称	型号	产地	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
总金额：人民币_____元整（¥_____元）									

附件2 性能参数表

附件3 配置清单

第五部分 谈判响应文件格式

供应商应按照谈判文件要求编制谈判响应文件，编制谈判响应文件前，请仔细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：KY2022-1-179.

（正本或副本）

陕西省康复辅助器具中心
民政直属康复辅具机构能力建设设备配置
辅具租赁试点项目（康复辅助器具及设施设
备购置）（二次）

谈判响应文件

供应商（公章）： _____

时 间： _____

目 录

第一部分	谈判响应函
第二部分	响应报价表
	分项报价表
	技术指标偏差表
	商务条款响应说明
第三部分	供应商资格条件证明文件
第四部分	谈判响应方案说明
第五部分	供应商承诺书
第六部分	附件
	中小企业声明函
	残疾人福利性单位声明函
	监狱、戒毒企业声明函
第七部分	封袋正面标识式样

第一部分 谈判响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司 KY2022-1-179. 号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1. 按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。
2. 如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
3. 我方提交的谈判响应文件：正本__份，副本__份及电子版谈判响应文件（U 盘）壹份。
4. 我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为：_____元。
5. 我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
6. 同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。
7. 成交后按照本谈判文件规定向贵方缴纳成交服务费。
8. 我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算有效期为__日历日。
9. 所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

单位：元

报价内容 谈判内容	谈判报价	交货期	质保期
谈判报价：人民币（大写）			¥ 元
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。			

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

附表 1

分项报价表

项目名称：

项目编号：

共 页，第 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1								
...								
N								
谈判报价（人民币大写）：						（¥	元）	
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。								

注：本表中的“谈判报价”与“响应报价表”中的“谈判报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

附表 2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	谈判要求 技术指标	谈判响应 技术指标	偏离情况	偏离说明

说明：

请按项目的实际技术参数，对应谈判文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

附表 3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

序号	谈判文件要求	谈判响应文件实际数据	响应说明

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括交货时间、质保期、地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

第三部分 供应商资格条件证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：陕西开源招标有限公司			
企 业 信 息	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	统一社会信用代码		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	身份证号		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)		法定代表人（签字或盖章）
			(公章)
			年 月 日

（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

非联合体投标声明函

（内容自拟）

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第四部分 谈判响应方案说明

- 一、供应商企业简介。
 - 二、供应商完成项目的组织机构、实施计划。
 - 三、供应商完成项目保障能力。
 - 四、谈判响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
 - 五、供应商认为有必要说明的问题。
- （各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分 供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____

年 月 日

承诺书II

致：陕西开源招标有限公司		
作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西开源招标有限公司		
作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重声明并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西开源招标有限公司		
作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重声明：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判响应产品为正品行货。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书V

致：陕西开源招标有限公司		
作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

第六部分 附件

一、中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消谈判资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 1：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分 封袋正面标识式样

谈判响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）： _____

日 期： _____

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版谈判响应文件正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）： _____

日 期： _____

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地 址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮 编：710000

电 话：029-81206622/6633

网 址：<http://kyzb.com.cn>

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn
