

政府采购项目

项目编号：SXHC2022-355

西安市环境监测站  
2022 年水质自动监测站运维服务采购项目

磋商文件

陕西华采招标有限公司

2022年9月

# 目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	3
第二部分 供应商须知.....	8
一、总则.....	8
二、磋商文件.....	9
三、落实的政府采购相关政策.....	10
四、磋商要求.....	11
五、响应文件的式样、签署和装订.....	14
六、响应文件的密封和递交.....	15
七、开标.....	16
八、评审.....	17
九、确定成交供应商.....	27
十、质疑与投诉.....	28
十一、合同.....	29
十二、成交合同的履约验收.....	30
十三、招标代理服务费.....	30
十四、政府采购融资政策.....	31
第三部分 采购内容及要求.....	32
第四部分 拟签订的合同条款文本.....	42
第五部分 响应文件格式.....	47

## 第一部分 竞争性磋商公告

### 项目概况

西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目的潜在供应商应在西安高新区锦业路 1 号绿地领海大厦 B 座 10 楼 1006 室获取采购文件，并于 2022 年 10 月 11 日 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况：

项目编号：SXHC2022-355

项目名称：西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：380000.00 元

采购需求：

合同包 1 (西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目)：

合同包预算金额：380000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规范、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他维和保养服务	运维服务	1(项)	详见采购文件	380,000.00	380,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市环境监测站2022年水质自动监测站运维服务采购项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查)；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查)；

(2) 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

### 三、获取采购文件

时间：2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 8 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 13:30:00 至 16:30:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安高新区锦业路 1 号绿地领海大厦 B 座 10 楼 1006 室

方式：现场获取

售价：免费获取

### 四、响应文件提交

截止时间：2022 年 10 月 11 日 9 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：西安高新区锦业路 1 号绿地领海大厦 B 座 10 楼 1006 室第一会议室

### 五、开启

时间：2022 年 10 月 11 日 9 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：西安高新区锦业路 1 号绿地领海大厦 B 座 10 楼 1006 室第一会议室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜：

1、供应商在获取采购文件时请携带单位介绍信原件(格式见附件)，现场获取，谢绝邮寄。

2、本项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2022〕19号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（7）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2022〕29号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）其他需要落实的政府采购政策。

3、供应商如不参与项目投标，需在递交投标（响应）文件截止时间前一日以书面形式告知项目联系人（联系邮箱：1609136935@qq.com）。否则，采购代理机构将向财政部门反映。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：西安市环境监测站

地址：西安市长安区建业三路

联系方式：李老师 029-85910156

2、采购代理机构信息

名称：陕西华采招标有限公司

地址：西安高新区锦业路 1 号绿地领海大厦 B 座 10 层  
1006 室

联系方式：029-68255920-808

3、项目联系方式

项目联系人：宋勇进、赵凡、张聪聪

电 话：029-68255920-808

## 第二部分 供应商须知

### 一、总则

#### (一) 名词解释

- 1、采购人：西安市环境监测站
- 2、监督机构：西安市财政局
- 3、采购代理机构：陕西华采招标有限公司
- 4、供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

#### (二) 费用承担

供应商应承担其参与采购活动所涉及的一切费用。

#### (三) 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### (四) 现场踏勘

本次磋商项目不组织现场踏勘。

#### (五) 转包与分包

- 1、本项目严禁采取转包方式履行合同。
- 2、本项目不允许分包，成交供应商在成交后不得将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，否则，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

#### (六) 本次磋商项目不接受联合体投标。



## 二、磋商文件

### （一）磋商文件

1、磋商文件以中文编制，磋商文件封面盖有“陕西华采招标有限公司”字样的公章。磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成。

2、磋商文件的获取：供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

### （二）磋商文件的修改或澄清

若对磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在财政部门指定媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足5日的，采购代理机构将顺延递交响应文件的截止时间。

### （三）对采购代理机构发出书面通知的确认

在采购活动中，采购代理机构按照有关规定对获取磋商文件的潜在供应商发出书面形式通知要求其确认的，潜在供应商应当在规定时间将确认情况原件送达采购代理机构或通过电子邮件以PDF格式文档回复至采购代理机构指定的邮箱地址。若潜在供应商未在规定时间内进行确认的，视同对发出的书面通知已认可。

#### （四）解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

### 三、落实的政府采购相关政策

供应商投标时应如实提供所需要的证明文件，如供应商存在虚假材料应标，将取消其投标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### （一）小微企业（含小型、微型企业）

1、符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的小微企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号），提供小微企业制造的货物、由小微企业承建的工程或者由小微企业承接的服务。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

3、小微企业参加投标时，应出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的《中小企业声明函》，否则不享受相关小微企业扶持政策。

#### （二）监狱企业

1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务。

2、监狱企业投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒

管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明,若未提供证明不享受扶持政策。

3、在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受相关中小企业扶持政策,若监狱企业已属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

### (三) 残疾人福利性单位

1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件规定的残疾人福利性单位,提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

2、残疾人福利性单位投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》,若未提供声明不享受扶持政策。

3、在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受相关中小企业扶持政策,残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

## 四、磋商要求

(一) 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件要求的内容编制响应文件。

### (二) 磋商报价

1、供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地

填写首次磋商报价表,任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

2、磋商报价指完成本次采购内容所需的全部费用,包括但不限于相关人员的薪酬、福利、加班补贴、差旅补贴、劳动保障、食宿、交通、人身保险、工具、废液处置及相关用品、备品备件、试剂耗材购置费等费用,以及各种税费、管理费和利润等。

3、磋商最终报价,在采购内容无实质性变更下,不得高于首次磋商报价,各供应商费用组成明细表中所有报价(与最终磋商报价比例一致)同比例下浮。

4、凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5、供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为,某潜在供应商的报价或者部分费用组成存在明显不合理的低于成本的报价,有可能影响项目质量和不能诚信履约的,可要求该潜在供应商在规定期限内,提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料;否则,磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价,其响应文件作无效响应文件处理。

6、最低报价不是成交的唯一依据。采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如

有赠与行为，其投标无效。

### （三）磋商保证金

本项目免收磋商保证金。

### （四）投标有效期

投标有效期从递交响应文件的截止之日起算不得少于 90 个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

### （五）响应文件的编写要求

1、供应商必须按磋商文件的“第五部分 响应文件格式”编写响应文件。

2、供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

3、响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

4、磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

5、本项目不接受备选响应方案。

## 五、响应文件的式样、签署和装订

(一) 供应商应以采购代理机构提供的磋商文件格式编制纸质版响应文件正本 1 份、副本 3 份，电子版响应文件 1 份。

(二) 响应文件必须按照磋商文件第五部分“响应文件格式”中的要求进行签署、盖章；响应文件中供应商名称盖章处必须加盖供应商公章。磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

(三) 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。

(四) 纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，逐页编码（封面可以不编页码），为节约纸张，建议采用A4纸张双面打印，牢固胶状成册，不可插页抽页。纸质版响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

(五) 电子版响应文件内容与纸质版正本响应文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将签字、盖章后的纸质版响应文件正本扫描后生成的PDF文件刻录入U盘存储。注：为便于扫描，可在正本未装订、无骑缝章时扫描；递交的U盘应仅存储该文件；U盘作为投标资料介质不予退还。

(六) 存储电子版响应文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版响应文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

## 六、响应文件的密封和递交

### (一) 响应文件密封

#### 1、密封包装方式

(1) 纸质版响应文件正本用封袋单独密封、副本用封袋一起密封或单独密封；

(2) 电子版响应文件用封袋单独密封。

2、外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称、正本/副本/电子版、供应商全称（公章）等内容。

### (二) 响应文件的递交

1、供应商应在开标当日并于磋商文件要求递交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达响应文件递交地点。

2、采购代理机构在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、登记和组织工作，对其响应文件的有效性不负任何责任。

3、响应文件递交后，在响应文件递交截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回其响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商文件的要求签署、盖章，

密封后，作为响应文件的组成部分。

4、响应文件递交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（三）供应商递交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

- 1、逾期送达的；
- 2、未按照磋商文件要求密封或加写标记的；
- 3、递交的响应文件与本项目不相符的；
- 4、供应商名称与获取磋商文件时填写的采购文件获取登记表中名称不相符的。

## 七、开标

（一）采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点组织开标活动。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。开标截止时间后供应商不足 3 家的，不进行开标。

（三）开标程序

- 1、宣布开标会议纪律；
- 2、介绍项目参会人员；
- 3、公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；
- 4、宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；



5、供应商或其推荐的代表与采购人的监标人共同检查响应文件的密封情况，并签字确认；

6、当众拆封响应文件，以公开宣读的形式宣布供应商名称、响应文件份数以及认为合适的其他内容，供应商代表、监标人对唱标结果签字确认。

7、宣布开标会议结束，告知参会供应商退场，保持电话畅通。

（四）开标过程由采购代理机构指定专人记录，供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（五）供应商未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

## 八、评审

评审过程中对响应文件的判定，只依据开标截止时间前递交的响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

### （一）资格审查

开标结束后，采购人依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商提供的响应文件资格部分正本进行资格审查，未通过资格审查的供应商不进入下一步评审。具体审查内容如下：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》

第二十二的规定，并提供下列材料：

（1）提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或供应商开户银行近 6 个月内其出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标时间前 6 个月内任意时段的缴纳证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

3、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明（法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件中信用查询的要求；

采购人或采购代理机构将在响应文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国 (www.creditchina.gov.cn)】和【中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)】网站对供应商的信用情况进行查询,并将网页截图附在评审资料中(如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料,若没有则此项不需要提供)。

备注:

(1) 以上为供应商必备资格要求,资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

(2) 分支机构参与投标时,须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

(3) 书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按磋商文件给定的格式填写,响应文件中必须附原件,其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

(4) 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应证明文件;事业单位法人可不提供财务状况报告和和社会保障资金缴纳证明。

## (二) 符合性审查

依法组建磋商小组,磋商小组依据磋商文件的规定,进行符合性审查,以确定其是否满足磋商文件的实质性要求,未通过符合性审查的供应商不再进入下一步评审。具体审查内容如下:

实质性条款要求		通过条件
有效性审查	响应文件中的项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号完全一致
	响应文件签署、盖章	均按磋商文件要求签字、盖章。
	响应文件的计量单位、语言、报价货币	计量单位、语言、报价货币均符合磋商文件的要求。
	磋商报价	磋商报价唯一，未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价
	响应文件关键内容	关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的
完整性审查	响应文件份数	符合磋商文件要求
	响应文件的组成	磋商响应内容未出现漏项且数量与要求相符。
响应性审查	投标有效期	符合磋商文件要求
	合同条款	响应磋商文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。

符合性审查结束后，磋商小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评审环节。

### （三）投标无效情形的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

- 1、供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与采购文件获取登记表中的名称不符；

- 2、响应文件中提供的供应商资格要求证明文件不符合磋商文件规定；
- 3、响应文件中出现备选方案或响应文件中出现选择性报价的；
- 4、磋商报价超过了本项目采购预算或最高限价的；
- 5、响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
- 6、响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
- 7、响应文件拆封后递交的响应文件份数不满足磋商文件要求的；
- 8、响应文件未按照磋商文件规定的格式要求编制的；
- 9、响应文件中无投标有效期或投标有效期达不到磋商文件要求的；
- 10、未响应合同条款或响应的合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；
- 11、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- 12、与本采购项目其他供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- 13、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；
- 14、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

15、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

(四) 响应文件的澄清、说明或者更正:

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的, 应当由本人签字并附身份证明。

3、响应文件出现不一致的, 按照下列规定修正:

(1) 正本与副本不一致的, 以正本为准;

(2) 响应文件中首次磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的, 以首次磋商报价表为准;

(3) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以首次磋商报价表的总价为准, 并修改单价;

(5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修

正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

#### （五）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2、对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、已递交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

#### （六）最终报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得

少于 3 家。

2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

3、最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。项目符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形时，提交最终报价的供应商可以为 2 家。

4、最终报价应按首次报价的格式内容填写，由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

### （七）比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

1、评审方法：综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 2、评审因素及权重分解表（总计 100 分）

评审因素	内 容	权值%
------	-----	-----



磋商 报价	<p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/最后磋商报价）×价格权值×100</p> <p>符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>	10
服务 方案 及 措 施	<p>对磋商文件运营维保要求的响应情况，包括有详细的维保制度、维保计划、操作规程，针对环境监测站使用规律，操作性强、安全度高的计（10-15]分；满足磋商文件维保要求，无缺项漏项，有基本的运营维保制度、维保计划、操作规程的计（5-10]分；不能完全满足磋商文件维保要求，存在缺项漏项，无基本的维保制度、维保计划、操作规程或不完整的计（0-5]分。</p>	15
	<p>供应商对突发事件应急预案及相应措施（包括但不限于以下内容：冰雹、暴雪、暴雨、地震、火灾；停水、停电、水质不达标、事故、药剂泄漏、设备故障等）具有切实可行的应急管理预案。应急预案针对性强，具有详细、完善的应对措施得（4-8]分，应急预案针对性不高，应对措施不合理的得（0-4]分。</p>	8
	<p>安全保障方案：供应商应制定针对水站运行期间保障6个水站所有设备及物品的安全措施，以及发生安全事故导致水站损失的赔偿补救方案。采取方案针对性强，能够保障水站设备及物品，补救方案合理得（4-8]分，方案保障性不高，补救措施不合理得（0-4]分。</p>	8
	<p>针对本项目建立技术支持体系和服务体系。技术支持体系专业性强、有针对性，服务体系规范完善，有健全的人员考核制度及内部管理运作制度，得（4-8]分，体系建立针对性不强、内容</p>	8

	不完善得（0-4]分。	
	根据所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备，横向比较、综合赋分。设备齐全、功能完全满足本项目维保需要的计（5-8]分；设备基本齐全、能满足本项目维保需要的计（2-5]分；设备不全、不能满足本项目维保需要的计（0-2]分。	8
	服务管理责任清晰，是否有完善的监督、管理、考核标准，并制定切实可行的考核管理办法，根据响应程度计 0-5 分。	5
	针对本项目设备、设施的日常使用、维护保养提出合理化建议和方案，根据响应程度计 0-5 分。	5
项目 人员	拟投入服务人员团队组织架构及管理架构完整，职责明确，有较强的实施能力，工作流程、激励机制、信息反馈渠道完善。得（5-10]分；服务人员团队组织架构及管理架构不完整，实施能力一般，工作机制不完善得（0-5]分。未提供或不满足要求不得分。	10
	针对本项目情况对投入本项目服务人员进行的岗位培训方案完整、可行性强，培训计划详细得（4-8]分。培训方案未针对本运维项目，内容不完整得（0-4]分。未提供不得分。	8
服务 承诺	对本项目磋商文件的响应情况、结算办法、提交档案资料、数据保密方面的专项承诺。根据响应程度计 0-5 分。	5
业绩	供应商提供 2019 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得 2 分，满分 10 分，未提供者不得分。 注：响应文件中提供合同复印件加盖供应公章。	10

### 3、其他事项说明

(1) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后

的价格计算评审基准价和磋商报价。

(2) 评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

#### 4、推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。得分且最终报价相同的并列，由采购人自行确定成交候选人，磋商小组依据评审结果写出评审报告。

### 九、确定成交供应商

(一) 采购代理机构应在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

(二) 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商，复函采购代理机构。采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成

交候选人为成交供应商。

(三)采购代理机构当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果,公告期限为 1 个工作日,并向成交供应商发“成交通知书”。

## 十、质疑与投诉

### (一) 质疑

1、供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害,可以在法定期限内,以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

(1) 提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料,质疑函应当包括以下主要内容:

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;②质疑项目的名称、编号;③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;④事实依据;⑤必要的法律依据;⑥提出质疑的日期。

(2) 质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章,公章不得以合同章或其他印章代替。

(3) 质疑人可以授权代表办理质疑事项,授权代表办理质疑事项时,除递交质疑函外,还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明,授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、符合要求的质疑,采购代理机构将予以受理并答复,

具体联系方式如下：

联系人：李妍

联系电话：029-68255920 转 801

地址：西安高新区锦业路 1 号绿地领海大厦 B 座 10 楼  
1006 室

3、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

## （二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 十一、合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）成交供应商需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（229037809@qq.com）。

（三）成交供应商无正当理由拖延或拒绝与采购人签订

合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

## 十二、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十三、招标代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（二）招标代理服务费的计算方法：以成交金额为基数，参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定按标准收取，若按照标准收取不足 6000 元，按 6000 元计取。

（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）招标代理服务费交纳信息：

银行户名：陕西华采招标有限公司

开户行名称：招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行

行 号：308791011305

账 号：129905942210666

联系人：韩工 联系电话：029-68255920-802

#### 十四、政府采购融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资管理办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）的有关规定，有需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资申请，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

## 第三部分 采购内容及要求

### 一、项目概况

对西安市皂河、太平河、漕运明渠、汉城湖、浐河、石砭峪 6 个水质自动监测站进行运维服务。

### 二、服务期

自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)。

### 三、采购内容

品目号	品目名称	技术规格、参数及要求	需求量(数量/工程量)	预算总价(单位:万元)	备注
1-1	皂河自动站	常规五参数,化学需氧量,氨氮,高锰酸盐指数,总磷等运行和维护。包括试剂,仪器管路,易耗零配件以及站房维护等。	4 个月	6.5	
1-2	太平河自动站	常规五参数,高锰酸盐指数,化学需氧量(光电法),氨氮(光电法),总磷等运行和维护。包括试剂,仪器管路,易耗零配件以及站房维护等。	4 个月	6.5	
1-3	漕运明渠自动站	常规五参数,高锰酸盐指数,化学需氧量,氨氮,总磷参数等运行和维护。包括试剂,仪器管路,易耗零配件以及站房维护等。	4 个月	6.5	
1-4	浐河自动站	常规五参数,化学需氧量,高锰酸盐指数,氨氮,总磷等运行和维护。包括试剂,仪器管路,易耗零配件以及站房维护等。	4 个月	6.9	
1-5	石砭峪自动站	常规五参数,化学需氧量,氨氮,总磷,高锰酸盐指数等运行和维护。包括试剂,仪器管路,易耗零配件以及站房维护	4 个月	6.1	



		等。			
1-6	汉城湖自动站	常规五参数，化学需氧量，氨氮，叶绿素 a，气象参数等。包括仪器管路和线路，供电系统，易耗零配件以及缸体维护等。	4 个月	5.5	

#### 四、各水质自动站现有设备情况

##### 1、皂河水水质自动监测站主要设备清单

序号	产品名称	规格/型号	产地	品名	单位	数量
1	自动站房	MW-ZF	中国	MOLWAY	套	1
2	溶解氧电极	C 系列	德国	E+H	套	1
3	PH 温度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
4	电导率电极	C 系列	德国	E+H	套	1
5	浊度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
6	氨氮分析仪	GR-3411	中国	杭州绿洁	套	1
7	总磷分析仪	GR-3100	中国	杭州绿洁	套	1
8	化学需氧量分析仪	GR-2116	中国	杭州绿洁	套	1
9	高锰酸盐指数	GR-2110	中国	杭州绿洁	套	1
10	采水系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
11	配水系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
12	控制系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
13	数据传输系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
14	气象参数监测系统	WXT520	芬兰	Vaisala	套	1
15	视频监控系统	V 系列一套 (4 个摄像头)	中国	英飞拓	套	1

##### 2、太平河水水质自动监测站主要设备清单

序号	产品名称	规格/型号	产地	品名	单位	数量
1	集装箱站房	MW-ZF	中国	MOLWAY	套	1
2	溶解氧电极	C 系列	德国	E+H	套	1
3	PH 温度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
4	电导率电极	C 系列	德国	E+H	套	1

5	浊度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
6	氨氮电极	AMTAX-SC	美国	哈希	套	1
7	COD 电极	CODmax II	美国	哈希	套	1
8	总磷分析仪	GR-3100	中国	杭州绿洁	套	1
9	高锰酸盐指数	GR-2110	中国	杭州绿洁	套	1
10	采水系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
11	配水系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
12	控制系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
13	数据传输系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
14	视频监控系统	V 系列一套 (4 个摄像头)	芬兰	Vaisala	套	1

### 3、漕运明渠水质自动监测站主要设备清单

序号	产品名称	规格/型号	产地	品名	单位	数量
1	集装箱站房	MW-ZF	中国	MOLWAY	套	1
2	溶解氧电极	C 系列	德国	E+H	套	1
3	PH 温度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
4	电导率电极	C 系列	德国	E+H	套	1
5	浊度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
6	氨氮分析仪	GR-3411	中国	杭州绿洁	套	1
7	总磷分析仪	GR-3100	中国	杭州绿洁	套	1
8	化学需氧量分析仪	GR-2116	中国	杭州绿洁	套	1
9	高锰酸盐指数	GR-2110	中国	杭州绿洁	套	1
10	采水系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
11	配水系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
12	控制系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
13	数据传输系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
14	气象参数监测系统	WXT520	芬兰	Vaisala	套	1
15	视频监控系统	V 系列一套 (6 个摄像头)	中国	英飞拓	套	1

### 4、汉城湖水水质自动监测站主要设备清单

序号	产品名称	规格/型号	产地	品名	单位	数量
1	浮标浮体	MW-FB	中国	MOLWAY	套	1
2	溶解氧电极	C 系列	德国	E+H	套	1
3	PH 温度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
4	电导率电极	C 系列	德国	E+H	套	1
5	浊度电极	C 系列	德国	E+H	套	1
6	氨氮电极	C 系列	德国	E+H	套	1
7	COD 电极	C 系列	德国	E+H	套	1
8	叶绿素蓝绿藻电极	Manta	美国	沃特兰德	套	1
9	太阳能供电系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
10	控制系统	MW-KZ	中国	MOLWAY	套	1
11	数据传输系统	MW-SC	中国	MOLWAY	套	1
12	气象参数监测系统	WXT520	芬兰	Vaisala	套	1
13	视频监控系统	V 系列一套 (6 个摄像头)	中国	英飞拓	套	1

### 5、石砭峪水质自动监测站主要设备清单

序号	产品名称	规格/型号	产地	品名	单位	数量
1	自动站房	定制	杭州	杭州绿洁	套	1
2	五参数在线分析仪	GR-6600	杭州	杭州绿洁	套	1
3	氨氮在线分析仪	GR-3411	杭州	杭州绿洁	套	1
4	化学需氧量在线分析仪	GR-2116	杭州	杭州绿洁	套	1
5	总磷在线分析仪	GR-3100	杭州	杭州绿洁	套	1
6	高锰酸盐指数在线分析仪	GR-2110	杭州	杭州绿洁	套	1
7	配水单元	定制	杭州	杭州绿洁	套	1
8	控制系统	定制	杭州	杭州绿洁	套	1
9	数据传输系统	定制	杭州	杭州绿洁	套	1

### 6、浐河水水质自动监测站主要设备清单

序号	产品名称	规格/型号	产地	品名	单位	数量
----	------	-------	----	----	----	----

1	自动站房	ZDA-01-B01	西安	洛克仪器	套	1
2	化学需氧量在线分析仪	GR-2116	中国	杭州绿洁	套	1
3	进口总磷在线分析仪	Phosphax Σ Sigma	美国	哈希	套	1
4	氨氮在线分析仪	GR-3411	中国	杭州绿洁	套	1
5	高锰酸盐指数分析仪	COD-203A	美国	哈希	套	1
6	进口五参数在线分析仪	SC1000	美国	哈希	套	1
7	配水单元	定制	中国	杭州绿洁	套	1
8	控制系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1
9	数据传输系统	定制	中国	杭州绿洁	套	1

## 五、各水质自动监测站运维明细

### 1、皂河、漕运明渠水质自动监测站运维明细

序号	类别	项目	项目明细	数量	单位	备注
		取水单元耗材	取水口过滤装置	2	套	每周维护一次，根据水质情况 4 个月更换 1 次，2 个站
	仪器耗材	COD 试剂	硫酸银	8	套	每月 1 套，2 个站
			重铬酸钾			
			超纯水			
		氨氮试剂	水杨酸钠	8	套	每月 1 套，2 个站
			二氯异氰脲酸钠			
			柠檬酸钠			
			氯化铵			
			超纯水			
			氢氧化钠			
		总磷试剂	抗坏血酸	8	套	每月 1 套，2 个站
			钼酸铵			
			浓硫酸			
			过硫酸钾溶液			
			磷酸二氢钾			
			纯水			
	高指试剂	高锰酸钾	8	套	每月 1 套，2 个站	
		草酸钠				
		浓硫酸				

西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目磋商文件

			纯水			
			PH 标准液试剂包	8	份	每月 1 包, 2 个站
			COD 标准溶液	8	份	每月 1 份, 2 个站
			氨氮标准溶液	8	份	每月 1 份, 2 个站
			总磷标准溶液	8	份	每月 1 份, 2 个站
			COD 配件包	2	套	只限易损件及仪器耗材, 2 个站
			氨氮配件包	2	套	只限易损件及仪器耗材, 2 个站
			总磷配件包	2	套	只限易损件及仪器耗材, 2 个站
2	控制系统及数据传输系统	数据采集传输	网络通讯费、维护费(现场及远程)	8	月	两个站点, 4 个月
		采样预处理系统	二级过滤滤芯	16	张	一月 2 张, 2 个站
			一级过滤芯	16	根	一月 2 张, 2 个站
		控制系统	控制系统配件包	2	套	4 个月, 2 个站
3	数据内部质量控制	COD 监测仪校准	对监测仪进行校准, 对数据的准确性进行维护	8	次	每月一次, 2 个站
		总磷监测仪校准		8	次	
		氨氮监测仪校准		8	次	
		PH 监测仪校准		8	次	
		浊度监测仪校准		8	次	
		电导监测仪校准		8	次	
		溶解氧监测仪校准		8	次	
		温度监测仪校准		8	次	
4	人工类	现场维护工程师	年薪资、社保及福利、办公场所分摊	4	月薪	
		实验室分析工程师		2	月薪	
5	辅助设备类	车辆分摊费用	汽油费	8	月	4 个月, 2 个站
			折旧费	8	月	4 个月, 2 个站
			车辆保险等其它费用	8	月	4 个月, 2 个站
		运营管理费分摊	分摊费用	8	月	4 个月, 2 个站
6	其他费用	水电费	水费	8	月	4 个月, 2 个站
			电费	8	月	4 个月, 2 个站
7		外部质量控制	仪器比对等	4	次	2 个站

## 2、太平河水水质自动监测站运维明细

序号	类别	项目	项目明细	数量	单位	备注	
		取水单元耗材	取水口过滤装置	2	套	每周维护一次，根据水质情况每年更换 2-4 次	
		仪器耗材	COD 试剂	硫酸银	4	套	每月 1 套
	重铬酸钾						
	纯水						
	氨氮试剂		硫酸	4	套	每月 1 套	
			次氯酸钠				
			缓冲溶液				
			硝普钠				
	总磷试剂		纯水	4	套	每月 1 套	
			氢氧化钠				
			抗坏血酸				
			钼酸铵				
			浓硫酸				
	高指试剂		过硫酸钾溶液	4	套	每月 1 套	
			磷酸二氢钾				
			纯水				
			高锰酸钾				
	PH 标准液试剂包		草酸钠	4	套	每月 1 套	
			浓硫酸				
			纯水				
			PH 标准液试剂包	4	份	每月 1 包	
		COD 标准溶液	4	份	每月 1 份		
		氨氮标准溶液	4	份	每月 1 份		
		总磷标准溶液	4	份	每月 1 份		
		COD 配件包	1	套	只限易损件及仪器耗材		
		氨氮配件包	1	套	只限易损件及仪器耗材		
		总磷配件包	1	套	只限易损件及仪器耗材		
		溶解氧电极膜	1	根	消耗品，每 3 个月 1 根		
2	控制系统及数据传输系统	数据采集传输	网络通讯费、维护费（现场及远程）	4	月	4 个月	
		采样预处理系统	二级过滤滤芯	8	张	4 个月	
			一级过滤芯	8	根	4 个月	
	控制系统	控制系统配件包	1	套	4 个月		
3	数据内部质量控制	COD 监测仪校准	对监测仪进行校准，对数据的准确性进行维护	4	次	每月一次	
		总磷监测仪校准		4	次		

		氨氮监测仪校准		4	次	
		PH 监测仪校准		4	次	
		浊度监测仪校准		4	次	
		电导监测仪校准		4	次	
		溶解氧监测仪校准		4	次	
		温度监测仪校准		4	次	
4	人工类	现场维护工程师分摊	年薪资、社保及福利、办公场所分摊	2	月	
5	辅助设备类	车辆分摊费用	汽油费	4	月	
		运营管理费分摊	分摊费用	4	月	
6	其他费用	水电费	水费	4	月	
			电费	4	月	
7		外部质量控制	仪器比对等	4	次	

### 3、汉城湖浮标式监测站运维明细

序号	类别	项目	项目明细	数量	单位	备注
		仪器耗材	PH 标准液试剂包	4	套	每月 1 套
			COD 标准溶液	4	套	每月 1 套
			氨氮标准溶液	4	套	每月 1 套
			叶绿素标准溶液	4	套	每月 1 套
			溶解氧电极膜	1	套	1 季度更换
			蓝绿藻电极膜	1	根	1 季度更换
			叶绿素电极	1	根	1 季度更换
2	控制系统及数据传输系统	数据采集传输	网络通讯费、维护费（现场及远程）	4	月	
		控制系统	控制系统配件包	1	套	4 个月
3	数据内部质量控制	COD 监测仪校准	对监测仪进行校准，对数据的准确性进行维护	4	次	每月一次
		叶绿素监测仪校准		4	次	
		氨氮监测仪校准		4	次	
		PH 监测仪校准		4	次	

		浊度监测仪校准		4	次	
		电导监测仪校准		4	次	
		溶解氧监测仪校准		4	次	
		温度监测仪校准		4	次	
4	人工类	现场维护工程师分摊	年薪资、社保及福利、办公场所分摊	4	月	
5	辅助设备类	车辆分摊费用	汽油费	1	次	
			折旧费	1	次	
			车辆保险等其它费用	1	次	
		电脑设备	分摊费用	1	次	
		运营管理费分摊	分摊费用	4	月	
6	其他费用	水电费	水费	1	次	
			电费	1	次	
		租金	湖面租金	1	年	
7		外部质量控制	仪器比对等	4	次	

#### 4、浐河水水质自动监测站运维明细

序号	类别	项目	项目明细	数量	单位	备注	
1	仪器耗材	常规耗材	取水管路	1	套	每周维护一次,根据水质情况每季度更换一次	
			取水水泵	1	套	每周维护一次,发生故障更换,基本为每季度更换一次	
			清洗硫酸	4	瓶	管路清洗使用	
		仪器耗材	COD 试剂	硫酸银	4	套	每月一套
				硫酸汞			
				重铬酸钾			
				标液			
		仪器耗材	高锰酸盐指数试剂	草酸钠	4	套	每月一套
				高锰酸钾			
				浓硫酸			
纯水							



			氨氮试剂	逐出溶液	4	套	每月一套
				指示溶液			
				标准溶液			
			总磷试剂	抗坏血酸溶液	4	套	每月一套
				过硫酸钾溶液			
				钼酸盐溶液			
				标准溶液			
				PH 标准液	4	包	每月 1 包
				COD 配件包	1	套	只限易损件及仪器耗材
				氨氮配件包	1	套	只限易损件及仪器耗材
	总磷配件包	1	套				
	PH 电极	1	根	消耗品			
	溶解氧探头	1	个	消耗品			
2	控制系统及数据传输系统	数据采集传输	网络通讯费、维护费（现场及远程）	4	月		
		控制系统	控制系统配件包	1	套		
3	数据内部质量控制	COD 监测仪校准	对监测仪的曲线进行校准，对数据的准确性进行维护	4	次	每月一次	
		总磷监测仪校准		4	次		
		氨氮监测仪校准		4	次		
		PH 监测仪校准		4	次		
		浊度监测仪校准		4	次		
		电导监测仪校准		4	次		
		溶解氧监测仪校准		4	次		
		温度监测仪校准		4	次		
		实验监测仪器折旧		1	次		
4	人工类	现场维护工程师	年薪资、社保及福利、办公场所分摊	4	月		
		实验室分析工程师		4	次		
5	辅助设备类	车辆分摊费用	汽油费	1	次		
			折旧费	1	次		
			车辆保险等其它费用	1	次		
		电脑设备	分摊费用	1	次		
		运营管理费分摊	分摊费用	1	次		

6	其他费用	水电费	水费	4	月	
			电费	4	月	
7	外部质量控制		仪器比对等	4	次	

### 5、石砭峪水质自动监测站运维明细

序号	类别	项目	项目明细	数量	单位	备注	
		常规耗材	清洗硫酸	4	瓶	管路清洗使用	
		试剂耗材	总磷试剂	抗坏血酸溶液	4	套	每月 1 套
				过硫酸钾溶液			
				钼酸盐溶液			
				标准溶液			
			COD 试剂	硫酸银	4	套	每月 1 套
				重铬酸钾			
				超纯水			
			高指试剂	草酸钠	4	套	每月 1 套
				高锰酸钾			
				浓硫酸			
				纯水			
			氨氮试剂	水杨酸钠	4	套	每月 1 套
				二氯异氰脲酸钠			
		柠檬酸钠					
		氯化铵					
		超纯水					
			氢氧化钠				
			PH 标准液	4	包	每月 1 包	
			氨氮电极膜	1	套	只限易损件及仪器耗材	
	总磷配件包	1	套				
	PH 电极	1	根	消耗品			
	溶解氧探头	1	个	消耗品			
2	控制系统及数据传输系统	数据采集传输	网络通讯费、维护费（现场及远程）	4	台	4 个月	
		采样预处理系统	采样系统电磁阀	1	套	4 个月	
			预处理系统电磁阀	1	套	4 个月	
			预处理管路及接头	1	套	4 个月	
	控制系统	控制系统配件包	1	套	4 个月		
3	数据内部质量	COD 监测仪校准	对监测仪的曲线进行校准，对数据的准确性进行	4	次	每月一次	
		总磷监测仪校准		4	次		

	控制	氨氮监测仪校准	维护	4	次	
		PH 监测仪校准		4	次	
		浊度监测仪校准		4	次	
		电导监测仪校准		4	次	
		溶解氧监测仪校准		4	次	
		温度监测仪校准		4	次	
		实验监测仪器折旧		1	次	
4	人工类	现场维护工程师	年薪资、社保及福利、办公场所分摊	4	月	
		实验室分析工程师		1	月	
5	辅助设备类	车辆分摊费用	汽油费	4	月	
			折旧费	1	次	
			车辆保险等其它费用	1	次	
		电脑设备	分摊费用	1	次	
		运营管理费分摊	分摊费用	4	月	
6	其他费用	水电费	水费	4	月	
			电费	1	月	
7		外部质量控制	仪器比对等	4	次	

## 六、运行维护实施要求

1、供应商负责皂河、太平河、漕运明渠、汉城湖、浐河、石砭峪 6 个水质自动监测站的运行维护工作并实时传送有效监测数据。为保证水站能正常稳定运行，供应商应具备运行维护必须的实验室、专业的运营维护工作人员、校准设备、标准物质、常用的备品，备件，耗材、维护车辆及其它专用工具。供应商应提前备好水站正常运行所必须的备品、备件及消耗品，以保证水站连续运行。

2、供应商在运行期间应提供备用机，以保证水站连续运行。

3、供应商每日对水站数据进行监视，发现异常及时通知采购人；每周对水站巡检 1-2 次，每周检查、更换试剂一

次，发现异常情况及时处理并做好记录；采水、配水管路每周维护一次，并做好记录；每 2 周对监测设备进行实际水样的校准及零点检查，化学法仪器每周进行一次标液检查，做好校准记录；每季度委托有资质环境监测机构水站进行一次比对测试；供应商采取的维护方法及校准方法应经过采购人审核同意后实施。

4、供应商应按照采购人要求设计各种记录格式；供应商每月向采购人提交监测数据月报表，仪器维护、校准记录；每月向采购人提供一次完善的运行维护记录档案，对所有资料刻录光盘，交采购人存档。

5、太平河、浐河、漕运明渠、皂河、石砭峪 5 个水站每 4 个小时自动监测一次，汉城湖浮标站每小时自动监测一次；监测数据实时存储于本地电脑并实时传入远程服务器。

6、供应商负责数据的定期自动备份，确保在水站系统出现故障后，可以调取到原始数据。

7、水站无故障运行时间不得小于设备应运行时间的 75%，有效监测数据在 90%以上。

8、未经采购人同意，供应商不得将皂河、太平河、漕运明渠、汉城湖、浐河、石砭峪 6 个水质自动监测站监测数据私自传送其他单位和个人。

9、在水站运行期间，乙方应采取措施保障 6 个水站所有设备及物品的安全，若发生失窃事件造成水站损失的由乙方负责赔偿。

10、乙方在运维期间在确保数据准确稳定的前提下，必须如实上传监测数据，不得对数据进行处理、做假或隐瞒。

### 三、其它

1、甲方支付乙方的维护费用包含乙方的合理利润、人员工资、交通费用、水费、电费、网络通信费用、安全防护费用、试剂、耗材、备品各件、除监测设备之外其它附属的更换、维修及相关费用。

2、在水站运维期间，若监测设备出现故障(非人为故意或过失)，单台设备维修费用(不累计故障费用)在 3 万元以内的，从维护费用中支付；单台设备维修费用超过 3 万元(含 3 万元)的维修，乙方应提出书面申请，经甲方同意后，由乙方实施，超出 3 万元的部分由甲方支付。设备出现故障应急时予以维修，不得无故拖延。设备发生故障需立即开展维修工作，以上维修费用额度以单次计，不累计。

3、在合同有效期内，地震、洪水等不可抗力原因导致水站及设备损毁与乙方无关外，乙方需保证运维期内水站站房、设备、管路安全，若发生事故乙方需承担全部责任。除非发生地震、火灾、市政维护、枯水、冰冻、停电、盗窃等自然及人为原因水站不得无故停运。若因各种原因需要停运

且停运超过 1 天的,乙方应以书面形式向甲方申请,经同意后,乙方采用手工方式进行全部项目监测,频次每天一次,数据手工录入系统(系统应有备注),监测分析的原始资料留存备查。

## 第四部分 拟签订的合同条款文本

### 西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站 运维服务采购项目合同

甲方(采购人): \_\_\_\_\_ 西安市环境监测站 \_\_\_\_\_

乙方(运维方): \_\_\_\_\_

签订日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目合同

甲方(采购人): 西安市环境监测站

乙方(运维方): \_\_\_\_\_

根据西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

### 一、合同文件组成

本合同由下列文件共同组成,不可分割,按其解释效力的优先次序排列如下:

(1) 本《合同书》正文;

(2) 成交通知书;

(3) 磋商文件;

(4) 在执行本合同的过程中,所有经甲、乙双方签约代表人签字并加盖双方单位公章的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)也成为本合同的有效组成部分。

### 二、合同的服务内容及期限

(1) 服务内容见本合同附件一《磋商文件》《第三部分:采购内容及要求》。

(2) 服务期:自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)



### 三、甲方权利及责任

(1)安排乙方技术服务人员在现场系统运行维护的工作场所。

(2)对乙方技术服务人员技术能力、工作态度进行考核。对不符合要求的技术服务人员，甲方有权利要求乙方更换。

(3)对乙方履行合同责任和义务的工作计划和工作情况进行监督，对乙方日常工作的质量、安全措施等进行监督，开展质控考核，对考核不合格的项目要求乙方及时整改并进行处罚。

(4)尽可能协助乙方协调在服务工作中与相关单位的关系。

(5)按本合同规定的付款方式支付合同款项。

(6)本合同规定的其他一切权利、义务和责任。

### 四、乙方权利与责任

(1)指派( )作为项目联系人，管理并协调乙方的项目实施工作。指派( )作为项目负责人，协调安排项目实施工作。指派( )作为项目分管领导，负责监督和落实本方在项目实施过程中未能履行的责任(若故障或问题未能及时解决，或者项目联系人超过 24 小时联系不上时，业主人员可直接联系乙方项目分管领导，告知相关情况并要求处理解决)。

(2)按照本合同附件一《磋商文件》《第三部分采购

内容及要求》，有计划地安排符合资格的人员到甲方现场工作，按时高质量履行合同各项责任和义务。

(3) 乙方应接受甲方对其合同执行情况、工作完成情况的监督、检查，对不符合要求的工作情况要按甲方要求及时整改。

(4) 根据本合同约定取得服务费。

(5) 乙方若要更换项目负责人，需提前 5 个工作日向甲方提出书面申请征得甲方同意后方可执行。

(6) 乙方在工作中造成的安全事故，相应责任及发生的费用全部由乙方承担。

(7) 乙方由于自己原因未履行本合同约定的全部或部分责任或义务而造成甲方损失的，相应责任及补救费用全部由乙方承担。乙方由于自己未按设备和系统运行维护技术规范 and 操作规程履行任务、或自己其它人为原因造成甲方设备或系统损坏，乙方须负责修复，相应责任及发生的费用全部由乙方承担。

(8) 除甲方书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的责任和义务。

(9) 本合同规定的其他一切权利、义务和责任。

## 五、合同完工验收

在本合同期满后的 15 天内，由甲、乙双方共同组织进行合同完工验收。

(1) 验收目的

对合同执行情况、乙方的服务质量、系统运行的状况进行全面检查和验收。

(2) 验收内容

1. 乙方提交的运行维护服务总结报告。
2. 乙方提交的日常运行维护记录。
3. 乙方提交的系统变更调整记录（若发生过变更调整）。
4. 对系统进行全面的运行状况检查测试。

(3) 参加人员

甲、乙双方的代表，本行业其他单位的资深技术专家等。

(4) 验收结论

签署是否同意通过验收的验收报告。

若经检查测试，系统因乙方未尽服务责任而存在故障或重大故障隐患，则乙方须负责排除该故障或故障隐患，方可通过验收。

(5) 验收会相关费用由乙方负责。

## 六、合同价格

(1) 合同总价：人民币大写 \_\_\_\_\_ 元整  
(¥ \_\_\_\_\_ 元)（详见附件二）。

(2) 合同总价包含了乙方为履行本合同全部责任义务、完成合同约定的全部任务所需的全部费用，包括但不限于相关人员的薪酬、福利、加班补贴、差旅补贴、劳动保障、食

宿、交通、人身保险、工具、废液处置及相关用品、合同约定需购置的备品备件等费用，以及各种税费、管理费和利润等。

## 七、付款方式

甲方按下列程序分期付款：

(1) 合同签订后 15 日内，乙方开具相应发票，则甲方支付乙方合同金额 40% 的运营维护费用。即人民币大写元整（¥\_\_\_\_\_元）。

(2) 水质自动监测站运营维护结束后，经甲方验收合格，双方签署验收单，乙方开具相应发票，则甲方支付乙方合同金额 60% 的运营维护费用。即人民币大写\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_元）。

(3) 转账信息：

## 八、违约责任

1. 乙方提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒付，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、如因无正当理由造成水质监测设备无法正常运行的（含仪器维修超过 15 个工作日的），并无手工监测数据，除扣除相应费用外，另每站每天罚款 500 元。

4、甲方无正当理由拒绝乙方成果，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。

5. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

## 九、争端的解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的西安市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向西安市人民法院起诉。

## 十、保密

甲乙双方保密义务：

（1）双方为本合同条款和合同金额保密。

（2）乙方所有参与本项目的服务人员必须严格遵守保密守则，不得向其他公司和人员泄露被维护系统的任何技术资料 and 监测数据，违反者将被严肃处理。若因此造成甲方经济损失或名誉损失，乙方和相关负责人将被依法追究法律责任。

(3) 在本合同履行完毕后，乙方应全部归还还在合同执行过程中甲方提供给乙方的一切资料。

## 十一、合同生效

(1) 本合同经双方授权代表签字盖章后立即生效，合同签订日期以最后一个签字日为准。

(2) 本合同一式陆份，以中文书写，甲方贰份，乙方壹份，财政局贰份，鉴证方一份，甲、乙双方及鉴证方签字盖章后生效，具同等效力。

(3) 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的组成部分。

## 十二、其他

若有未详尽事宜，甲、乙双方应协商解决，必要时签署补充协议成为本合同的有效组成部分。

甲方（盖章）：西安市环境监测站

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

或其委托代理人：

或其委托代理人：

联系电话：029-85910156

联系电话：

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签订日期：\_\_年\_\_月\_\_日

附件一：

## 运行维护实施要求

### 一、甲方的权利和义务

1、甲方负责监督乙方的运维工作,定期对水站进行质量抽测、检查及考核,检查考核内容包括水站的运行状态,乙方的运营维护记录、维修记录、比对校准记录等各种记录、数据报表、每月的有效数据及数据传输率。

2、甲方定期查看监测数据,当数据异常或发生突发事件时,通知乙方进行处理。

3、甲方应按合同约定及时支付乙方运行维护费用,若乙方提供的自动监测数据质量及数量不符合要求,则甲方有权根据情况扣除相应维护费用或要求乙方延长运维时间。

4、甲方应指定水站运行维护管理部门及负责人,以便乙方定期向甲方汇报运营工作。

5、水站产生的数据所有权归甲方所有,乙方不得随意使用并对外发布。

### 二、乙方的权利和义务

1、乙方负责皂河、太平河、漕运明渠、汉城湖、浐河、石砭峪 6 个水质自动监测站的运行维护工作并实时传送有效监测数据。为保证水站能正常稳定运行,乙方应具备运行维护必须的实验室、专业的运营维护工作人员、校准设备、标准物质、常用的备品,备件,耗材、维护车辆及其它专用工具。乙方应提前备好水站正

常运行所必须的备品、备件及消耗品，以保证水站连续运行。

2、乙方在运行期间应提供备用机，以保证水站连续运行。

3、乙方每日对水站数据进行监视，发现异常及时通知甲方；每周对水站巡检 1-2 次，每周检查、更换试剂一次，发现异常情况及时处理并做好记录；采水、配水管路每周维护一次，并做好记录；每 2 周对监测设备进行实际水样的校准及零点检查，化学法仪器每周进行一次标液检查，做好校准记录；每季度委托有资质环境监测机构水站进行一次比对测试；乙方采取的维护方法及校准方法应经过甲方审核同意后实施。

4、乙方应按照甲方要求设计各种记录格式；乙方每月向甲方提交监测数据月报表，仪器维护、校准记录；每月向甲方提供一次完善的运行维护记录档案，对所有资料刻录光盘，交甲方存档。

5、太平河、浐河、漕运明渠、皂河、石砭峪 5 个水站每 4 个小时自动监测一次，汉城湖浮标站每小时自动监测一次；监测数据实时存储于本地电脑并实时传入远程服务器。

6、乙方负责数据的定期自动备份，确保在水站系统出现故障后，可以调取到原始数据。

7、水站无故障运行时间不得小于设备应运行时间的 75%，有效监测数据在 90%以上。

8、未经甲方同意，乙方不得将皂河、太平河、漕运明渠、汉城湖、浐河、石砭峪 6 个水质自动监测站监测数据私自传送其他单位和个人。



9、在水站运行期间，乙方应采取措施保障 6 个水站所有设备及物品的安全，若发生失窃事件造成水站损失的由乙方负责赔偿。

10、乙方在运维期间在确保数据准确稳定的前提下，必须如实上传监测数据，不得对数据进行处理、做假或隐瞒。

### 三、其它

1、甲方支付乙方的维护费用包含乙方的合理利润、人员工资、交通费用、水费、电费、网络通信费用、安全防护费用、试剂、耗材、备品各件、除监测设备之外其它附属的更换、维修及相关费用。

2、在水站运维期间，若监测设备出现故障（非人为故意或过失），单台设备维修费用在 3 万元以内的，从维护费用中支付；单台设备维修费用超过 3 万元（含 3 万元）的维修，乙方应提出书面申请，经甲方同意后，由乙方实施，超出 3 万元的部分由甲方支付。设备出现故障应急时予以维修，不得无故拖延。设备发生故障需立即开展维修工作，以上维修费用额度以单次计，不累计。

3、在合同有效期内，地震、洪水等不可抗力原因导致水站及设备损毁与乙方无关外，乙方需保证运维期内水站站房、设备、管路安全，若发生事故乙方需承担全部责任。除非发生地震、火灾、市政维护、枯水、冰冻、停电、盗窃等自然及人为原因水站不得无故停运。若因各种原因需要停运且停运超过 1 天的，乙方应以书面形式向甲方申请，经同意后，乙方采用手工方式进行全部项目监测，频次每天一次，数据手工录入系统（系统应有备注），监测

分析的原始资料留存备查。

4、乙方违反本技术要求的,甲方有权根据情节轻重选择以下三种措施之一:

(1) 要求乙方免费运行维护相应时间。

(2) 扣除相应运行维护费用。

(3) 解除合同。

5、甲、乙双方任何一方在协议期内要求解除协议,须提前一个月通知对方。

6、维护到期后,乙方应保证水站设备及附属的正常。

7、其他未尽事宜参考《国家地表水自动监测站运行管理办法》

## 第五部分 响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

项目编号：SXHC2022-355

### 西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目

#### 响 应 文 件

(格式)

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

一、 响应函 .....	页码
二、 首次磋商报价表 .....	
三、 费用组成明细表 .....	
四、 供应商资格证明文件 .....	
五、 合同条款偏离表 .....	
六、 响应方案说明.....	
七、 业绩的有关证明材料 .....	
八、 供应商承诺书 .....	
九、 落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项 .....	

## 一、响应函

（采购人名称） \_\_\_\_\_：

我单位收到贵公司关于西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目（项目编号：SXHC2022-355）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需所有服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的首次磋商报价为：人民币（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元），并对其后的磋商报价负法律责任

三、我方递交纸质版响应文件正本一份、副本三份及电子版磋商响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方投标有效期为自响应文件递交截止之日起\_\_\_\_\_个日历日，磋商后在规定的投标有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

(1) 按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(2) 我方保证在成交公告发布后7个工作日内按规定和标准向贵方缴纳招标代理服务费；

(3) 响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评评审结论和定标结果。

九、一旦我方成交，我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：除可填报项目外对本磋商响应函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

## 二、首次磋商报价表

项目名称	西安市环境监测站 2022 年水质自动监测站运维服务采购项目
项目编号	SXHC2022-355
磋商报价 (元)	大写: _____ 小写: _____
服务期	
<p>说明:</p> <p>1、磋商报价以元为单位,大小写不一致时,以大写为准。</p> <p>2、本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时,以本表为准。</p>	

供应商名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 三、费用组成明细表

说明：对磋商报价组成进行详细说明，各供应商自行填写。  
最终磋商报价后，各供应商提供的费用组成明细表中各项报价执行同比例下浮原则。

供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_



## 四、供应商资格证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的 2021 年度财务报告或供应商开户银行近 6 个月内其出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标时间前 6 个月内任意时段的缴纳证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

3、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明（法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125 号）文件中信用查询的要求；

采购人或采购代理机构将在响应文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】和【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

**备注：**

（1）以上为供应商必备资格要求，资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按磋商文件给定的格式填写，响应文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应证明文件；事业单位法人可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

附 1:

### 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

(采购人名称): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (供应商名称) 于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在中华人民共和国境内\_\_\_\_\_ (详细注册地址) 合法注册并经营, 公司主营业务为\_\_\_\_\_, 营业(生产经营)面积为\_\_\_\_\_, 现有员工数量为\_\_\_\_\_, 本公司郑重承诺, 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商名称(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

附2:

## 参加政府采购活动前3年内无严重违法记录的书面声明

\_\_\_\_\_(采购人名称)\_\_\_\_\_:

我方\_\_\_\_\_ (供应商名称) 郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有严重违法记录。如有不实,我方将无条件地退出本项目的采购活动,并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商名称(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

附 3-1:

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附 3-2:

残疾人福利性单位声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附 3-3:

监狱、戒毒企业声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附 4:

## 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

### (1) 法定代表人身份证明

供应商名称: \_\_\_\_\_

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

注册地址: \_\_\_\_\_


成立时间: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日; 经营期限: \_\_\_\_\_

经营范围: 主营: \_\_\_\_\_ ; 兼营: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_ (供  
应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件



说明: 仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商名称 (盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



## (2) 法定代表人授权委托书

(采购人名称) \_\_\_\_\_ :

注册于 \_\_\_\_\_ (工商行政管理局名称) 之 \_\_\_\_\_ (供应商全称) 的法定代表人 \_\_\_\_\_ (姓名) 授权 \_\_\_\_\_ (授权代表姓名) 为我方合法委托代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改 \_\_\_\_\_ (项目名称) 响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明: 本授权委托书自签发之日起生效, 授权委托书有效期自投标有效期届满之日起失效, 仅限授权代表参加投标时提供。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖 章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

身份证号码: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ (签 字)

身份证号码: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

法定代表人身份证复印件  
(正反两面)

授权代表身份证复印件  
(正反两面)

## 五、合同条款偏离表

序号	磋商文件 合同条款要求	响应文件 合同条款响应	偏离 及其影响

注：

1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中合同条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 六、响应方案说明

格式自定，参照磋商文件第二部分《评审方法和程序》各条款的要求，结合第三部分《采购内容及技术要求》编制响应方案。

## 七、业绩的有关证明材料

序号	合同签订时间	建设单位名称	项目名称	合同金额

说明：

1、本表后附合同复印件加盖公章，合同签订时间及金额以合同中体现的内容为准。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 八、供应商承诺书

### 供应商企业关系关联承诺书

一、我单位本项目投标中\_\_\_\_\_（填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：\_\_\_\_\_（没有填“无”）。

我单位的上级管理单位 \_\_\_\_\_（没有填“无”）。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位\_\_\_\_\_（没有填“无”）。

我单位\_\_\_\_\_（填“有”或“没有”）被\_\_\_\_\_（有填写控股单位全称，没有填“/”）\_\_\_\_\_单位控股。

二、我单位\_\_\_\_\_（填“有”或“没有”）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明\_\_\_\_\_（没有填“无”）。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 九、落实政府采购政策需提供的相关材料及供应商认为有必要补充说明的事项