

一、技术要求（包括对产品的认证、检验报告）

物资名称	规格	技术参数	单位	数量
医院外科口罩	耳挂式	<p>1、符合国家标准 YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》。*</p> <p>2、由罩体、鼻夹、口罩带组成。产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g。一次性使用。</p> <p>3、口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破洞、污渍。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N，口罩的细菌过滤率应不小于 95%。</p>	只	588236
一次性使用医用口罩	耳挂式	<p>1、符合国家标准 YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》。*</p> <p>2、由口罩体、鼻夹、口罩带组成。产品应无菌，经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g。一次性使用。</p> <p>3、口罩应整洁、形状完好、表面不得有破损、污渍。口罩的细菌过滤率应不小于 95%。</p>	只	588236

1、因本项目为应急储备物资采购项目，供应商须在采购人当地设立相应储备达到二类医疗器械及防疫应急物资储备条件的库房且临时储备口罩物资不得少于500万个，并提供可行度高的紧急供货方案及应急措施。*

2、成交后采购人将对供应商库房及储备数量进行实地考察是否达到我单位要求标准。*

注：*项为废标项。

每一项产品必须满足或优于技术参数中要求的国家标准或行业标准。

三、服务要求

1、质量保证：乙方承诺所提供的医疗卫生耗材必须是符合药监部门质量标准的合格产品，进货渠道正常，并具备正规的产品注册证登记表、生产许可证，配送耗材时须提供配送批次产品的合格证明资料、检测报告、卫生安全评价报告等

2、乙方不仅应随耗材向甲方提供使用说明书、质量标准或甲方所要求的相关资料，同时乙方须保证甲方在使用过程中的技术支持及售后服务，否则，甲方有权拒收耗材或则退货，责任由乙方承担。

3、乙方配送的耗材日期距离其出厂日期不得超过该耗材有效期的三分之一时间段。如过该耗材有效期超过三分之一时间段，甲方有权拒收或选择退货，由此造成的损失由乙方承担。

4、包装及其他要求：符合出厂要求、包装完整无破损；包装标识清楚，进口设备应具有原产国标识及中文标识且标识必须清楚，配送产品必须为全新未拆封产品且渠道合法。

5、乙方所提供的医用卫生耗材在有效期内出现质量问题，甲方有权利要求乙方退货或换货，退换货时间不超过72小时。

四、商务要求

1、供货期：合同有效期为二年，在合同有效期内，如果甲方按照合同项采购货物，当采购金额达预算金额后，合同自动终止。

2、交货期：由于本次项目采购为应急储备物资采购，为满足实际使用乙方接到甲方订货通知2小时内负责将货物运送至甲方指定的地点，由甲方负责按照相关标准进行验收，乙方在运送过程中所产生的一切费用由乙方负责承担。