

# 旬阳市妇幼保健院检验设备采购（二标段）中标（成交）明细

受旬阳市妇幼保健院委托，采用进行采购检验设备采购（二标段）（项目编号：**ZFCG-旬阳市-2022-0050**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（旬阳市妇幼保健院检验设备采购（二标段））

**1.1、** 中标（成交）供应商：西安万合华畅医药科技有限公司

**1.2、** 中标（成交）总价：**721000.00** 元

**1.3、** 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	临床检验设备	深圳爱康	<p>旬阳市妇幼保健院检验科购置全自动酶免工作站设备1套，★2.机械臂：2个独立的机械臂，可独立工作也可同步工作，工作中两个机械臂可分开间距≥700mm。3.加样模块：3.1加样针：加样针容量≥1000ul，白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。3.2加样通道：≥4个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm。3.3液体探测：具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。★3.4加样范围：5-1000ul，提供所投标产品的注册检验报告为证。3.5加样精度：100ul加样量，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%；1000ul加样量，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%3.6分配速度：标本分配速度≤1分钟30秒/96孔板（并行分配8块微板的样本时）；试剂分配速度≤1分钟20秒/96孔板。3.7加样位：≥8个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥8块。4.试剂位：4.1通用试剂位：通用试剂位≥21个，应能同时放置试剂≥21种。4.2专用试剂位：专用试剂位≥40个，用于放置原瓶的阴性、阳性对照品及质控品，可同时装载≥40种。▲4.3试剂自动识别：通用试剂位均可主动感应识别试剂的类型和位置，每个试剂盒内置不同规格磁感应装置，可在实验进行中动态更换试剂盒位置，无需按固定的位置摆放，加样通道到感应的试剂位置吸取试剂。试剂空缺时，具备纠错和缺位提示功能。5.抓手模块：采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。6.孵育模块：6.1振荡孵育模块：≥8个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育，孵育时加盖密封。★6.3控温范围及精度：孵育温度范围32℃—60℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃，提供所投标产品的注册检验报告为证。7.洗板模块：★7.1洗板机：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。清洗残留液量≤1ul/孔，提供所投标产品的注册检验报告为证。7.2洗板方式：每台洗板机独立洗板，2台洗板机可同时使用2种不同类型的洗液并列洗板技术规格见参数.主要用于微生物等检验业务，满足临床检查需求。售后服务优,质保期2年及以上.</p>	1.00	台	721,000.00	721,000.00