

# 招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：动物工程学院实践教学条件建设项目

采购项目编号：**SCIT-ZG-SX2023070003**

杨凌职业技术学院

四川国际招标有限责任公司共同编制

**2023年08月04日**

# 第一章 投标邀请

四川国际招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受杨凌职业技术学院委托，拟对动物工程学院实践教学条件建设项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：SCIT-ZG-SX2023070003

## 二、项目名称：动物工程学院实践教学条件建设项目

## 三、招标项目简介

本项目共2个包，01包，动物疫病防控陕西省高校工程研究中心设备，1批，采购预算 600200元；02包，家庭农场畜禽养殖1+X证书实训室建设，1批，采购预算 300000元。

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（动物疫病防控陕西省高校工程研究中心设备）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（家庭农场畜禽养殖1+X证书实训室建设）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝

2、法定代表人授权书：提供法定代表人授权书，法定代表人直接参加的只须提供身份证 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

采购包2：

1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝

2、法定代表人授权书：提供法定代表人授权书，法定代表人直接参加的只须提供身份证 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-服务专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：杨凌职业技术学院**

地址：杨凌示范区渭惠路24号

邮编：712100

联系人：杨凌职业技术学院经办

联系电话：13609259636

**代理机构：四川国际招标有限责任公司**

地址：四川国际招标有限责任公司

邮编：710000

联系人：连女士

联系电话：029-88854271-8009

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**

联系人：柴老师、张老师

联系电话：029-87611715、029-68936154

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项   | 说明和要求   |
|----|--|---|
| 1  | 采购预算（实质性要求）  | <p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：600,200.00元</p> <p>采购包2：300,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>   |
| 2  | 最高限价（实质性要求）  | <p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>  |
| 3  | 评标方法   | <p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>  |
| 4  | 是否接受联合体  | <p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>   |
| 5  | 落实节能、环保、无线局域网认证产品政策  | <p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p> |
| 6  | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>   |

|    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 7  | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | <p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p> |
| 8  | 不正当竞争预防措施（实质性要求）   | <p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>  |
| 9  | 投标保证金              | <p>采购包1保证金金额：12,000.00元</p> <p>采购包2保证金金额：6,000.00元</p> <p>缴交渠道：虚拟账户,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：四川国际招标有限责任公司陕西分公司</p> <p>开户银行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行</p> <p>银行账号：9902001788169694</p>   |
| 10 | 标书费信息              | 免费获取   |
| 11 | 履约保证金（实质性要求）       | <p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>  |
| 12 | 投标有效期（实质性要求）       | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。  |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求）     | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：以中标金额作为计算基数,参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮20%,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。</p>   |
| 14 | 采购结果公告             | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。  |
| 15 | 中标通知书              | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。  |
| 16 | 政府采购合同公告、备案        | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。   |
| 17 | 进口产品               | 不允许  |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察      | <p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p>  |
| 19 | 特殊情况               | <p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>   |

2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由杨凌职业技术学院和四川国际招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由杨凌职业技术学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由四川国际招标有限责任公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是杨凌职业技术学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川国际招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## 2.4投标文件

### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投

标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4 评标**

详见招标文件第五章。

#### **2.5.5 中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### **2.6 签订及履行合同和验收**

#### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### **2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

##### **2.6.2.1 合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

采购包2：不允许合同分包；

##### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### **2.6.3 采购人增加合同标的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.4 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。



## 2.6.5履约验收方案

采购包1:

详见采购文件及合同条款

采购包2:

详见采购文件及合同条款

## 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由四川国际招标有限责任公司负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川国际招标有限责任公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由四川国际招标有限责任公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日

内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；
- （四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：连女士

联系电话：**029-88854272转8009**

地址：西安市高新区唐延路**35**号旺座现代城**G座2301**室

邮编：**710000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

### 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

#### 3.1采购项目概况

本项目共2个包，01包，动物疫病防控陕西省高校工程研究中心设备，采购预算600200元；02包家庭农场畜禽养殖1+X证书实训室建设，采购预算300000元，（具体详见招标文件）

#### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：600,200.00

采购包最高限价（元）：600,200.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量   | 标的金额（元）    | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|------|------|------------|------|------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | 教学仪器 | 1.00 | 600,200.00 | 批    | 工业   | 否      | 否        | 否        | 否          |

采购包2：

采购包预算金额（元）：300,000.00

采购包最高限价（元）：300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量   | 标的金额（元）    | 计量单位 | 所属行业       | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
|----|------|------|------------|------|------------|--------|----------|----------|------------|
| 1  | 教学仪器 | 1.00 | 300,000.00 | 批    | 软件和信息技术服务业 | 否      | 否        | 否        | 否          |

#### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：教学仪器

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |       |  |  |  |    |    |         |
|------|----|-----------|-------|--|--|--|----|----|---------|
|      |    | 01包       |       |  |  |  |    |    |         |
|      |    |           |       |  |  |  |    |    |         |
|      |    | 序号        | 标的物名称 | 配置规格及主要技术参数（以下为基础配置，所投产品可以等于或优于以下配置要求） |  |  | 单位 | 数量 | 标的物所属行业 |

|   |         |  |   |   |             |
|---|---------|--|---|---|-------------|
| 1 | 动物饲养隔离器 | <p>一.主要技术参数:</p> <p>1.规格尺寸: <math>\leq 2200 \times 850 \times 1800</math>mm</p> <p>2.换气次数, 次/h: 10-50</p> <p>3.气流速度, m/s: 0.1-0.2</p> <p>4.梯度压差, Pa: 0-100</p> <p>5.洁净度, 级: <math>\geq 100</math></p> <p>6.落下菌数, 个/皿: 0</p> <p>7.氨浓度, mg/m<sup>3</sup>: <math>\leq 14</math></p> <p>8.噪音, dB(A): <math>\leq 55</math></p> <p>9.工作照度, Lx: <math>\geq 150-300</math></p> <p>二.隔离器系统要求:</p> <p>1.要求采用风机, 噪音低, 风量大;</p> <p>2.要求可任意调节压差0-100Pa;</p> <p>3.要求采用高效过滤器;</p> <p>4.要求有MIC压差计配置;</p> <p>5.要求采用透明钢化玻璃;</p> <p>三.主要配置要求:</p> <p>1.不锈钢上机箱: 不锈钢板厚: 1.5m/m</p> <p>2.不锈钢下机箱: 锈钢板厚PCR: 1.2m/m</p> <p>3.不锈钢网垫: 不锈钢丝<math>\Phi 1.8 \sim \Phi 4.0</math></p> <p>4.钢化玻璃: 厚度不于6mm</p> <p>5.需配备风机</p> <p>6.压差表: 0~250Pa</p> <p>7.控温仪: 0~400℃</p> <p>8.电压表: 0~250V</p> <p>9.探头: 0~400℃</p> <p>10.手套: 丁晴胶</p> <p>11.高效过滤器</p> <p>12.加热灯、紫外灯: <math>\geq 275</math>W</p> <p>13.配备: 饮水器、饮水箱、料槽、塑料薄膜</p> | 台 | 3 | 工业<br>(制造业) |
|---|---------|--|---|---|-------------|





|   |         |   |   |   |         |
|---|---------|---|---|---|---------|
| 5 | 三槽三控水浴锅 | <p>主要技术要求:</p> <p>1.要求采用不锈钢内胆。</p> <p>▲2.三孔独立控制温度。</p> <p>3.具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。</p> <p>4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。</p> <p>可实现仪器远程控制；无线通讯报警系统</p> <p>5.容量：≥2L*3</p> <p>6.控温范围：室温+5℃—100℃</p> <p>7.分辨率：0.1℃</p> <p>8.波动度：±0.3℃</p> <p>9.均匀度：±0.3℃ at37℃</p> <p>10.控制器：采用微处理控制器，数字显示</p> <p>11.消耗功率：≤850W</p> | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 移液枪     | <p>1.手动单道，数字显示。</p> <p>▲2.每把量程刻度显示不少于4-5位数字，</p> <p>▲3.多功能按键，一键可以实现量程锁定，避免误操作。而且具有调节容量及褪吸头的功能</p> <p>4.全量程可调，整支可消毒</p> <p>▲5.颜色标示量程大小</p> <p>6.装卸无需工具，易于清洁维护</p> <p>▲7要求圆锥吸头及活塞涂油高质量类金刚石膜（DLC）。</p> <p>8.标配≥3种不同形状的可更换握把。</p> <p>每组包含6支，分别为以下规格各一支</p> <p>0.1-2ul 0.5-10ul 2-20ul 10-100ul 20-200ul 100-1000ul</p>                                    | 组 | 3 | 工业（制造业） |
| 7 | 液氮罐     | <p>1.要求采用防锈铝合金制造，有效容积：50L</p> <p>▲2.口径：≥125mm</p> <p>3.液氮保存期：≥70天</p> <p>4.配套：≥3个提篮</p> <p>5.保护套：有</p> <p>▲6.要求安装有带锁扣的外翻盖</p> <p>▲7.要求可以适用于静置和运输两用</p>  | 台 | 2 | 工业（制造业） |

|   |     |  |   |   |                     |
|---|-----|--|---|---|---------------------|
| 8 | 液氮罐 | <p>1.要求采用防锈铝合金制造，高真空多层超绝热结构，适用于室内长时间保存胚胎，干细胞皮肤，疫苗等活性生物材料。</p> <p>2.有效容积： 20L</p> <p>3.口径： <math>\geq 50\text{mm}</math></p> <p>4.液氮保存期： <math>\geq 130</math>天</p> <p>5.配套： <math>\geq 3</math>个提篮</p> <p>6.保护套： 有</p> <p>▲7.要求安装有带锁扣的外翻盖</p> <p>▲8.要求可以适用于静置和运输两用</p> | 台 | 2 | 工业<br>(制<br>造业<br>) |
|---|-----|--|---|---|---------------------|



|   |           |   |   |         |  |
|---|-----------|---|---|---------|--|
|   |           | <p>主要技术要求：</p> <p>用途：用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析。</p> <p>性能</p> <p>1.1 CCD: Tanon 1000M高分辨率低照度数码摄像头</p> <p>1.2 物理分辨率：≥1280×1040,133万像素</p> <p>▲1.3 感光效率：芯片光电转换效率：High QE: ≥72% @600nm</p> <p>1.4 读出噪声：≤4.3e- RMS</p> <p>1.5 信噪比：≥71 db</p> <p>1.6 像素密度：16 bit</p> <p>1.7 动态范围：≥3.0个数量级</p> <p>1.8 电动镜头：Computar高通透电动镜头，F=1: 1.2, 8-48mm</p> <p>1.9 激发光源：302nm，可选配470nm</p> <p>1.10 照明模式：双侧LED白光</p> <p>1.11 紫外拍摄面积：≥20×20cm</p> <p>▲1.12 蓝光拍摄面积：≥22×28cm</p> <p>▲1.13 观察功能：可通过机箱上的防紫外观察窗观察实验结果</p> <p>▲1.14 割胶功能：可通过机箱上的操作窗口进行割胶操作</p> <p>1.15 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1-60分钟）</p> <p>1.16 可通过激发光源选择实现凝胶实验结果的全自动拍摄</p> <p>▲1.17 可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外（蓝光）灯的全自动控制</p> <p>1.18 可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外（蓝光）灯</p> <p>1.19配置：电脑配置要求i7处理器以上，≥16GB内存，500G硬盘，显示屏尺寸≥21英寸</p> <p>1.20要求配备相适配的拍摄软件及分析软件</p> <p>1.21提供证明资料（包含但不限于所投产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、销售协议、代理协议、原厂彩页）</p> |   |         |  |
| 9 | 多功能凝胶成像系统 | 台   | 1 | 工业（制造业） |  |

|  |  |    |         |   |   |         |  |
|--|--|----|---------|---|---|---------|--|
|  |  |    |         | <p>主要技术要求:</p> <p>1.气流模式: 要求30%外排 70%内循环</p> <p>▲2 过滤器: 要求可以针对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上</p> <p>3 风速: 要求流入气流平均风速: &gt;0.5m/s</p> <p>下降气流平均风速: 0.25 -0.5m/s</p> <p>▲4 噪音: ≤62dB (A)</p> <p>5 振动半峰值: ≤3μm( rms)</p> <p>6 光照度: ≥1000Lux</p> <p>▲7 尺寸: ≤外形尺寸1080×790×2150mm</p> <p>工作区尺寸≥915×600×680mm</p> <p>8 前窗: 要求使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作, 玻璃厚度≥5mm。</p> <p>9 柜体结构: 要求四面双层结构, 操作区三面侧壁板一体成型结构, 所有工作室内表面和集液槽均要求使用304#不锈钢。</p> <p>10 报警保护系统: 要求在安全柜前窗开启高度超过设定的高度时, 安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时, 联锁系统启动, 声、光、语音同时报警提示。</p> <p>11 操作口高度: 要求前窗采用配重平衡方式, 200mm工作高度, 超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、语音同时报警提示。</p> <p>▲12 显示: 要求彩色液晶显示器, 实时显示高效过滤器使用寿命及吸入、下降风速值。具有预约杀菌与杀菌定时功能, 具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录。新增照明灯累计运行时间超过5000小时、杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示(可清除)。标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。</p> <p>▲13 前视窗定位: 要求具有脚踏、电动及手动开关随意定位电动升降前窗。</p> <p>▲14 实验操作: 要求有10°倾角操作</p> |   |         |  |
|  |  | 10 | 单人生物安全柜 | 台   | 1 | 工业(制造业) |  |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>面，方便操作、要求可调安全门高度、可控制柜内电源等。</p> <p>15 简便的可维护性：要求内胆、集水盘均采用<b>304#</b>不锈钢材料，内胆一次成型，<b>R15</b>圆弧处理。</p> <p>16 安全性能：要求具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。</p> <p>▲17 风机：采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。</p> <p>18 产品执行<b>YY0569-2011</b>行业标准及符合<b>YZB/DL009-2013</b>标准，具备国家食品药品监督管理局的<b>III</b>医疗器械注册证及生产制造认可表。（实质性条款）</p>  |  |  |  |
|  |  |  |  | <p>主要技术参数：</p> <p>要求<b>≥7</b>英寸彩色高分辨率(<b>1024*600</b>)电容触摸屏，参数显示齐全，直观，使用方便、简单。</p> <p>主机外壳采用材料，保证耐高温，耐腐蚀性，抗老化。</p> <p>要求保证仪表的响应速度和测量数据的准确性。</p> <p>要求符合国际规范的<b>GLP</b>要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、<b>USB</b>输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。</p> <p>仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，要求仪器亮度可调，温度单位可自由切换<b>°C</b>和<b>°F</b>。</p> <p>要求具有内置大容量存储可储存大于<b>1810</b>套测量数据，数据可以通过<b>U</b>盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件<b>EXELL</b>打开，方便编辑。</p> <p>要求仪器配备蓝牙模块，支持无线蓝牙打印。</p> <p>要求可扩展性：可快速更换不同的<b>pH</b>电极(针对测量不同的样品可选择相匹配的电极)来测量<b>pH</b>。</p> <p>要求可以自动识别<b>15</b>种<b>pH</b>标准</p> |  |  |  |

|    |             |  |   |   |             |
|----|-------------|--|---|---|-------------|
| 11 | PH数显<br>滴定仪 | <p>缓冲溶液，至少有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。</p> <p>可智能判断电极状态，确保准确使用。</p> <p>要求符合IP54防尘防溅等级设计。</p> <p>12..pH显示范围：-2.00至20.00 pH</p> <p>13.pH分辨率：0.1/0.01pH</p> <p>14.pH相对精度：±0.02pH</p> <p>15.输入电流：≤2×10<sup>-12</sup> A</p> <p>16.输入阻抗：≥1×10<sup>12</sup> Ω</p> <p>17.mV测量范围：-1999~1999 mV</p> <p>18.mV分辨率：1mV</p> <p>20.mV相对精度：±0.1%FS</p> <p>21.温度测量范围：0-100℃</p> <p>温度分辨率：0.1℃</p> <p>温度相对精度：±0.5℃</p> <p>温度补偿：手动/自动（0~100）℃</p> <p>22.校准：自动3点校准</p> <p>23.GLP标准：符合</p> <p>24.数据存储：≥2000组</p> <p>25.通讯接口：USB2.0，USB微型接口，蓝牙无线</p> <p>26.工作条件：温度：5-40度湿度：5-85%</p> <p>电源：12V1A（110-220,50Hz-60Hz适配器）</p> <p>27.质量和安全认证:ISO9001:2000, CE和CMC</p> <p>28.主要配置：主机+配套电极</p> | 台 | 1 | 工业<br>（制造业） |
|----|-------------|--|---|---|-------------|

|  |  |  |    |  |  |   |         |
|--|--|--|----|--|--|---|---------|
|  |  |  | 12 | 十万分之一双量程电子天平<br><br>主要技术要求：<br>1.最大称量值：最大称量值：≥50/120 g<br>▲2.校准方式：全自动内部校准<br>3.可读性：可读性：0.01/ 0.1 mg<br>4.重复性（标准方差）：0.02/ 0.1 mg<br>5.线性误差：≤±0.0001 g<br>6.稳定时间：≤10 s<br>7.温漂(PPM/K)：≤±0.8<br>▲8.典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：20mg<br>最佳最小称量值：(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：9mg<br>9.单位：≥15种单位可选<br>10.称量模式：≥6种<br>11.秤盘尺寸：≥Ø 80 mm<br>12.去皮范围：全量程<br>13.整机尺寸(W × D × H)：≤209 × 321 × 309 mm<br>14.通讯接口：≥2个<br>15.要求显示屏双行显示，第二行可显示天平中文操作提示，无需参照说明书即可操作天平；称量室上方自带红色ESR静电消除条，要求有除静电设计，确保天平称量准确<br>16.提供证明资料（包含但不限于所投产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、销售协议、代理协议、原厂彩页） |  | 1 | 工业（制造业） |
|--|--|--|----|--|--|---|---------|

采购包2：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：教学仪器

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |       |   |    |    |         |
|------|----|-----------|-------|---|----|----|---------|
|      |    | 序号        | 标的物名称 | 配置规格及主要技术参数（以下为基础配置，所投产品可以等于或优于以下配置要求）                    | 单位 | 数量 | 标的物所属行业 |
|      |    | 1         |       | 一、基本要求：<br>1) 包含牛养殖教学知识点虚拟实训训练功能。<br>2) 猪养殖教学知识点虚拟实训训练功能。 |    |    |         |

|   |  |  |  |   |   |   |            |
|---|--|--|--|---|---|---|------------|
| 1 |  |  |  | <p>3) 鸡养殖知识点虚拟实训训练功能。</p> <p>4) 养殖场通用检验检疫虚拟实训训练功能。</p> <p>5) 学生可以通过身份证账号登陆进行学习，记录实训软件每个步骤的使用情况，形成错题本，项目可自由创建分组教学（教学内容包含但不限于虚拟仿真资源、音频资源、视频资源、PPT等教学资源），所创建分组教学需在移动端生成模块化课程并且可以进行教学以及结果反馈，或与第三方平台进行兼容连接。</p> <p>6) 学生在考核模式过后可以生成成绩。</p> <p>7) 平台带有划分机构与分组的功能，可根据需要划分不同机构和分组对账号进行管理。</p> <p>8) 平台可根据每年不同的农林牧渔类职业技能证书内容要求修改资源内容，软件资源必须符合畜牧兽医专业相关职业资格证书等级的要求。（提供相关证明材料）</p> <p>9) 平台在农林牧渔类相关职业技能证书考试时，可以开放针对职业技能证书的模拟考试，注册的学生可在指定的时间内通过账号登陆进行模拟考试。（提供相关证明材料）</p> <p>二、软件资源包含：</p> <p><b>牛场建设与生产设备的使用</b></p> <p>1.选址与场区布局(1)选址(2)场区布置</p> <p>2.牛舍建设3.牛场配套设施</p> <p><b>牛繁育技术</b></p> <p>1.精液的品质检查2.精液的稀释和保存3.发情鉴定</p> <p>4.奶牛的人工授精5.奶牛体型线性评定</p> <p>6.妊娠诊断</p> <p><b>犊牛培育</b></p> <p>1.犊牛接生；2.哺喂初乳；3.哺乳期犊牛饲养管理</p> <p>（1）清理剩料与补料（2）卫生保健</p> <p>（3）打耳号与去角（4）去副乳头（5）断乳判断</p> <p><b>育成牛培育</b></p> <p>1.分群判断；2.修蹄判断；3.乳房按摩</p> <p>4.刷拭与调教；5.日常管理（环境控制与判断）</p> <p><b>围产牛饲养</b></p> <p>1.围产期牛饲养管理</p> <p><b>泌乳牛饲养</b></p> <p>1.挤奶技术</p> <p><b>干奶牛饲养</b></p> <p>1.干奶期判断；2.干奶方法</p> <p><b>猪场建设与生产设备的使用</b></p> <p>1.选址与场区布局</p> <p>(1)选址(2)场区布置</p> <p>2.猪舍建设与设备使用</p> <p>(1)饲养设备(2)环控设备</p> <p><b>猪繁育技术</b></p> <p>1.常见种猪品种识别与选用</p> <p>（1）常用商业品种（2）培育品种（3）地方品种</p> <p>2.种公猪采精；3.精液的品质检查；4.猪的人工授精</p> <p>5.母猪的发情鉴定；6.猪的妊娠判定</p> <p>7.母猪接产；8.假死仔猪急救</p> <p><b>哺乳仔猪培育</b></p> <p>1.仔猪固定乳头；2.温度控制；3.打耳标</p> | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|   |  |  |  | <p>家庭农场畜禽养殖1+X证书实</p>   |   |   |            |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <div>训室</div> <div>建设</div> <div>4.剪牙；5.断尾；6.开食</div> <div>保育猪培育</div> <div>1.仔猪猪去势</div> <div>育肥猪培育</div> <div>1.猪背膘测定</div> <div>人员管理</div> <div>1.技术场长（主管）批次化管理；2.管理架构</div> <div>3.不同角色实施的管理和技术职责</div> <div>鸡场建设与生产设备的使用</div> <div>1.选址与场区布局</div> <div>（1）选址（2）场区布置</div> <div>2.鸡舍必要结构与设备认知</div> <div>（1）搭建育雏育成舍、肉鸡舍、蛋鸡养殖舍</div> <div>（2）饲养设备：喂饲设备，饮水设备，笼具设备</div> <div>（3）环控设备：降温设备，采暖设备，通风设备，照明设备</div> <div>鸡繁育技术</div> <div>1.常见种鸡品种识别与选用</div> <div>（1）常用商业品种（2）培育品种（3）地方品种</div> <div>2.鸡的人工授精</div> <div>（1）鸡的采精（2）精液的品质检查</div> <div>（3）精液的稀释和保存（4）鸡的人工输精</div> <div>3.鸡孵化技术</div> <div>（1）种蛋外观选择（2）种蛋照蛋透视</div> <div>（3）孵化器准备（4）种蛋预热，码盘入孵，温度调控</div> <div>（5）照蛋判断（6）移盘，出雏</div> <div>（7）雏鸡的雌雄鉴别</div> <div>鸡育雏生产技术</div> <div>1.育雏舍与设备准备；2.接雏工作</div> <div>3.开饮诱导；4.温度判断与对应操作</div> <div>5.断喙</div> <div>养殖场通用检验检疫虚拟实训教学模块</div> <div>养殖场免疫准备</div> <div>1.运输检查；2.疫苗存储</div> <div>3.疫苗领用生产时间确认，挑选正确的运输方法</div> <div>4.免疫器具消毒；5.疫苗配置</div> <div>养殖场免疫过程</div> <div>1.鸡的保定；2.点眼免疫；3.滴鼻免疫；4.刺种免疫</div> <div>5.注射免疫；6.饮水免疫；7.牛的保定；8.牛的肌肉注射；9.猪的保定；10.猪的肌肉注射</div> <div>养殖场突发传染病处理</div> <div>1.突发传染病汇报；2.无害化处理；3.消毒</div> <div>三、其他要求：</div> <div>1.如对应模拟的畜禽养殖职业技能等级标准有调整，供应商或者所投厂家需进行资源的调整，成本由供应商或者所投厂家来承担。</div> <div>2.可在教育部网站上查询到对应考核证书相关要求根据证书考核内容的调整和更新，对软件内容进行免费升级调整和更新。</div> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30日

采购包2:

自合同签订之日起30日

#### 3.4.2交货地点

采购包1:

杨凌职业技术学院

采购包2:

杨凌职业技术学院

#### 3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

采购包2:

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 货物全部运到采购人指定地方, 交付完毕并经终验合格后, 供应商持《终验合格单》原件和全额增值税专用发票, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

采购包2: 付款条件说明: 货物全部运到采购人指定地方, 交付完毕并经终验合格后, 供应商持《终验合格单》原件和全额增值税专用发票, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1.技术验收: 交收检验合格后, 设备由成交单位负责安装调试。安装调试完毕后, 中标人提交验收文件, 采购方的设备使用单位对设备进行技术验收(中标人协助), 验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。2.最终验收: 技术验收合格后的, 采购人根据使用单位技术验收报告, 组织相关部门对设备进行最终验收。3.验收依据: (1) 合同文本; (2) 国家有关的验收标准及规范; (3) 招标文件; (4) 投标文件。4.投标供应商向采购人提交项目实施过程中的所有维保资料,以便采购人日后管理和维护该项目。

采购包2:

1.技术验收: 交收检验合格后, 设备由成交单位负责安装调试。安装调试完毕后, 中标人提交验收文件, 采购方的设备使用单位对设备进行技术验收(中标人协助), 验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。2.最终验收: 技术验收合格后的, 采购人根据使用单位技术验收报告, 组织相关部门对设备进行最终验收。3.验收依据: (1) 合同文本; (2) 国家有关的验收标准及规范; (3) 招标文件; (4) 投标文件。4.投标供应商向采购人提交项目实施过程中的所有维保资料,以便采购人日后管理和维护该项目。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1.中标供应商必须保证提供的设备是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品; 其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规; 中标供应商必须承担因所供设备而引起的全部法律责任。2.质量保证期:终验合格之日起36个月; 软件五年内升级维护(若有软件, 包含在费用中), 投标人承诺的质保时间或制造厂家的质保期限超过上述要求的, 按其承诺时间和制造厂家承诺质保执行。

采购包2:



1.中标供应商必须保证提供的设备是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；中标供应商必须承担因所供设备而引起的全部法律责任。2.质量保证期:终验合格之日起36个月；软件五年内升级维护（若有软件，包含在费用中），投标人承诺的质保时间或制造厂家的质保期限超过上述要求的，按其承诺时间和制造厂家承诺质保执行。

#### **3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1:

详见采购文件及合同条款

采购包2:

详见采购文件及合同条款

#### **3.5其他要求**

01包及02包其他要求 1. 售后服务要求 1.1投标人应具备在24小时内对用户的服务要求做出反应，48小时内提供必要的技术服务的能力。提供必要的技术能力排除故障。设备使用期间，凡发生质量问题，投标人均应保证及时提供采购人提出的技术服务要求，若投标人未按约定提供服务的，服务期内，采购方有权自行委托第三方提供采购方所需要的技术支持及售后服务，所发生的所有费用由投标人承担，如因此造成采购方损失的，投标人承担赔偿责任。 1.2投标人应提供设备常规保养和维护的日程表，并对前2-3次的常规维护提供现场技术支持。提供设备的维修手册、维修指导录像等中文技术资料，提供本地化服务支持，售后服务与技术支持至少应包含：电话支持、远程维护、现场服务三种方式。 2.技术培训要求 2.1 每套设备安装调试完毕后，投标人的技术人员必须对项目单位的设备使用人员进行操作应用、安全防护及维护保养方面的技能培训至完全掌握为止，培训期间，培训师的所有费用由投标人承担。 2.2技术资料 提供所有设备、系统全套产品目录及说明书（中文版）。 备注：3.4商务要求及3.5其他要求为实质性响应条款，不允许负偏离，否则视为无效响应。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况                       | 评审点具体描述   | 关联格式   |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | <p>1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准予执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）</p> <p>2.具备良好商业信誉的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 3.具备健全的财务会计制度的证明材料。（注：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2021或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》）</p> <p>4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（（①社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；）；②提供2022年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；）； 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 8.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p> | 其他响应性投标文件 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 监狱企业的证明文件 |

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| 2 | <p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>  | <p>①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2021或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p> | <p>投标人应提交的相关资格证明材料</p> |
| 3 | <p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> | <p>供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p>   | <p>投标函</p>             |

采购包2:

|    |          |         |      |
|----|----------|---------|------|
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------|---------|------|

|   |                                       |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | <p>供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件</p> | <p>1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）</p> <p>2.具备良好商业信誉的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 3.具备健全的财务会计制度的证明材料。（注：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2021或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》）</p> <p>4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（（①社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；）；②提供2022年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；）；</p> <p>5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）；</p> <p>6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（按照招标文件格式1-3提供承诺函）；</p> <p>7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）；</p> <p>8.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p> | <p>其他响应性投标文件 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 监狱企业的证明文件</p> |
| 2 | <p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>          | <p>①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2021或2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》</p> <p>供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>   | <p>投标人应提交的相关资格证明材料</p>  |

|   |  |                                       |     |
|---|--|---------------------------------------|-----|
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
|---|--|---------------------------------------|-----|

#### 4.2特殊资格审查

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况                                   | 评审点具体描述   | 关联格式                 |
|----|--|---|----------------------|
| 1  | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 | 采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝 | 其他响应性投标文件 投标函 投标文件封面 |
| 2  | 法定代表人授权书                                   | 提供法定代表人授权书，法定代表人直接参加的只须提供身份证 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章  | 其他响应性投标文件 投标文件封面     |

采购包2:

| 序号 | 资格审查要求概况                                   | 评审点具体描述   | 关联格式                 |
|----|--|---|----------------------|
| 1  | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录 | 采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝 | 其他响应性投标文件 投标函 投标文件封面 |
| 2  | 法定代表人授权书                                   | 提供法定代表人授权书，法定代表人直接参加的只须提供身份证 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章  | 其他响应性投标文件 投标函 投标文件封面 |

#### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况       | 评审点具体描述  | 关联格式                          |
|----|----------------|--|-------------------------------|
| 1  | 本采购包专门面向中小企业采购 | 1.本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业），非中小企业参与的将视为无效响应。2.参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2:

| 序号 | 资格审查要求概况       | 评审点具体描述  | 关联格式                          |
|----|----------------|--|-------------------------------|
| 1  | 本采购包专门面向中小企业采购 | 1.本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业），非中小企业参与的将视为无效响应。2.参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1:

| 序号 | 符合审查要求概况                                       | 评审点具体描述  | 关联格式       |
|----|--|--|------------|
| 1  | 不正当竞争预防措施（实质性要求）                               | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2  | 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理 | 1.未按规定缴纳保证金； 2.投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的； 3.投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的； 4.投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的； 5.商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的； 6.未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。 7.没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。   | 投标文件封面     |

采购包2:

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
|----|----------|---------|------|
|----|----------|---------|------|

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求）                               | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理 | 1.未按规定缴纳保证金； 2.投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的； 3.投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的； 4.投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的； 5.商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的； 6.未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。 7.没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。   | 投标文件封面     |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。



六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6 确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

| 评审因素   |          | 评审标准  |       |       |                  |
|--------|----------|---|-------|-------|------------------|
| 分值构成   |          | 详细评审60.00分<br>报价得分40.00分  |       |       |                  |
| 评审因素分类 | 评审项      | 详细描述  | 分值    | 客观/主观 | 关联格式             |
| 详细评审   | 技术指标 和配置 | 基本分（35分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得35分，“▲”号技术参数负偏离一项扣1分，非“▲”号技术参数一条负偏离扣0.5分，扣完为止。实质性条款不允许负偏离，否则视为无效投标文件。   | 35.00 | 客观    | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|        | 项目实施方案   | 1.供应商应提供详细的针对本项目具体的组织实施、技术实施能力、安装调试以及详细的人员投入等项目实施方案进行综合评定。方案具体，明确、可实施性强，得5-4.1分；方案具体，明确、但可实施性一般，得4-2.1分；方案方案粗略，不详细，得2-1分；无方案得0分。 2.评审小组根据供应商提供详细的安全保障，应急处理、进度安排等措施进行综合评定 方案具体，明确、可实施性强，得5-4.1分；方案具体，明确、但可实施性一般，得4-2.1分；方案方案粗略，不详细，得2-1分；无方案得0分。 | 10.00 | 主观    | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|        | 业绩       | 提供2020年01月01日至投标截止时间同类业绩的，每提供1个得1分，最高得5分。（供应商自己实施的）；说明：需提供合同复印件   | 4.00  | 客观    | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|        |          |   |       |       |                  |

|     |         |   |       |    |                             |
|-----|---------|---|-------|----|-----------------------------|
|     | 培训及售后服务 | <p>1.提供完整、可行的售后服务方案。（5分）说明：售后服务方案包括但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，备品备件计划，质保范围等；售后服务方案详细、明确、完善得5-4.1分；售后服务方案详细、明确、但不够完善得4-2.1分；售后服务方案粗略，不详细、不明确得2-1分；无售后服务方案得0分。</p> <p>2.提供完整、可行的技术培训方案（5分）说明：技术培训方案含但不限于协助使用方进行证书考核前的相关准备工作、协助进行模拟考试相关对应内容培训。明确具体培训方式、时间、地点、人员以及培训内容情况 技术培训方案详细、明确、完善得5-4.1分；技术培训方案详细、明确、但不够完善得4-2.1分；技术培训方案粗略，不详细、不明确得2-1分；无技术培训方案得0分。</p> | 10.00 | 主观 | <p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p> |
|     | 节能、环保   | <p>供应商响应产品中每有一项为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商响应产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品的得1分，最多得1分。说明：投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。</p>  | 1.00  | 客观 | <p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p> |
| 价格分 | 价格分     | 以本次最低有效报价为基准价，报价得分=（投标基准价/供应商投标报价）×价格权值×100。  | 40.00 | 客观 | <p>开标一览表</p> <p>标的清单</p>    |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
| 无  |    |      |    |    |      |

采购包2:

| 评审因素   |     | 评审标准                                |    |       |      |
|--------|-----|-------------------------------------|----|-------|------|
| 分值构成   |     | <p>详细评审60.00分</p> <p>报价得分40.00分</p> |    |       |      |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述                                | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |

|      |          |  |       |    |                  |
|------|----------|--|-------|----|------------------|
| 详细评审 | 技术指标 和配置 | 基本分（25分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得25分，技术参数一条负偏离扣1分，扣完为止。说明：技术参数中有要求提供证明资料的，须按照要求提供，如无法提供或提供不吻合则视为负偏离；若提供虚假内容的按虚假应标处理。  | 25.00 | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|      | 功能演示     | 投标人对家庭农场禽畜养殖教学实训平台类似功能进行演示（以真实系统现场演示），重点演示系统主要功能实现过程。演示内容清晰明确，能实现所有功能或目标，得10-7.1分；演示内容较清晰明确，基本能实现功能或目标，得7-4.1分；演示内容不明确，只能实现部分功能或目标或以其他非真实系统演示形式，得4-1分；无演示，得0分。   | 10.00 | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|      | 项目实施方案   | 1.供应商应提供详细的针对本项目具体的组织实施、技术实施能力、安装调试以及详细的人员投入等项目实施方案进行综合评定。方案具体，明确、可实施性强，得5-4.1分；方案具体，明确、但可实施性一般，得4-2.1分；方案方案粗略，不详细，得2-1分；无方案得0分。2.评审小组根据供应商提供详细的安全保障，应急处理、进度安排等措施进行综合评定 方案具体，明确、可实施性强，得5-4.1分；方案具体，明确、但可实施性一般，得4-2.1分；方案方案粗略，不详细，得2-1分；无方案得0分。 | 10.00 | 主观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|      | 业绩       | 提供2020年01月01日至投标截止时间同类业绩的，每提供1个得1分，最高得5分。（供应商自己实施的）；说明：需提供合同复印件  | 5.00  | 客观 | 产品技术参数表<br>商务应答表 |
|      |          |  |       |    |                  |

|     |         |   |       |    |                             |
|-----|---------|---|-------|----|-----------------------------|
|     | 培训及售后服务 | <p>1.提供完整、可行的售后服务方案。（5分）说明：售后服务方案包含但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，备品备件计划，质保范围等；售后服务方案详细、明确、完善得5-4.1分；售后服务方案详细、明确、但不够完善得4-2.1分；售后服务方案粗略，不详细、不明确得2-1分；无售后服务方案得0分。</p> <p>2.提供完整、可行的技术培训方案（5分）说明：技术培训方案含但不限于协助使用方进行证书考核前的相关准备工作、协助进行模拟考试相关对应内容培训。明确具体培训方式、时间、地点、人员以及培训内容情况 技术培训方案详细、明确、完善得5-4.1分；技术培训方案详细、明确、但不够完善得4-2.1分；技术培训方案粗略，不详细、不明确得2-1分；无技术培训方案得0分。</p> | 10.00 | 主观 | <p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p> |
| 价格分 | 价格分     | 以本次最低有效报价为基准价，报价得分=（投标基准价/供应商投标报价）×价格权值×100。  | 40.00 | 客观 | <p>开标一览表</p> <p>标的清单</p>    |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
| 无  |    |      |    |    |      |

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

#### **5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

### 采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：其他响应性投标文件

### 采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：其他响应性投标文件

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同条款.docx



