

# 采购清单

采购单位	西安市第八医院		备案函号	ZCSP-西安市-2023-00214			
项目名称	【610100232000000015859】2023年基础医疗设备						
财政拨款	¥ 710,000.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医用电子生理参数检测仪器设备	货物	710,000.00	1	批	710,000.00	技术参数 第一、心电监护仪 一、设备名称：心电监护仪 二、设备数量：30台。 三、技术要求及参数： （一）监护仪外形结构 1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 2、≥12.0寸彩色LED显示屏,彩色高分辨率达800*600,6通道波形显示 （二）监测参数： 1、标准配置可监测心电,呼吸,无创血压,血氧饱和度,脉搏和体温。 2、★具备ECG多导同步分析功能,同时分析多个心电导联。 3、★具备智能导联脱落监测功能,个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 4、可显示PI血氧灌注指数,有效反映血氧灌注情况。 5、具有抗干扰和弱灌注血氧技术。 6、NIBP和BP的测量范围宽,大大提升边界情况的测量准确性。 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr: 15-215 新生儿: sys: 25-140 dia:10-115 avr:15-125 7、支持心率变化统计和动态血压分析。 （三）系统功能： 1、支持中/英文字符和条码扫描枪输入 2、具有三级声光报警,参数报警级别可调 3、具备报警集中设置功能 4、具备血液动力学、药物计算功能 5、可选内置存储卡,也支持外部USB存储设备,支持掉电存储和U盘数据导入导出功能 6、具备Nurse Call报警功能 7、支持VGA外接拓展显示屏 8、具备

							<p>趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 9、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 10、★选配高容量锂电池，工作时间≥4小时 11、可选配3通道记录仪 12、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 13、★支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效，延长其使用寿命 14、防水等级达到IPX1标准</p> <p>二、输液泵 一、设备名称：输液泵 二、设备数量：20台 三、技术要求及参数： 1. 适用符合标准的20d/mL、60d/mL输液器 ▲2. ≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式 3. 输液速度范围：0.1-1200.0mL/h，最小增量为0.01mL/h 4. 预置输液量范围：0.1-9999ml（最小增量0.01） 5. 输液总量显示范围：0-99999.99 mL 6. 输液精度≤±5% 7. 具有排气功能 8. 具有快</p>
2							
3							
4							
5							