

标书编号：HYX-ZFCGAK-2024012



岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力 提升项目 二次招标文件

采购单位：岚皋县卫生健康局

代理机构：华优信项目管理有限公司

日期：2024年10月

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标单位须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标单位须携带数字认证证书（CA 锁），如因投标单位自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览投标单位登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标单位”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”：
（<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），投标单位登录之后可以看到当前投标单位今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

投标单位等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 10 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、注意事项

(1) 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标单位配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标单位需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

(2) 建议投标单位在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

(3) 投标单位需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

(4) 及时关注右侧公告及互动栏目信息。

(5) 后附不见面开标的详细操作手册

目 录

- 第一部分 招标公告
- 第二部分 投标单位须知前附表
- 第三部分 投标须知
- 第四部分 招标内容及要求
- 第五部分 商务要求
- 第六部分 合同主要条款
- 第七部分 投标文件格式

第一部分 招标公告

项目概况

岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目招标项目的潜在投标单位应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2024年10月29日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYX-ZFCGAK-2024012

项目名称：岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：348950.00 元

采购需求：

合同包1（岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目）：

合同包预算金额：348950.00 元

合同包最高限价：348950.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	医疗车	303200.00	1(辆)	详见采购文件	303200.00	303200.00
1-2	其他医疗设备	45750.00	15(台)	详见采购文件	45750.00	45750.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日内交付使用。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); ③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); ④《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号); ⑤《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); ⑥《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号); ⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); ⑧《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); ⑨《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号); ⑩《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号); ⑪《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号); ⑫《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。⑬其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目)特定资格要求如下:

(1)具有独立承担民事责任的能力,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证);

(2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

(3) 财务状况报告：提供近三年（2021-2023 年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位 2023 年 10 月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2023 年 10 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

(6) 投标单位为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标单位为生产厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

(7) 投标单位改装后的专用车辆需为国家工业和信息化部（原国家发改委）的“汽车产品公告目录”的救护车车型，投标单位需提供可证明材料及车型详细数据；

(8) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已

失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

三、获取招标文件

时间：2024年10月09日至2024年10月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年10月29日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

报名须知：1、使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、报名确认：投标单位须在文件发售时间内携带网络报名回执单、法人授权委托书及营业执照复印件加盖公章，在代理机构处进行报名确认或发送至邮箱921486478@qq.com。3、未完成网上投标成功的或未经采购代理机构报名确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。4、本项目采用不见面开标，电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。5、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购单位信息

名称：岚皋县卫生健康局

地址：岚皋城关镇新街 6 号

联系方式：13991558343

2. 采购代理机构信息

名称：华优信项目管理有限公司

地址：安康市兴科明珠小区 28 栋 2902 室

联系方式：18909150746

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：18909150746

华优信项目管理有限公司

2024 年 10 月 08 日

第二部分 投标单位须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位	岚皋县卫生健康局
2	代理机构	华优信项目管理有限公司
3	项目名称	岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目
4	采购内容	采购医疗救护车 1 辆，制氧机 15 台
5	最高限价	小写：348950.00 元 大写：叁拾肆万捌仟玖佰伍拾元整
6	交付期	交付期为合同签订之日起 30 个日历日；
7	交付地点	采购单位指定位置
8	资格审查方式	资格后审
9	投标报价	1、投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2、投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。
10	投标单位 资质要求	<p>（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；</p> <p>（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；</p> <p>（3）财务状况报告：提供近三年（2021-2023 年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；</p> <p>（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；</p> <p>（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投</p>

		<p>标单位 2023 年 10 月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2023 年 10 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；</p> <p>（6）投标单位为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标单位为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；</p> <p>（7）投标单位改装后的专用车辆需为国家工业和信息化部（原国家发改委）的“汽车产品公告目录”的救护车车型，投标单位需提供可证明材料及车型详细数据；</p> <p>（8）参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询 (www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站 (http://zxgk.court.gov.cn/) 查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。</p>
11	是否接受联合体投标、是否接受进口产品	不接受联合体投标、不接受进口产品
12	评审办法	综合评分法
13	响应文件份数	线上电子响应文件 (*.SXSTF) 壹份
14	投标保证金	不收取（安财采管【2022】4 号）
15	特殊情况处理	<p>投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政部门，由财政部门按照以下原则处理：</p> <p>（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合</p>

		<p>规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；</p> <p>(2) 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。</p> <p>(3) 在评标期间，出现符合专业条件的投标单位或者对招标文件作出实质响应的投标单位不足三家情形的，可以比照前款规定执行。</p>
16	是否允许递交备选投标方案	不允许
17	编制要求	投标单位必须按照招标文件规定的内容和格式填报“投标文件”，并编制目录，且逐页连续标注页码。
18	其他说明事项	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元
19	采购方式	公开招标
20	开标时间和地点	<p>时间：2024年10月29日上午09时00分（北京时间）</p> <p>地点：安康市公共资源交易中心403开标室 （安康市汉滨区香溪路8号）</p>
21	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中采购单位代表1人，专家4人；评标专家确定方式：从陕西省政府采购网评审专家库（安康市本级）中随机抽取。
22	评标委员会推荐中标候选人的人数	推荐的中标候选人人数为3名
23	投标有效期	90日历天（从提交响应文件日起计算）

24	评审小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。
25	付款方式	车辆及设备送到甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方在7个工作日内一次性支付。
26	结果公示	公示媒介：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省安康市） 公示期限：_1_个工作日
27	质保金	无（安财采管【2022】14号）
28	核心产品	救护车
29	答疑	如有疑问，投标单位需书面提出，经采购单位收集问题后，统一答疑。

第三部分 投标须知

一、名词解释

- 1、采 购 单 位：岚皋县卫生健康局
- 2、监 督 单 位：岚皋县财政局
- 3、招标代理机构：华优信项目管理有限公司
- 4、招标文件：招标文件与投标文件的统称
- 5、供应商：报名参加本次招标活动的投标单位

二、招标文件

1、招标文件包括目录中所列的六部分，投标单位应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都作出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标单位，并对投标单位具有约束力。投标单位在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件的修改

3-1、在投标文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。

3-2、招标文件的修改以书面形式通知所有投标单位，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3-3、为使投标单位编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修

改内容进行研究,招标代理机构可以酌情延长投标文件递交截止日期。

4、投标人必须从全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载电子版竞争性磋商文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。文件一经下载，仅作为本次投标使用。

5、本文件的解释权归招标代理机构。

三、投标要求

1、**投标内容：岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目。**

2、**投标资格要求：**

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供近三年（2021-2023年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2023年10月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2023年10月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

（6）投标单位为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标单位为制造厂家应出具医疗器械

生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

（7）投标单位改装后的专用车辆需为国家工业和信息化部（原国家发改委）的“汽车产品公告目录”的救护车车型，投标单位需提供可证明材料及车型详细数据；

（8）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

投标单位要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性），经审查不合格的投标单位按废标处理。

3、投标文件的编制：

3-1、投标文件必须根据招标组织单位发售的投标文件格式编写，对招标文件做出实质性响应。

3-2、**投标报价：最低报价不是中标的唯一依据。（请注意仔细阅读此项）**

本项目的投标报价采用本须知前附表规定的承包方式进行报价。

报价为投标单位充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据企业自身情况自主做出的投标报价。

投标报价应包括包括完成本项目所要求的服务的全部以及分摊在

报价中的风险费用、其它、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用在内的一切费用，应计入报价，应计未计部分视为全部计入。投标单位所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，投标单位在计算报价时自行考虑风险系数。投标报价不得超过采购预算，否则按无效文件处理。

本投标报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的企业，可根据本单位的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保服务周期、质量的前提下，进行自由竞争报价。

3-3、报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

4、投标费用自理。

5、投标文件有效期为自投标之日起九十个日历日，中标投标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

四、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容 **（此项内容请着重阅读）**

1、关于需要特别提醒供应商的内容

1-1、本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1-2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具

(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

1-3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、关于报名

2-1、下载须知：使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2-2. 报名确认：请在文件下载时间以内将网上报名成功回执单、法人授权书、被授权人身份证、营业执照（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记，确认完成报名流程，否则报名无效，确认完毕后方可下载文件；

2-3、未完成网上报名成功的或未经采购代理公司报名确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

2-4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

2-5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

3、关于文件的制作和签名

3-1. 为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。

3-2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）

投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>;

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4、关于响应文件递交与解密

4-1. 文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页）电子交易平台）企业端）我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4-2. 文件开启与解密

4-2-1采购代理机构组织招标、文件开启、评审工作，招标整个过程接受监督部门的监督。

4-2-2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织招标，参加投标的供应商授权代表在开标前10分钟登录不见面开标系统签到以证明其出

席。

4-2-3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

4-3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形

五、招标机构及职能

1、招标代理机构组织招标、评审工作，整个招标过程接受相关部门的监督和管理，招标代理机构在规定的的时间和地点组织投标，供应商须提前登录安康市公共资源交易网不见面开标大厅进行签到以证明其出席。

2、为确保投标工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会由采购单位代表及有关专家组成，评标委员会成员在陕西省政府采购专家库中随机抽取。

评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

2-2、要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与评标结果报告的起草；

2-6、配合招标代理机构答复供应商提出的质疑；

2-7、配合财政部门的投诉处理工作。

3、评标委员会的职能：

(1) 审查参加投标的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。

(2) 与评标委员会各成员就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中的评分内容响应情况等进行评审。

(3) 依据招标文件，并视投标情况，确定进入最终评审的供应商。

(4) 排序推荐候选中标单位。

(5) 协商处理招标过程中出现的其它相关问题。

六、招标评审办法及内容

1、招标评审原则：

1-1、评标委员会遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。

1-2、采用同一程序和标准对投标单位进行评估。

2、符合性和有效性审查：依据招标文件的要求，对各投标单位的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。

符合性审查标准：

符	供应商名称	与营业执照、其他证件名称一致
---	-------	----------------

合 性 审 查	响应文件签署盖章	响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。
	响应文件组成及格式	符合“响应文件格式”的要求
	投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）第一次投标报价表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；
	投标内容、 投标有效期	符合招标文件规定
	交付期	符合招标文件规定
	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

投标文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：

2-1、投标文件没有按招标文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。

2-2、投标文件没有加盖单位公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

2-3、供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。

2-4、供应商所提交的供货方案内容及货物质量不能满足要求，出现重大负偏差，谈判后仍不能满足要求的。

2-5、投标文件的商务响应与招标文件要求不一致（交付期、付

款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件，谈判后仍不能满足要求的。

2-6、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

2-7、违反《政府采购法》有关规定和投标纪律的。

3、有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

3-1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

3-4 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5 不同投标人的响应文件相互混传；

3-6 在电子评标过程中，对各投标人电子投标文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。

4、投标文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；

5、招标程序：

招标的全过程分为公开唱标、供应商资质审查、符合性审查、综合评审等阶段。

6、评标办法及内容

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下。

评审要素	分值	赋分标准
------	----	------

价格	30分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
商务响应	5分	经过资格审查合格的投标人，商务及技术文件中对交付时间、付款、验收、售后服务等方面进行响应说明，完全响应且有优于招标文件得5分，完全响应文件的得3-4分，较响应招标文件得1-2分，未提供响应说明不得分。
节能、环境标志产品	4分	投标人所投产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品并有节能产品认证证书的计1分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品并有环境标志产品认证证书的计1分，最多得4分。
技术响应评审	15分	根据投标文件对招标文件第四章“采购内容”技术参数响应情况，完全符合、响应招标文件要求，技术资料齐全，技术参数全部满足招标文件要求计15分；其中★号为实质性参数，不允许偏离，否则做废标处理；其他参数为重要参数，负偏离将做扣分处理。一项不满足扣1分，扣完为止。 评审依据： 提供生产厂家确认的具有相应的功能证明材料（投标产品注册证及附件、技术白皮书、产品彩页（如有）、（产品）说明书、认证证书、检测/检验报告等，官网截图等）。 响应产品技术参数应根据响应产品实际情况逐项填写，响应内容不能完全复制招标文件技术参数要求，如投标文件完全复制招标文件技术参数要求的，评标委员会将对其本项扣10分。
供货方案	15分	对产品的供货组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，能保证在规定的时间内车辆及设备顺利投入运行。所提供的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，根据响应情况得11-15分；供货方案较完整，可基本实现及满足供货、履约要求，根据响应情况得6-10分；供货方案有明显缺陷，针对性较差，不能完全满足供货、履约要求，根据响应情况得0-5分。
产品质量及保证措施	15分	投标产品符合国际相关质量标准，通过检验注册，产品性能稳定、具有较好的使用效果，提供相关质量保证措施及承诺。 措施和承诺有针对性合理可行得11-15分； 措施和承诺针对性较强较合理可行得6-10分； 措施和承诺针对性一般得1-5分； 未提供不得分； 评审依据： 提供所投产品来源渠道的合法证明文件，包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）和生产厂家出具的相应功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）
售后服务方案	10分	1、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0~4分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0~3分； 3、供应商对投标设备的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0~3分。 评审依据： 提供售后服务及培训方案，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等资料（复印件加盖公章）。
业绩	6分	提供2021年10月01日至今所投产品供货业绩合同（以完整合同签订时间为准），一个有效业绩计2分，最高得6分。 评审依据： 投标文件中须提供业绩合同证明材料复印件加盖公章，含合同关键页（即合同首页、合同标的物清单、合同金额页及双方签字盖章页），

	以合同签订时间为准。
--	------------

备注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策

7-1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7-2. 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

7-3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不

重复享受政策。

7-4. 参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

7-5. 本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按招标文件设定的分项报价表进行分类填报的（招标文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。

8、关于节能、环保、绿色产品

根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购单位采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购单位需购买的产品属于政府

强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9、陕西省中小企业政府采购信用融资

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（中）投标单位可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。

10、评标委员会对进入详细评审的投标单位进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评

分出现两个投标单位得分相同的情况，按下列顺序排列：

- (1) 投标价格低的；
- (2) 技术评估得分最高的；
- (3) 服务承诺最优的。

七、确定中标单位

- 1、依据评审结果写出评标结果报告，报送采购单位。
- 2、在招标文件规定的有效期内，采购单位在审查评标结果报告的基础上确定中标单位，招标代理机构接到回复后，向确定的中标单位发出“中标通知书”。

八、合同

1、请中标单位在中标公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取中标通知书，同时请递交两份有效的纸质版投标文件（一正一副），以供备案、归档使用。

2、中标通知书发出后，三十日内中标单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。

3、监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

九、中标服务费

1、代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定收取代理服务费。

2、中标服务费等其他相关费用由中标单位向招标代理机构支付。

3、中标服务费缴纳方式：现金缴纳或银行转账。

十、质疑与投诉：

1、质疑及投诉

1-1 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

(5) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

(7) 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

(8) 接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）921486478@qq.com

② 联系方式

名称：岚皋县卫生健康局

地址：岚皋城关镇新街 6 号

联系方式：13991558343

采购代理机构信息

名称：华优信项目管理有限公司

地址：安康市兴科明珠小区 28 栋 2902 室

联系方式：18909150746

1-2 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

(2) 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

(3) 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(4) 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

(5) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第四部分 招标内容及要求

一、项目名称：岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目。

二、项目概况：

本项目为交钥匙项目，报价一次性包死，需包含救护车底盘车辆价格、业务用车价格、救护车改装费、车辆购置税、所有车辆交强险+商业险（险种医院指定）及车辆上牌等相关费用。

三、采购清单：

序号	医疗设备名称	单位	数量	备注
1	救护车	辆	1	技术参数要求详见第四项
2	制氧机	台	15	技术参数要求详见第四项

四、采购需求及参数要求

（一）救护车及配套设备技术及参数要求

序号	参数及配置要求	
1	★车辆名称	救护车
2	外观颜色	白色/红色
3	最大总质量	≥3300kg
4	整备质量	2300kg-2630kg
5	★燃油类型	汽油
6	乘员人数	≥7人
7	轴距	≥3300mm
8	★车体尺寸： 总长	5340mm-5350mm
9	总宽	1980mm-2000mm
10	★总高	2390mm-2445mm
11	医疗舱尺寸： 长×宽×高	≥2620mm×1700mm×1740mm
12	接近/离去角	≥20°/24°
13	★最高车速	≥170km/h

14	发动机型式	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷
15	发动机排量	≥1.997L
16	排放标准	国VI
17	额定功率	≥162KW
18	燃油箱容量	≥80L
19	驱动型式	前置前驱或前置后驱
20	最小离地间隙	≥170mm
21	变速箱	5速手动
22	悬挂型式	麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂
23	制动型式	前盘后盘，液压制动
24	安全配置	全车安全带、ABS、倒车雷达、倒车影像、主司机安全气囊、原厂胎压监测
25	智能配置	定速巡航、原厂LED前大灯、原厂LED后尾灯、自动大灯、自动雨刮
26	原车顶盖	车顶采用原车铁质顶盖，并在车顶前额位置安装1套铁质模具冲压成型的警灯凸台。
27	车辆外观	前保险杠、车身侧围、尾门采用烤漆车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私。
28	警示灯具	长排爆闪警灯：在车顶前额横置安装1套LED长排超薄爆闪警灯，喇叭功率100W，线控式控制器； 爆闪灯：在车身上部左右两侧各安装2盏爆闪/照明一体灯。（1盏爆闪/照明一体灯含2个蓝色爆闪，1个场地照明）
29	救护系统	自动上车担架：骨架由高强度铝合金制成，不需要任何控制把手就能自动上下车； PVC防水海绵床垫，靠背可调节；加粗的椭圆形腿管，四周均匀分布的辅助上车轮以及铝块大大增加了担架的承重力，仅需一人便轻松完成上车过程。 担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。

		<p>铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，担架长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。</p> <p>输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个可滑动折叠挂钩。</p>
30	供氧系统	2个10L铝质氧气瓶，公称压力15MPa；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀。
31	逆变器	1000W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定，为防止原车蓄电池亏电，另加装80 A h 附加蓄电池一组。5组220V/12V多功能插座。
32	舱内照明	在医疗舱顶部安装2盏嵌入式LED照明灯，1盏输液射灯。
33	紫外线消毒灯	在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能。
34	空调/暖风	1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度。
35	换气扇	在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能。
36	中隔墙总成	在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通。
37	橱柜总成	<p>安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间；</p> <p>安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶；</p> <p>安装1套新型环保材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构；</p> <p>安装1套高分子玻璃纤维SMC材料制作的长条座柜，含坐垫、靠背、两点式安全带；</p> <p>安装1套新型环保材料制作的急救箱柜，柜门采用卷帘门结构。</p>
38	★医疗舱内饰	<p>医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；</p> <p>医疗舱地板：医疗舱应铺设医疗专用地板，地板基材采用玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板材料，具备优异的耐温差、耐热水、抗</p>

		剥离、耐压等物理性能（投标时需提供第三方检测报告复印件加以佐证）；地板表面铺设高密度 PVC 地板革，具备防尘、防水、防腐、耐磨、防霉、环保、抗拉伸等众多优点（投标时需提供第三方检测报告复印件加以佐证）
39	座柜	医疗舱右侧需设置侧向长条柜式座椅，柜式座椅可掀开储物，坐垫和靠背采用吸皮一体成型工艺，表面无缝线，方便后续清洗消毒；柜式座椅强度符合符合 GB 15083-2019 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》的要求（投标时应提供具备 CNAS 认证的第三方检测报告复印件加以佐证）
40	看护座椅	在长条柜式座椅前应设置 1 个护士椅，可折叠收起，配有三点式安全带，确保乘坐的安全性，安全带需符合 GB14166-2013《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统》相关要求，投标时应提供具备 CNAS 认证的第三方检测报告复印件加以佐证。
41	倒车雷达	在车后保险杠上安装有4个雷达探头。
42	侧拉门推拉窗	侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗，便于医疗舱通风。
43	对讲机	安装免提式对讲系统，方便驾驶舱和医疗舱人员沟通、交流。
44	灭火器	医疗舱配备1套2kg干粉式灭火器，驾驶舱配备1套1kg干粉式灭火器。
45	污物桶	医疗舱配备 1 个带盖脚踏式污物桶。
46	洗手液盒	中隔墙后方安装 1 个免洗洗手液盒。
47	安全扶手	在医疗舱顶部安装 1 根长条形扶手。
48	紧急锤	中隔墙后方安装 1 把紧急锤。
49	一套急救转运呼吸机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于成人、儿童、婴幼儿(体重$\geq 10\text{kg}$)的急救转运呼吸机 2. 气动电控呼吸机，气源压力范围 2.7~6 bar。 3. 主机重量$\leq 1.4\text{kg}$。 4. 具有≥ 3.5英寸 TFT 彩色屏幕，分辨率$\geq 320*240$，可显示电池状态、外接电源情况。 5. 屏幕可同时显示：P-T 波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。 6. 主机 IP34 级防水防尘，75cm 高坠防护，运行温度：-18 至 50℃，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。 7. 具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连

	<p>接管路，启动通气。</p> <p>8. 标配可充电锂电池，连续使用时间≥ 11 小时。</p> <p>通气模式：IPPV，Assist，手动呼吸。支持有创通气及无创面罩通气。</p> <p>9. 具有 CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。</p> <p>10. 分钟通气量：3~20L/min，连续可调。</p> <p>11. 呼吸频率：5-40 次/min，连续可调。</p> <p>12. 吸氧浓度 2 档可调：Air Mix（60%氧浓度）、No Air Mix（纯氧）。</p> <p>13. 配备手调 PEEP 阀，PEEP：0-20cmH₂O，可连续调节。</p> <p>14. 吸气触发灵敏度：压力触发-2cmH₂O。</p> <p>15. 报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示。</p> <p>16. 符合国际、国内急救转运呼吸机专用标准：EN1789、EN 794-3，ISO 10651-5，YY 0600.3，ISO 80601-2-84。</p>
50	<p>一套病人监护仪</p> <p>1. 便携式一体化监护仪，固定式提手。</p> <p>2. 可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级 Masimo/Nellcor SPO₂、2IBP、ETCO₂ 等参数。</p> <p>3. 心电（心律失常、ST 段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。</p> <p>4. ≥ 10.4 英寸触摸屏，触控操作。</p> <p>5. 支持手写中文输入。</p> <p>6. 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏 7 导、全屏 7 导界面等多种界面。</p> <p>7. 心电：支持 3/5/12 导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。</p> <p>8. 具有 ECG 全屏级联。</p> <p>9. 心律失常分析≥ 26 种。（提供证明文件）</p> <p>10. 具有 ST 段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的 ST 实时片段和参考片段。</p> <p>11. 血氧：可选 Masimo 血氧，测量范围为 1 % ~100 %；在 70 %~100 % 范围内，成人/儿童测量精度为$\pm 2\%$（非运动状态下）、$\pm 3\%$（运动状态下），新生儿为$\pm 3\%$（非运动状态和运动状态下）。</p> <p>12. 可显示灌注指数（PI），测量范围 0.02-20%。（提供证明文件）</p> <p>13. 具有 NIBP 与血氧同侧测量功能。</p> <p>14. NIBP 具有手动、自动、连续、整点测量模式。</p> <p>15. NIBP 具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>16. IBP 监护可实时监测 PPV/SPV，IBP 波形叠加显示。（提供证明文件）。</p> <p>17. IBP 监护可测量 10 余种压力项目。</p>

		<p>18. 呼末 CO2 测量范围 0-190mmHg, awRR 测量范围 0-150rpm。</p> <p>19. 具有数据存储功能, 120 小时趋势图/趋势表、2000 组无创血压测量回顾、48 小时全息波形回顾。</p> <p>20. 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。</p> <p>21. 支持连接同品牌中央监护系统。</p> <p>22. 产品通过 CE、CFDA 认证。</p>
51	一套心电图机	<p>1. 导联: 12 导联同步采集、显示、打印。</p> <p>2. 噪声电平: 15uVp-p</p> <p>3. 频率特性: 0.05Hz-150Hz (-3db)</p> <p>4. 时间常数: 5S</p> <p>5. 抗击化电压: $\pm 650\text{mV}$</p> <p>6. 共模拟制比: 105dB</p> <p>7. 增益: 2.5 mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。</p> <p>8. 记录速度: 5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。</p> <p>9. 5.6 英寸 TFT 液晶屏, 支持中文、英文输入。</p> <p>10. 交直流两用, 内置环保耐用型锂电电池, 能连续工作 2 小时以上。</p> <p>11. 可存储最近 2 分钟 12 导联波形。</p> <p>12. 可存储回放 300 例病人数据, 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出, 并可通过 U 盘, 扩展内存容量。</p> <p>13. 具有导联连接示意图, 能准确判定接触不良的电极, 提示各个导联脱落的信息。</p> <p>14. 具有隐藏式提手, 美观大方。</p> <p>15. 通过 CFDA、CE 认证。</p>
52	一套除颤监护仪	<p>1. 具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能; 可选配升级体外起搏功能, 起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。</p> <p>2. 同步除颤和手动除颤中, 能量分 25 档以上, 可通过体外电极板进行能量选择最小为 1J, 最大为 360J。</p> <p>3. 除颤充电迅速, 充电至 200J<3s, 充电至 360J<7s。</p> <p>4. 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择, 具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。</p> <p>5. 病人阻抗范围: 体外除颤: 20~250 Ω; 体内除颤: 15-250 Ω。</p> <p>6. 除颤后心电基线恢复时间 2.5s。</p> <p>7. 监护功能: 可选配升级 SpO2、体温、NIBP、EtCO2 监测功能。具有 ≥ 27 种心律失常分析。</p> <p>8. 支持 3/5/6/12 导和自动导联心电监测, 并提供 12 导联心电静息报告输出功能。</p> <p>9. 配备 1 块电池, 最大可支持 360J 除颤 210 次, 电池体上带有五段 LED 电池电量指示装置, 用于快速评估电池电量。</p> <p>10. 具备生理报警和技术报警功能, 并且具有双报警灯, 分别显示生理报警和技术报警。</p>

		<p>11. 彩色 TFT 显示屏\geq7 英寸，分辨率 800\times480，可显示\geq4 道监护参数波形，有高对比度显示界面。</p> <p>12. 体外除颤监护仪可升级配置 50mm 记录仪，实时记录时间有 3 秒、5 秒、8 秒、16 秒、32 秒、连续可供选择。</p> <p>13. 主机具备录音功能，最大支持\geq240min 录音存储。</p> <p>14. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 200J）、屏幕、按键检测。</p> <p>15. 防护等级 IP55。</p>
53	一个急救箱	<p>综合箱装箱配置</p> <p>长：\geq53cm 宽：\geq36cm 高：\geq17cm 重量：\leq18kg</p> <p>1、供氧器(2 升) 1 套</p> <p>2、简易呼吸器(成人) 1 套</p> <p>3、麻醉喉镜(弯型) 1 套</p> <p>4、气管导管(大、中、小) 3 根</p> <p>5、急救毯 1 个</p> <p>6、表式血压计 1 具</p> <p>7、听诊器 1 具</p> <p>8、体温计 1 支</p> <p>9、金属压舌板 1 支</p> <p>10、笔式手电筒 1 支</p> <p>11、开口器 1 把</p> <p>12、舌钳 1 把</p> <p>13、敷料镊子 1 把</p> <p>14、敷料剪 1 把</p> <p>15、针灸针 1 个</p> <p>16、弯盘(小号) 1 个</p> <p>17、导尿管(14#、16#) 各 1 条</p> <p>18、止血带 1 条</p> <p>19、乳胶管 1 条</p> <p>20、夹板(卷式) 1 卷</p> <p>21、小砂轮 1-2 个</p> <p>22、外伤缝合刀包(亦可用于接生) 1 包</p>
54	15 台制氧机	<p>性能要求</p> <p>1. 高流量 1-5L 可调</p> <p>2. 纯铜无油压缩机</p> <p>3. 语音播报功能</p> <p>4. 一键 SOS 紧急求助功能</p> <p>5. 智能触摸液晶屏</p> <p>6. 快速响应遥控器</p> <p>7. 脚轮设计，移动方便</p> <p>产品参数要求</p> <p>1. 氧气浓度：93%\pm3%（1-5L）</p> <p>2. 制氧方法：变压吸附（PSA）</p> <p>3. 氧气输出：0.5-5（L/min）可调</p>

	<ol style="list-style-type: none">4. 大气压范围：86kpa-106kpa5. 雾化率：≥0.2ml/分钟6. 运行噪音：≤42dB(A)7. 显示控制：高清液晶触摸屏8. 净重：≤23kg9. 控制距离：≥1.8 米红外遥控器10. 尺寸（cm）：长≤35、宽≤33、高≤6611. 额定电压：≥AC220V 50Hz12. 总重量：≤25kg13. 输入功率：≤480VA(W)
--	--

第五部分 商务要求

一、项目名称

岚皋县疫情防控县镇急诊急救能力提升项目

二、交付期

自合同签订之日起 30 个日历日内验收合格并交付使用。

三、质保期

车辆：质保期为三年或六万公里（先到为准）

车载设备及制氧机：质保期为一年。

四、付款方式

一次性付清。

五、付款要求

车辆及所有设备交付验收合格后，供应商提供全额采购发票交采购单位，采购单位于 7 个工作日内日一次性付清。

六、售后服务响应时间要求

供应商在接到采购单位故障电话通知后 30 分钟内电话解决，电话解决不了的应在 1 小时内派出合格的维修人员到达故障现场进行维修服务，并承担相应费用。

七、运输

1、运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交付使用。

八、验收依据

1、中标通知书

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标响应文件、澄清表（函）

第六部分 合同主要条款

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律，甲、乙双方_____项目、项目编号_____，经平等协商达成合同如下：

一、采购物资名称、规格、数量、金额：

序号	物资名称	品牌、型号	数量	单价	合计
合计：	小写：			大写：	

注：价款需包括：救护车的车辆购置税、交强险、商业险、车辆上牌费。

二、付款方式：

车辆及设备送到甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方在7个工作日内一次性支付。

三、交货时间及地点：

交付时间：合同签订后30个日历日内完成。

交付地点：甲方指定地点。

四、质量保证

1. 乙方提供的底盘车生产日期为交车日期前三个月内生产的最新产品。
2. 所供车辆必须是经过办理正常手续的全新产品。
3. 所供车辆是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。
4. 车辆性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符

合国家相关标准。

5. 车辆的质保期为验收合格后 36 个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6. 质保期：车辆：质保期为 3 年或 6 万公里，车载设备及制氧机：质保期为一年。

7. 其他未尽事宜按照乙方投标文件中售后服务承诺规定执行。

五、技术服务

1. 对技术服务的要求：

2. 技术资料：

2-1 产品合格证及检验报告；

2-2 产品使用说明书（中文）；

2-3 其它资料。

3. 售后服务

乙方在接到甲方故障电话通知后 30 分钟内电话解决，电话解决不了的应 1 小时内派出合格的维修人员到达故障现场进行维修服务，并承担相应费用。

4. 伴随服务

4-1 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

4-1-1 完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

4-1-2 制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

4-1-3 必需的其他技术资料。

4-2 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

六、验收

1. 到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验

收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2. 货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3. 最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4. 质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5. 验收依据：

5-1 合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2 国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 乙方履约延误

2-1 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

2-2 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3. 违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要

求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同争议：

双方对合同解释和合同执行有不同意见，由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地法院起诉。

九、合同组成

1. 中标通知书
2. 合同文件
3. 国家相关规范及标准
4. 供货产品技术规格及参数表
5. 招标文件
6. 投标文件

十、其他：

1. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
2. 本合同自签订之日起生效。

甲 方	乙 方
单位：（盖章）	中标人全称：（盖章）
地址：	地址：
法人代表（签字）：	法人代表（签字）：
联系电话：	联系电话：
	开户银行：
	账户：
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日

第七部分 投标文件格式

一、投标单位提交响应文件须知

1、投标单位编制投标文件前，请仔细阅读招标文件，根据提供的投标文件格式，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标单位认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制后，按招标文件要求加盖印章并及时将电子响应文件(*. SXSTF)于投标截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市)网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、未按招标文件提供的投标文件格式制作的投标文件，评标委员会将按最不利于投标单位的原则对投标文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标单位自行承担责任。

二、响应文件格式及编排顺序

项目编号：HYX-ZFCGAK-2024012

岚皋县疫情防控县镇急诊急救
能力提升项目
投标文件

供 应 商（盖公章）： _____

法定 代 表 人（签字或盖章）： _____

时 间： _____

第一章 投标函

华优信项目管理有限公司：

我单位收到贵单位 HYX-ZFCGAK-2024012 号招标文件，经详细研究，我们决定参加_____（项目名称）_____招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、愿意满足招标文件中的一切要求，提供车辆及相关医疗设备，投标总报价为：人民币（大写）：_____元（小写 ¥_____）

2、我方提交的投标文件为响应文件壹份（*.SXSTF）。

3、我们已详细审查招标文件的全部内容。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们完全理解并同意贵方在招标文件中的有关取消投标资格的条款。

5、如若中标，将根据招标文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

6、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标者的权力。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。

8、我方的投标文件自投标后_____天内有效。

9、所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：

投标单位全称：（印章）

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

邮 编：

授权代表：

年 月 日

第二章 法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

供应商名称：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称）：

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、（项目名称）、（项目编号）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自磋商截止之日起 日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

职 务：

职 务：

身 份 证 号 ：

身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

法定代表人身份证复印件（正面）	被授权人身份证复印件（正面）
法定代表人身份证复印件（反面）	被授权人身份证复印件（反面）

磋商响应人：_____（盖单位章）

日 期：_____年____月____日

备注：

1. 法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。
2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第三章 开标一览表

项目编号：

项目名称	投标总报价 (元)	交付期	质保期	备注
	总价（大写）：人民币 元。			
备注	表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。			

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、投标报价包括设备费、安装调试费、运输费、人工工资、相关税费及市场价格风险在内等一切费用；

2、报价超出采购预算或最高限价的，按无效投标处理；

投标分项报价表

共 页, 第 页

序号	分项内容	品牌型号	制造厂商	规格和说明	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1									
2									
3									
...									
	备品								
	备件								
	售后服务								
	技术培训								
	运输费和保险费								
	其他								
总计(元)		大写: _____ 元: _____							

法定代表人或被授权代表签字: _____

投 标 单 位 公 章: _____

日 期: _____

第四章 资格证明材料

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

(2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

(3) 财务状况报告：提供近三年（2021-2023 年）任意一年财务审计报告或银行出具开标前六个月的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位 2023 年 10 月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2023 年 10 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

(6) 投标单位为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标单位为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

(7) 投标单位改装后的专用车辆需为国家工业和信息化部（原国家发改委）的“汽车产品公告目录”的救护车车型，投标单位需提供可证明材料及车型详细数据；

(8) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网(www.cccp.gov.cn)查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，（如相关失信记录已失效，投标单位需提供相关证明资料）需提供相应网站查询结果的截图。

附件 1:

法定代表人身份证明书

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____ (投标人名称) 的法定代
表人。

特此证明。

投标人: _____ (盖单位章)

_____年____月____日

附件 2:

法定代表人授权委托书

华优信项目管理有限公司:

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：性别：年龄：

职 务： 身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电 话：电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正面)	授权代表身份证复印件 (正面)
法定代表人身份证复印件 (反面)	授权代表身份证复印件 (反面)

单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

本授权有效期为自开标之日起 天：

年 月 日至 年 月 日

附件 3：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

致：_____

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 4：参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法纪录
的书面声明格式

致：_____

我方_____（供应商名称）郑重声明在参加本次政府
采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将
无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供
虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第五章 商务响应偏离表

投标单位名称：_____

序号	招标文件要求	投标文件响应内容	响应情况
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

注：本表须按招标文件商务要求如实逐项填写，不得空项。响应内容不能完全复制招标文件，根据实际情况逐项填写。

投标单位：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

第六章、节能环保、环境标志产品明细表

投标单位（公章）：

项目编号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价（元）	总价（元）
合计（人民币元）								

注：如所投产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

第七章、技术规格响应偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件技术要求	投标文件技术响应	偏离情况

说明：偏离情况填写：优于、相同、低于

提供生产厂家确认的具有相应的功能证明材料（投标产品注册证及附件、技术白皮书、产品彩页（如有）、（产品）说明书、认证证书、检测/检验报告等，官网截图等）

法定代表人或被授权代表签字：_____

投 标 单 位 公 章：_____

日 期：_____

第八章 供货方案

第九章 产品质量及保证措施

（提供所投产品来源渠道的合法证明文件，包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）和生产厂家出具的相应功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））

第十章 售后服务方案

（提供售后服务及培训方案，售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历，本行业内的技术证书及相关证明材料等资料（复印件加盖公章）。）

第十一章 业绩证明材料

（投标文件中须提供业绩合同证明材料复印件加盖公章，含合同关键页（即合同首页、合同标的物清单、合同金额页及双方签字盖章页），以合同签订时间为准。）

第十二章 供应商承诺书

供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。
- 7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（二）

致：华优信项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（三）

致：华优信项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（四）

致：华优信项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标所提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第十三章 其他证明资料

(供应商认为对其有利的，或者对评分内容有利的其他资料)