

旬阳市妇幼保健院眼科手术显微系统等设备采购项目(二次)中标（成交）明细

受旬阳市妇幼保健院委托，采用进行采购眼科手术显微系统等设备采购项目(二次)（项目编号：**SXDYDLGS-2024-1006.1B1**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（旬阳市妇幼保健院眼科手术显微系统设备采购）

1.1、 中标（成交）供应商：陕西宏晟维康医疗科技有限公司

1.2、 中标（成交）总价：**1851000.00** 元

1.3、 中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	医用光学仪器	1890000	1.眼科手术显微系统SM621上海美沃精密仪器股份有限公司1套；2.光相干断层扫描仪（OCT）Mocean 3000 Plus深圳莫廷医疗科技股份有限公司3.眼科强脉冲光治疗仪OPL-I武汉奇致激光技术股份有限公司4.眼表检查系统S390H上海美沃精密仪器股份有限公司5.加热式超声雾化器WH-VII西安医心演绎医疗科技有限公司6.眼科电动手术台YC-D3山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司7.眼科手术器械苏州市协和医疗器械有限公司	根据眼科临床诊疗手术显微系统等设备功能配置要求，购置光相干断层扫描仪1台、眼科手术显微系统1套、眼科强脉冲光治疗仪1台、眼表检查系统1套、加热式超声雾化器1台、眼科电动手术台1台及眼表角膜及斜视手术器械46把。质保期二年。具体功能技术要求如下：（一）、眼科光学相干断层扫描仪技术参数（OCT）一、光学相干断层扫描图像 1、信号类型：生物组织对入射光的散射信号 2、固视方式：内固视和外固视 3、光源：超辐射发光二极管，中心波长≥840nm 4、★光能量：≤0.6mW，具备入眼功率监控功能，功率大于标准值自动切断光源供电（提供检测报告证明文件） 5、▲轴向分辨率：≤5μm(生物组织) 6、横向分辨率：≤15μm(生物组织) 7、扫描装置:振镜 8、▲后节扫描模式:黄斑高清直线扫描(6mm/12mm)、脉络膜增强扫描、黄斑区域扫描(6mmx6mm)、黄斑六线扫描，黄斑十线扫描，视盘区域扫描：6mmx6mm，黄斑区域青光眼扫描：6mmx6mm 9、前节扫描模式:高清直线扫描，六线扫描，全房角扫描 10、★外置可拆卸前节镜头，方便维护保养。（检测报告等证明文件） 11、前节镜头装卸方式：适配器，磁吸式。（提供检测报告等证明文件） 12、▲扫描速率：≥36,000A-scans/秒 13、纵向(深度)扫描范围：≥2.1mm 14、屈光补偿范围：≥-20D~+20D 15、最小瞳孔直径：≥2.1mm 二、眼底扫描图像 1、信号类型：激光线扫描眼底镜SLO 2、★视野范围：≥47°±0.5%，超大视野，圆形成像。（提供检测报告等证明文件） 3、成像速度：≥7.1 帧/秒 4、分辨率：1024*1000 5、★SLO信号光为独立光源，中心波长755nm±10nm。（提供检测报告证明文件） 三、软件系统 1、Windows 10或以上操作系统 2、可供选择的多种语言操作系统以及图文管理系统。各种扫描模式在同一操作界面，可任意切换，方便操作。 3、OCT图像伪彩色、黑白、白黑三种 4、多幅图像平均叠加，高清成像 5、黄斑分析功能：视网膜厚度分析；3D视图；En-face分析；进展性分析 6、有脉络膜深层扫描功能，可开启或关闭此功能 7、▲青光眼分析功能：神经节细胞复合体（GCC）分析；视网膜神经纤维层（RNFL）分析；杯盘比分析；随访分析；双眼对比分析 8、前节分析功能：手动测量；	1.00	批	1,851,000.00	1,851,000.00