

入场登记号：XA-2024-000988-B01

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20240913

全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备
一批

招标文件

采 购 人：西安市第五医院

采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

二〇二四年九月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	7
第三章	招标要求及技术参数	27
第四章	评标方法	44
第五章	商务及合同主要条款	51
第六章	投标文件格式	59

第一章 招标公告

项目概况

全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】获取招标文件，并于 2024 年 11 月 07 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXJ TZB-ZC-GK20240913

项目名称：全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批

采购方式：公开招标

预算金额：3432520.00 元

采购需求：

合同包 1（全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批）

合同包预算金额：3432520.00 元

合同包最高限价：3432520.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	医用 X 线诊断设备	全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批	1 (批)	详见采购文件	3432520.00	3432520.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起国产产品 5 个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1（全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批）特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的 2023 年财务报告，包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2023 年 10 月起至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2023 年 10 月起至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

（8）供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）与制造商的《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》），供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；同时投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；

（9）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2024年10月15日至2024年10月21日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】。

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年11月07日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 操作流程：（1）供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）网站【首页>服务指南>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

（2）办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545da b02e53c.html>

（3）请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

(4) 本项目采用“不见面开标”形式, 供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市) 网站〔首页〕不见面开标〕系统, 在线参加开标过程。操作手册详见〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(5) 因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成解密或投标的, 由投标人自行承担后果。

2. 需要落实的政府采购政策: (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号); (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号); (3) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); (4) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); (5) 《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号); (6) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); (7) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号); (8) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); (9) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); (10) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号); (11) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号); (12) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号); (13) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。若享受以上政策优惠的企业, 提供相应声明函或产品目录。如有最新颁布的政府采购政策, 按最新文件执行。

3. 供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求, 通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4. 本项目采购内容为: 全身型双能 x 线骨密度仪、医用升温毯、手术对接车、输血输液加温仪、手术床、双摇床单元、电动护理床。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西安市第五医院

地址：西安市莲湖区西关正街 112 号

联系方式：张老师 029-88621331

2. 采购代理机构信息

名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心 10 楼 11002 室

联系方式：029-89351397

3. 项目联系方式

项目联系人：王梦娜

电话：029-89351397

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

编号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	采购人信息：西安市第五医院 地址：西安市莲湖区西关正街 112 号 联系人：张老师 电话：029-88621331
2	采购代理机构	名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心 10 楼 11002 室 联系人：王梦娜 电话：029-89351397
3	项目名称	全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批
4	项目编号	SXJTZB-ZC-GK20240913
5	项目核准(备案)编号	ZCBN-西安市-2024-04363
6	是否预留份额 专门面向中小企业采购	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7	资金来源	财政性资金
8	最高限价	3432520.00 元
9	核心产品	全身型双能 x 线骨密度仪
10	交货期	自合同签订之日起国产产品 5 个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。
11	质保期	整机质保三年（含第三方设备）

12	交货地点	采购人指定地点
13	进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加投标 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部审核同意购买部分进口产品
14	是否接受联合体 投标	不接受。
15	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
16	偏离	本项目商务条款不允许负偏离。
17	现场踏勘和集中 答疑	不组织。
18	投标预备会	不召开
19	构成招标文件 的其他材料	对招标文件所做的澄清、修改等。
20	供应商要求澄清 招标文件的截止 时间	投标截止时间 10 日前。
21	投标截止时间	2024 年 11 月 07 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）
22	供应商确认收到 招标文件澄清的 时间	收到澄清后 24 小时内。
23	供应商确认收到 招标文件修改的 时间	收到修改后 24 小时内。
24	构成投标文件的 其他材料	供应商按照招标文件的要求认为有利于自身投标的材料。
25	投标有效期	90 日历日（自投标截止时间之日算起）。
26	是否允许递交 备选投标方案	不允许。
27	签字或盖章要求	投标文件加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交有效投标文件签署授权委托书。

28	纸质投标文件要求	<p>投标时投标供应商无需提供纸质版投标文件。</p> <p>中标人在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本1册、副本2册打印盖章后提交至招标代理公司处，以便采购人进行留存备案等工作，中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。</p> <p>纸质投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订且单面或双面打印</p>
29	政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告）	<p>1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。</p> <p>2. 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。</p>
30	开标形式	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不见面开标 <input type="checkbox"/> 见面开标</p> <p>详见本章“开标程序”有关内容。</p>
31	递交投标文件地点	全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）
32	开标时间和地点	<p>开标时间：2024年11月07日09时30分00秒（北京时间）</p> <p>开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易不见面开标大厅</p>
33	采购代理服务费	<p>参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定下浮20%执行。</p> <p>中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。</p> <p>银行账户：</p> <p>公司名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司</p> <p>账 号：112011580000141313</p> <p>开 户 行：西安银行股份有限公司含光门支行</p>
34	履约保证金	不要求提供履约保证金

35	融资平台	<p>根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采（2020）15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。</p> <p>网址： http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s</p>
36	履约验收	<p>是否委托采购代理机构组织履约验收：</p> <p><input type="checkbox"/>是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5%计算，不足5000元的，按5000元收取。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否。</p>
37	投诉受理	<p>1. 受理单位：西安市财政局政府采购管理处</p> <p>2. 联系电话：029-89821846</p> <p>3. 地址：西安市未央区西北国金中心A座18层</p>
38	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）	<p>国泰新点软件股份有限公司</p> <p>1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310</p>
39	CA业务网点	<p>陕西省数字证书认证中心股份有限公司</p> <p>网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888</p> <p>网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241</p> <p>网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073 转 80211</p>

40	其他	<p>1. 本项目属性为货物。</p> <p>2. 本项目采购标的所属行业为工业。</p> <p>3. 按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式（格式如下，签字盖章后发回代理机构邮箱 shanxijiatang@163.com 即可）告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。</p> <p>不参与投标告知函</p> <p>（招标代理机构名称）：</p> <p>经研究决定，由于_____（不参与原因），我单位（单位名称）确认不参与关于_____（项目名称）的投标活动。特此说明！</p> <p>单位名称（盖章）：</p> <p>法定代表人或授权代表（签字或盖章）：</p>
<p>友情提示：</p> <p>（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA 认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页·服务指南·】下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。</p> <p>（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·服务指南·】下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。</p> <p>（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·项目管理·答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。</p> <p>（4）提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台【首页·电子交易平台·】陕</p>		

西政府采购交易系统·企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·项目管理·上传响应文件】上传加密后的电子投标文件 (*.SXSTF)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

(5) 开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台【首页·服务指南·下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

一、定义

1. 采购人：西安市第五医院
2. 监督机构：西安市财政局
3. 采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司
4. 投标人/供应商：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
5. 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员
6. 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人
7. 西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址 <http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。
8. 企业端：指西安市公共资源交易平台【首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端】，快捷登录网址 <http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

二、合格的投标人

1. 合格的投标人

1.1 合格投标人条件：

- 1.1.1 具有独立承担民事责任的能力
- 1.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 1.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- 1.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 1.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- 1.1.6 法律、行政法规规定的其他条件

1.2 参加本次投标的投标人不得直间接的与采购人（包括陕西嘉唐建设项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其投标文件按照无效处理。

2. 投标人信用记录查询

2.1 查询渠道：投标单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录；

2.2 查询截止时点：投标文件递交截止时间后 2 小时内查询；

2.3 查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）；

2.4 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，其投标无效；

3. 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》。

4. 投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三、招标文件

5. 招标文件

5.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评标方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：**详见招标公告。**

6. 招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形

式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 招标文件的领取

投标人必须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统，直接下载招标文件。投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经发出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8. 评标处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属及询问质疑投诉

本招标文件的解释权归采购代理机构。

询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

在线质疑：登录西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·>提出质疑”，填写表单并提交质疑。书面质疑：书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公

章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向西安市财政局提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

四、招标要求

10. 招标内容

本次招标为：全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批，1 批，预算金额：3432520.00 元，最高限价：3432520.00 元。项目概况：全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批，具体内容详见第三章招标要求及技术参数。

投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。

11. 投标人须提交以下资质证明文件：

11.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的 2023 年财务报告，包括“四表一注”（即

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2023年10月起至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2023年10月起至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

（8）供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）与制造商的《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》），供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；同时投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；

（9）本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）；

以上均为必备资质，缺一项或某项达不到要求，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效文件处理。

12. 投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件作出实质性响应。具体内容包括：

- 12.1 按照格式要求填写的投标函；
- 12.2 开标一览表；
- 12.3 法定代表人证明书与法定代表人授权书；
- 12.4 按要求出具的资质证明文件；
- 12.5 投标人的投标方案；
- 12.6 投标人承诺书。
- 12.7 投标文件按标段必须单独制作（如分标段）。

13. 投标报价

13.1 投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

13.2 投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的供应价、运杂费、税金、招标代理服务费等一系列费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3 投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

13.4 开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7 最低报价不是中标的唯一依据；

13.8 当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

14. 合同备案

中标人与采购人签订合同后需送一份副本来我公司备案。

15. 投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16. 投标文件的签署及规定

- 16.1 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；
- 16.2 投标文件需统一编码，在每一页的正下方清楚标明连续页码；
- 16.3 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；
- 16.4 投标人名称应填写全称，同时加盖公章；
- 16.5 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
- 16.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.7 投标文件的制作和签章

16.7.1 电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页】服务指南【下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

16.7.2 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件) 导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

16.7.3 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，

请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

16.7.4 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

16.7.5 投标文件应当对招标文件有关合同期限、投标有效期、工作内容和要求等实质性内容作出响应。

17. 文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18. 本项目不接受联合体投标

五、投标文件密封、递交

19. 提交投标文件的方式

提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〔首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〕登录，登录后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〕上传加密后的电子投标文件 (*.SXSTF)。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20. 投标文件递交

投标文件以西安市公共资源交易平台系统公示的开标时间为准，在开标前上传至西安市公共资源交易平台。因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

21. 投标截止时间

21.1 投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

21.2 因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 在招标文件规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

22.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 16 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制和递交。

六、开标、评标、定标

23. 开标

23.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员及有关工作人员参加；

23.2 为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1 要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3 按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5 要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6 对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7 对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8 配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9 配合财政部门处理投诉工作。

23.3 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.3.6 文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.4 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24. 投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审，若采购人对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1 资格性审查：依据招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格证明进行审查。

24.2 符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不得进入评审环节：

24.2.1 投标人的投标报价超过最高限价的；

24.2.2 投标人未按招标文件要求加盖公章的；

24.2.3 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.2.4 投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.2.5 投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

24.2.6 投标文件未实质性响应招标文件要求的；

24.2.7 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.3 投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2 投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5 投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6 投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7 投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8 在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9 当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10 投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11 提供虚假技术性能指标。

24.3.12 投标人主体存在失信记录的。

24.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

25. 询标

25.1 评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2 招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、供货期、主要技

术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26. 定标

26.1 采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后4个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2 采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七、签订合同

27. 定标后，中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29. 根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30. 财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、中标服务费

31. 中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费用。

32. 招标代理服务费的计算方法：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定下浮20%执行。

33. 本项目代理服务费按货物计取。

九、其他事项

34. 投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

34.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

34.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36. 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采（2020）15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s>

第三章 招标要求及技术参数

一、全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批技术参数

序号	设备	数量	单位	单价限价（元）
1	全身型双能 x 线骨密度仪	1	台	2700000.00
2	医用升温毯	1	台	16000.00
3	手术对接车	1	台	18000.00
4	输血输液加温仪	2	台	42500.00
5	手术床	1	台	250000.00
6	双摇床单元	124	套	1480.00
7	电动护理床	6	台	30000.00

(一) 全身型双能 x 线骨密度仪技术参数

序号	技术规格及要求
第一部分：骨密度主机和扫描系统	
1	X 线源
1.1	双能 X 线发生方式
1.1.1	稳恒电压
★1.1.2	双能 X 线发生方式：K 缘过滤技术，同时产生高低双能 X 线
1.2	双能的峰值范围：
1.2.1	高能 $\geq 70\text{Kev}$
1.2.2	低能 $\leq 45\text{Kev}$
1.3	X 射线球管最大耐受电流 $\geq 3\text{mA}$
1.4	X 射线球管冷却方式：油冷或风冷
★1.5	扫描线束：窄角扇形或锥形束
1.6	采集成像方式：连续扫描式
1.7	自动智能扫描
1.7.1	无需预扫描，配置激光定位系统
1.7.2	在扫描采集中可根据受测者的生理参数（身高、体重等）自动实时调整和确定（无需人工手动干预确定）扫描中心和调节靶区扫描路径。
2	探测器系统
2.1	直接数字化探测器
2.2	探测器通道数量： ≥ 32 个
2.3	高能和低能 X 线的采集同一时刻同步实时进行
3	扫描
3.1	适用于全身的扫描床：长度： $\geq 260\text{cm}$ ，宽度： $\geq 130\text{cm}$
3.1.1	病人最大承重： $\geq 200\text{kg}$
3.2	最大有效扫描视野：长度： $\geq 190\text{cm}$ ，宽度： $\geq 50\text{cm}$
★3.3	具备快扫模式，股骨扫描时间： ≤ 10 秒； 腰椎、前臂扫描时间： ≤ 10 秒；全身 ≤ 3 分钟

3.4	全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）
3.5	精确激光定位灯
3.6	精度 $\leq 1.0\%$
3.7	检测臂距离扫描床面距离 $\geq 50\text{cm}$
3.8	具备计算机辅助异常检测功能，可以帮助用户检测脊柱、股骨、前臂和全身扫描的异常性，识别潜在的测量和/或分析和/或解剖错误（提供设备软件界面截图）
4	扫描部位及临床应用功能
4.1	正位腰椎扫描、评估
4.2	侧位腰椎扫描、评估
4.3	单侧股骨扫描、评估
4.4	双侧股骨自动扫描、评估
4.4.1	一次定位，自动完成双侧股骨扫描，同屏显示双侧髋关节影像
4.4.2	自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果
4.5	前臂测量和分析
4.6	高级髋关节评估功能
4.6.1	自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估
4.6.2	自动股骨颈上部骨密度测量评估
4.6.3	自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量
4.6.4	提供自动髋关节强度指数
★4.7	具备 TBS 骨小梁评分软件，提供软件界面截图
★4.8	具备经 TBS 校准的 FRAX 十年骨折风险评估功能
4.9	全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量
4.10	全身扫描具备多种扫描模式：全身、去除头部、去除头部和小腿
4.11	具备进行全身肌肉/脂肪成分分析功能，具备中国人体成分参考数据库。
4.12	WHO 体重指数评估
4.13	自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比
4.14	内脏脂肪组织（VAT）分析，可以定量检测分析腹部内脏脂肪组织、皮下脂肪的质量、面积和体积（提供软件界面截图）

4.15	肌少症功能，提供单独的肌少症分析界面，提供亚洲肌少症工作小组、国际肌少症工作小组等常用肌少症的定义公式，也可自定义肌少症公式（提供软件界面截图）。
4.16	提供独立的内脏脂肪报告和肌少症报告（提供报告模板）
4.17	提供体成分（骨骼、肌肉、脂肪）彩色分布图谱，以及脂肪分布图谱
4.18	双能脊柱评估功能
4.18.1	双能脊柱 VFA（侧位脊柱评估软件）椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度
4.18.2	双能脊柱几何学评估，计算出椎体侧弯科布角角度（提供报告模板）
4.18.3	同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估
4.19	儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分分析
4.20	人工髋关节分析软件：人工髋关节置换后的自动扫描、评估，人工髋关节周围划分的评估区个数： ≥ 18 个
4.21	人工膝关节分析软件：人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估
4.22	非典型股骨骨折功能，可自定义 AFF 诊断阈值
4.23	手部测量和分析
4.24	金属及异物自动分析软件：用于异常骨密度区域或金属自动排除
4.25	小动物试验软件
4.26	具备智能扫描定位功能，能一键多扫，一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨及全身四个部位扫描检测功能，无需对患者扫描部位重复定位。
4.27	具备 LSC 最小有意义变化值辅助计算工具
5	临床应用软件包
5.1	操作系统：预装中文 WINDOWS 10 及以上操作系统
5.2	骨密度仪中文操作软件
	骨密度结果中文影像数据检测报告
5.3	骨密度及标准骨密度计算软件包
5.4	NHANES 参照数据库
★5.5	具有中国大陆人骨密度参考数据库及多人种正常数据库

5.6	自动确定骨边缘软件
5.7	扫描时自动对比该病人以往检查结果，并进行分析
5.8	异常骨密度区域或金属自动排除软件
5.9	屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）
5.10	体重/种族差异校正软件
5.11	T 值和 Z 值分析软件
5.12	检测质量控制系统（含质量检测程序，QA 态势分析）
5.13	检测结果趋势分析软件
5.14	WHO 骨折风险评估
5.15	校准系统：含质量检测程序，QA 态势分析及质检模块
5.16	检测结果趋势分析软件
5.17	弯曲脊柱专用分析
5.18	多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估。
5.19	自动化报告编辑书写软件
5.20	色阶图软件：用色彩表示骨密度含量情况及实时显示骨骼各区域骨密度数值
5.21	高清晰快速椎体评估系统，≤15 秒完成从胸 4 到腰 4 的扫描生成高清晰图像。
6	网络
6.1	DICOM3.0 格式
	DICOM3.0 格式 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）
6.2	HL7 协议接口
6.3	须与医院的 PASC 网络实现无缝对接（接口费用包含在此次报价中）
7	放射剂量
7.1	脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.15 mGy
7.2	全身扫描放射剂量：≤3 μGy
7.3	操作者散射剂量：距扫描床 130cm 处外溢剂量≤5.5 μSv/Hr，无需射线防护
8	计算机系统

8.1	主控计算机
8.1.1	CPU 类型: Inte 双核, i7 及以上, 主频 \geq 3GHz
8.1.2	内存: \geq 8GB
8.1.3	硬盘: \geq 1TB
8.1.4	DVD 刻录光驱
8.2	显示器: \geq 23 英寸液晶显示器
8.3	彩色激光打印机一台
9	校准系统
9.1	自动质控测试程序
9.2	自动质控趋势分析
9.3	质控模块 (含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准, 适合不同人群, 以保证患者数据的稳定性)
10	附属配套及其他
10.1	UPS 稳压电源 (延迟时间 \geq 30 分钟): 一台
10.2	分体式医用 X 线防护服: 2 套 (每套包含铅衣、铅帽、铅围裙、铅围脖)
10.3	品牌台式电脑 2 台: 要求 Inte 双核, i7 处理器及以上, 内存: \geq 8GB, 硬盘: \geq 1TB, 显示器: \geq 24 英寸液晶显示器
10.4	品牌壁挂空调 2 台, 功率 2P
10.5	中标方承担所所涉及骨密度机房的装修改造均实行“交钥匙工程”;
10.5.1	设备所安装机房的预评、环评、控评、验收等, 并完成该设备的辐射安全许可证和放射诊疗许可证的备案工作;
10.5.2	机房的辐射防护工程; 防护铅当量要求, 机房内所有墙体的屏蔽墙体铅当量 \geq 2mmPb;
10.5.3	操作间手推防护铅门一个, 原骨密度机房病人入口的电动平移防护铅门更换电机及皮带传输系统;
10.5.4	铅玻璃一块, 厚度 \geq 10mm, 具备 \geq 3mmPb 防护标准 (提供质检证明材料), 尺寸:1300mm (W)*900mm (H) \pm 10mm;
10.5.5	机房装饰; 墙体及地面装饰材料采用耐腐蚀、易擦洗、耐碰撞及抗菌材料;
10.5.6	机房及操作间内水电配置合理, 设置足够数量的网线及网线接口;

10.5.7	候诊区及机房内安装监控设备；
10.5.8	安装叫号系统，方便病人排队、预约；
10.5.9	新设备安装位置及旧设备移机位置：新设备到位后，安装在医院现有的骨密度室，原骨密室内的旧骨密度仪移机至原放射科值班室（需进行装修改造，以符合机房使用规范要求）。
10.6	中标方承担原有机房内旧设备的移机并重新安装、调试费用，保证移机后设备正常使用

(二) 医用升温毯技术参数

1. 微电脑 PID 热风温控系统：高温危险报警温控失调-低报警，温控失调-高报警，加热器件烧毁报警，风机故障报警，传感器故障报警。
2. 液晶显示屏，可显示设定温度，加热温度，故障信息，工作状态机在 ≤ 20 秒完成开机升温，达到预设温度。加热管路可伸缩。
3. 具有系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常。
4. 温度可调范围：温度范围 38°C - 43°C 0.5°C 步进；温控精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。（自然风、温控两种模式）。
- ★5. 温度显示误差： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内。
6. 超温断电保护：超过 48°C 系统声光报警自动停止加热。
7. 预热时间：从 20°C - 38°C ， ≤ 20 秒。
8. 工作噪音 ≤ 50 分贝。
- ★9. 风量调节：多档风量调节。
10. 加热性能要求
 - 10.1 热风风机，五组独立温度传感器, 五档风量调节， 0.5 度进步。
 - ★10.2 搭载可重复使用升温毯：毯身激光打孔出风均匀、面料柔软顺应性好、覆膜设计防撕裂防透水、可高温高消、可持续低温低消，表面可湿擦拭消毒。全身垫毯。

(三) 手术对接车技术参数

一、要求配置

1. 床体（每套包含一个床面和二个可对接车架，床面、床框、摇手、丝杆、输液杆插孔）。
2. 护栏（pp 护栏） 1 付。
3. 脚轮（导向轮） 1 套。
4. 床垫（海绵） 1 张。
5. 输液杆 1 支。

二、技术参数要求

1. 车架主体采用优质铝合金材料，床面主体采用 PP 材料。
2. 标准配置为：每套包含一个床面和二个可对接车架。
3. 规格：3630mm*640mm*665-935mm±20mm。
- ★4. 车架结构稳固，推动灵活；两车架均可调节升降高度：665-935mm。
- ★5. 床面：背部可升降角度 0--70 ° ±5° ，带一个可调节的不锈钢输液杆
6. 对接轨道须保证床面前后运动平稳、坚固、顺畅、静噪、可靠。
7. 床面移动至另一单台车架上，自动锁紧，并设有保险装置。
8. 采用≥6 寸稳固性好的万向中控脚轮，防锈，高耐磨，静音，带有导向轮。
9. 手摇杆：具备自润滑功能，具备双向到位自保护设计。
- ★10. 床面：具备 pp 护栏，一个活动床垫，方便将病人过渡到病床。

(四) 输血输液加温仪

1. 工作用途：可用于无菌液体、血液加温
2. 主机结构：一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；
3. 通道独立控温：双通道互不干扰，可设置不同温度，能独立或协同工作
4. 预热时间：从 20℃-38℃ \leq 2 分钟；
5. 温度可调范围：33℃-43℃，连续可调，1.0℃步进，控温精度为 \pm 1.0℃；
6. 显示屏：微电脑 PID 闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，屏幕尺寸为 \geq 5 英寸，能同时显示两个通道的设定温度、当前温度、加温时间；
7. 屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，当前温度，故障信息；
8. 薄膜按键：轻触按键，操作可靠；
9. 高温报警：超过可调温度范围系统声光报警自动停止加热；
10. 适用管径范围 3.0-6mm；
11. 可拔插/拆卸加温条。
13. 重量： \leq 1.5kg,

(五) 手术床

★1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车 5 个主要动作组，由 5 组独立液压缸液压驱动。

2. 手术床具备平移功能，平移范围： $\geq 320\text{mm}$ ，

3. 手术床具备腰桥功能。

4. 手术床配有充电电池，满足 1 周手术需要，同时具有交流电源供电功能。

5. 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。

6. 手术床承重 $\geq 270\text{kg}$ 。

7. 手术床台面框架、边轨和立柱采用不锈钢制成。

8. 满足配合 C 形臂、G 形臂进行各个部位 X 光透视需要。

9. 手术床床垫由海绵整体制成，厚度 $\geq 70\text{mm}$ 。床垫接缝处采用无缝烫接技术。

10. 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，可在 $+20^\circ / -90^\circ$ 范围内任意上下折；

★11. 头板和腿板可前后互换功能。

12. 具备独立电动液压控制刹车，同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

★13. 手术床最低台面 $\leq 500\text{mm}$

14. 标配脚踏泵功能，在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床

15. 手术床出厂前经过油路透析处理。

16. 手术床腿板采用按钮式一键拆卸。

★17. 需配备快锁夹持器，夹持器与手术床边轨的连接方式采用弹簧卡扣式固定，安装与拆卸均可一键完成。

18. 技术参数：

18.1 手术床长度 $\geq 2000\text{ mm}$

18.2 手术床宽度 $\geq 500\text{ mm}$

18.3 手术床升降行程 $\geq 500\text{mm}$

18.4 台面前后倾角度： $\pm 25^\circ$

18.5 台面左右倾角度： $\pm 20^\circ$

18.6 背板折转角度： $+80^{\circ}$ / -40°

18.7 腿板折转角度： $+20^{\circ}$ / -90° ，外折角度 $\geq 90^{\circ}$

18.8 头板折转角度： $+45^{\circ}$ / -90°

18.9 台面平移距离 $\geq 320\text{mm}$

18.10 内置腰桥升距 $\geq 120\text{mm}$

18.11. 基本配置：电动手术床主床，配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个，支身架一对，支肩架一对，托腿架一对，侧卧位固定架一对，膝关节镜手术支腿架一对。

(六) 双摇床单元

1. 尺寸： $\geq 2100 \times 950 \times 500$ (mm) ；
2. 产品功能：背部调节 $\geq 60^\circ$ ，腿部调节 $\geq 35^\circ$ ；配置四个刹车脚轮；不锈钢摇把；不锈钢四钩输液杆；床板采用条式设计，具有良好的防滑和透气性； $\geq 8\text{cm}$ 厚半棕半棉防水布双摇床垫；床体承重 $\geq 220\text{KG}$ ；床头柜 1 个；
3. 技术参数：
 - 3.1 床体骨架采用 $\geq 80 \times 40 \times 1.0\text{mm}$ 的成型方管焊接而成；
 - 3.2 床面：采用 $\geq 110 \times 0.7\text{mm}$ 带钢，条式设计；
 - 3.3 床体采用抗菌粉末静电喷涂；
 - 3.4 床头、床尾板采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，挂式设计，无缝制成，尾板外侧有病人信息卡插槽；
 - 3.5 配置不锈钢折叠式手摇把，丝杆采用 45#钢，丝杆具有双向空挡保护装置；
 - 3.6 四角带有输液架插孔，标配输液架一个；
 - 3.7 床腿配有脚帽；
4. 床垫参数：
 - 4.1 布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料；
 - 4.2 内置 4cm 高密度海绵和 4cm 天然棕丝，垫子的边缘和中间厚度一样；
 - 4.3 棕丝采用高温灭菌；
 - 4.4 垫子上带有拉链。
5. 床头柜参数：
 - 5.1 床头柜规格尺寸： $480 \times 480 \times 760\text{mm} \pm 10\text{mm}$
 2. 整体采用 ABS 材料注塑成型。
 3. 床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。
 4. 柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在 90 度。
 5. 柜门与拉手的连接采用转销。
 6. 抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉。
 7. 抽屉上面为隐藏式拉板，能满足使用需要。
 8. 柜门内有一层隔板，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功

能。

(七) 电动护理床

一、**主要功能：**电动护理床具有起背就餐、腿部升降、预防褥疮、ABS 护栏、可帮助起身，站立、防止病人跌倒、运送病人、休息、输液给药治疗、预防病人掉床等功能。

二、**配置：**ABS 床头床尾板、按键式 ABS 护栏、剪式电动升降、引流钩、6 英寸中控脚轮及可调式不锈钢升降输液杆。

三、技术参数：

1. 病床静态荷载 $\geq 400\text{kg}$ 、动态荷载 $\geq 250\text{kg}$ 。

2. 规格尺寸：2200 $\pm 10\text{mm}$ \times 1100 $\pm 10\text{mm}$ (包括护栏) \times (450-720mm)(不包括床头高度)

3. 床头、床尾板采用 ABS 工程塑料，内含金属构件，一次性注塑成型；床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，带一次成型病历卡座，床头、床尾板非中空设计，可做应急 CPR 板使用，便于护理及临床急救操作。

4. 床面板

4.1 床面板采用冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔。

4.2 床框采用 $\geq 30*60*1.2\text{mm}$ 碳钢矩管；床板连接采用钢质铰链，单片厚度 $\geq 4\text{mm}$ 。

5. 背板具有腹部减压功能。

★6. 整体升降高度为(450-720) mm，整体升降采用剪式升降机构，升降更平稳可靠。

7. 按键式 ABS 护栏，可立卧定位。

8. 具有防撞包角。

9. 脚轮：

9.1 床脚采用 30 \times 50 \times 1.2mm 钢制框架，两端带 ABS 防护罩；

9.2 病床脚轮为整体式中控 6 英寸制动静音脚轮。

10. 传动系统：

10.1 背段升降 0 \sim 75 $^{\circ}$ ；

10.2 腿段升降 0 \sim 40 $^{\circ}$ ；

10.3 床体前倾/后倾：0 \sim 12 $^{\circ}$ ；

10.4 高度调节 450 \sim 720mm；

- 10.5 手动 CPR;
- 10.6 一键式电动 CPR;
- 10.7 一键式心脏椅体位;
- 10.8 背部 X 光拍片;

11. 控制系统: 通过手控板操作完成医疗病床各种功能, 有背部升降(上下), 腿部曲伸(上下), 整体升降(上下), 前倾、后倾功能及一键式 CPR 快速复位功能和一键式心脏椅体位功能等。

- 12. 病床电机配蓄电池, 在无电源情况下保证病床电机正常工作半小时。
- 13. 不锈钢升降式输液架高度可调。
- 14. 引流钩: 病床两侧均配置引流钩。
- 15. 整体床架采用冷轧型材。

二、商务要求:

(一) 服务要求

- 1、自合同签订之日起国产产品 5 个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。
- 2、中标方需将旧床搬运至指定地点。

(二) 售后要求

- 1、接到使用客户维修电话, 2 小时响应, 4 小时内工程师到位;
- 2、整机质保三年(含第三方设备)
- 3、设备到位后, 工程师应立即进行安装、调试, 同时对操作人员进行严格的规范化培训, 直至用户熟练使用为止;
- 4、提供设备的单位资质齐全, 符合国家相关规定;
- 5、投标产品的规格、型号必须与注册证及相关检验报告上的规格型号一致;
- 6、全身型双能 x 线骨密度仪须制定并实施完备专业临床培训及科研培养提升计划, 定期对科室工作人员进行临床业务及科研能力提升培训, 提高工作人员的临床实践及科研能力;
- 7、全身型双能 x 线骨密度仪年开机率 $\geq 95\%$;
- 8、全身型双能 x 线骨密度仪提供设备原厂整机 3 年质保, 并且实行一年 4 次、每 3 个月一次的设备维护检测保养, 终生设备软件免费维护服务。

(三) 其他要求

- 1. 质量验收标准或规范: 货物到达甲方指定地点后, 甲方根据合同中参数的要求, 进行外观验收, 确认产地、规格、型号和数量。验收不作为产品质量合格的最终依据。

2. 产品质保期：整机质保三年（含第三方设备）。

3. 违约责任

（一）按《民法典》、《政府采购法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的__1__%作为违约金。

商务条款不允许有负偏离。

第四章 评标方法

一、评标方法

1. 按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令—《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号部长令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法—投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2. 单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3. 评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以包段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

4. 投标文件的资格评审、符合性评审

资格性评审：开标后，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审

合同包 1（全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批）

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；	
2	财务状况报告：提供经审计的 2023 年财务报告，包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期	

	前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；	符合招标文件要求
3	税收缴纳证明：提供已缴纳的 2023 年 10 月起至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；	
4	供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；	
5	社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2023 年 10 月起至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；	
6	出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	
7	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；	
8	供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）与制造商的《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》），供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；同时投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；	
9	本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）；	

符合性评审：评标委员会从投标文件的对招标文件的符合性进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应：

序号	实质性条款		通过条件
1	有效性审查	投标文件封面、投标函两处的项目名称	两处均无遗漏，且与项目名称完全一致。
		投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章。
		投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期	计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。
2	完整性审查	投标文件组成	按照招标文件第六章格式编写，无缺漏项。
		投标内容的完整性	投标文件内容未出现漏项或数量与要求不符。
3	响应程度审查	投标报价	符合招标文件要求 1. 投标报价符合唯一性要求； 2. 未超出招标文件规定的最高限价。
		商务和合同条款响应	完整响应招标文件商务和合同条款。

5. 评审指标分值构成

类别	总分	评标因素	最高得分
价格 评审	30 分	<p>1. 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效投标价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。</p> <p>2. 满足招标文件实质性要求且最低的投标报价价格为评标基准价，其价格分为满分 30 分。</p> <p>3. 评标报价得分=（评标基准价/最终评标报价）×30 的公式计算得分。</p> <p>4. 评标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得 0 分。</p>	30 分
技术 评审	48 分	<p>① 产品技术参数：</p> <p>投标产品技术参数清楚、明确，完全满足招标要求得 20 分。</p> <p>招标文件中标注★号条款为重要技术指标及要求，带“★”重要指标每负偏离一项扣 1 分；非★参数每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>（“★”号项技术参数需提供相应的如投标产品彩页、使用说明书、官网和功能截图、检测报告等技术支持材料佐证，并在技术偏离表中注明佐证材料所在页码。无佐证材料按负偏离处理）</p>	20 分
		<p>② 产品来源渠道：</p> <p>响应设备（产品）及备品备件符合国内、国际相关标准且无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）1 个得 1 分；</p> <p>不提供不得分。</p>	7 分
		<p>③ 总体实施方案：</p> <p>评审内容：投标人针对本项目提出具体的实施方案，方案内容包含：①产品质量保证措施②供货进度计划③物流保障措施④安装调试方案⑤管理制度和协调方案⑥项目验收方案⑦项目团队配备方案；</p>	21 分

类别	总分	评标因素	最高得分
		评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得 21 分；评审内容每缺一项扣 3 分，扣完为止；评审内容有一项内容缺陷扣 0.5-2.5 分。	
履约能力	22分	售后服务方案： 评审内容：投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务保障体系②设备（产品）发生故障后的应急措施； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得 6 分；评审内容每缺一项扣 3 分，扣完为止；评审内容有一项内容缺陷扣 0.5-2.5 分。	6分
		培训方案： 评审内容：投标人针对本项目提出具体的培训方案，方案内容包含：①培训内容、培训人员安排、时间安排②培训结果考核（实操或笔试）； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得 6 分；评审内容每缺一项扣 3 分，扣完为止；评审内容有一项内容缺陷扣 0.5-2.5 分。	6分
		提供自 2021 年 10 月 1 日至投标文件递交截止时间前（以合同签订时间为准）所投核心产品销售业绩（完整合同复印件）。 每提供一份得 2 分，最高不超过 10 分；（附有供货完整合同佐证，且合同必须清晰可辨，否则不得分。）	10分
<p>1、若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标小组无记名投票，以得票高者排序在先。</p> <p>2、评审标准中的“缺陷”是指：内容描述过于简单没有关键点；条理不清晰；与项目内容不匹配、非专门针对本项目或不适用本项目特性；凭空编造，存在逻辑漏洞，出现常识性错误；不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等。</p>			

类别	总分	评标因素	最高得分
<p>3、评标小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。</p> <p>4、评标小组二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的评标，该供应商不得作为成交候选人。</p> <p>5、由于投标响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。</p> <p>6、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评标小组确认后，再行评定。</p> <p>7、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。</p>			

二、政策性扣减

1. 政策性扣减范围

1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实

施政府优先采购和强制采购。

(2) 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 政策性扣减方式

2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予 10% 的扣除。

2.2 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.3 供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

第五章 商务及合同主要条款

院 外

合同编号：DWYY-2024-SBK-H-



西安市第五医院
(项目名称:)

买卖合同
(项目编号:)

甲 方： 西安市第五医院

乙 方：

2024 年 x 月

中国 西安

甲 方： 西安市第五医院

乙 方：

甲方所需货物，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款：

一、合同标的物内容及数量（以谈判响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	货物名称	规格参数	数量	产地	品牌	单价	备注
1							
说明	附技术参数说明						

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写） 元整（¥ 元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，乙方出具全额发票。收到发票之日起，10个工作日内支付合同总价款的90%。即人民币（大写）：xxxxxx元整（¥：xxxxxx.00元）。剩余10%满一年后，收到发票之日起，10个工作日内支付4%货款即人民币（大写）：xxxx拾元整（¥：xxxx元），满两年后，收到发票之日起，10个工作日内支付3%货款，即人民币（大写）：xxxx元整（¥：xxxx元）。满3年后，收到发票之日起，10个工作日内支付3%货款，即人民币（大写）：xxxx元元整（¥：xxxx元）。

（二）付款方式：

通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下：

账户全称： _____

账 号： _____

开 户 行： _____

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。否则甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

（三）结算方式：验收合格后填写西安市第五医院设备验收单（一式两份），发票（按合同总价直开甲方），持中标通知书、买卖合同、发票及其复印件、项目验收单，到甲方

办理资金结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方验收、安装、调试工作。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。乙方承担所涉及骨密度机房的装修改造均实行“交钥匙工程”，承担原有机房内旧设备的移机并重新安装、调试费用，保证移机后设备正常使用。

五、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起,乙方接到甲方通知后国产产品 5 个工作日完成货物的安装、调试并正常运行。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费整机保修三年（含第三方设备），终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过 2 小时，解决问题不超过 4 小时，对超过 4 小时，问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在 2 日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、30 天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

3、30 至 60 天内，如出现质量问题，可选择换货。

4、设备因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的医疗差错或医疗纠纷而引起的经济责任及法律责任由乙方及生产厂商负全部责任，如果造成损失，由乙方赔偿甲方的全部损失包括直接损失和间接损失。包括给第三人（病人）造成人身损害、财产损失及其医院支出的相关费用等），如在质保期内，甲方可以从未付款项中直接扣除。

（五）施工中所有的安全责任事故及造成的经济损失由乙方承担。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过 4 小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

4、质保期从货物验收合格之日起计算质保期。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

（三）

1、接到使用客户维修电话，2 小时响应，4 小时内工程师到位；

2、设备到位后，工程师应立即进行安装、调试，同时对操作人员进行严格的规范化培训，直至用户熟练使用为止；

3、制定并实施完备专业临床培训及科研培养提升计划，定期对科室工作人员进行临床业务及科研能力提升培训，提高工作人员的临床实践及科研能力；

4、全身型双能 x 线骨密度仪提供设备原厂整机 3 年质保，并且实行一年 4 次、每 3 个月一次的设备维护检测保养，终生设备软件免费维护服务。

九、技术与服务

（一）技术资料包括：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、项目竣工资料、检验测试报告；

4、其它资料。

（二）服务承诺：以谈判响应文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

十、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。验收不作为产品质量合格的最终依据。

(二) 货物安装、调试并正常运行后, 由乙方进行自检, 合格后, 准备验收文件, 并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后, 组织乙方(必要时请有关专家)进行系统验收, 验收合格后, 填写政府采购项目验收单(一式叁份)作为对货物的最终认可。

(四) 乙方在验收中应向甲方提交货物安装, 调试过程中的所有资料包括本合同第九条(一)项要求的资料, 以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据:

- 1、招标文件、投标文件、澄清表(函);
- 2、本合同及附件文本;
- 3、国家相应的标准、规范;
- 4、培训资料

十一、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求, 乙方必须无条件更换, 提高技术, 完善质量, 否则, 甲方会同鉴证方有权终止合同, 并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(三) 交货期每超过一天, 扣除乙方合同总价款的 $\underline{1}\%$, 作为违约金。

(四) 如果乙方延期交货 30 天以上, 则本合同解除。乙方违反合同约定需赔偿甲方总价款的 30%作为违约金。

(五) 乙方货物到达甲方指定地点, 一般设备五个日历日内完成安装调试及培训, 大型设备十个日历日完成安装调试及培训, 每超过一天, 扣除乙方合同总价款的 $\underline{1}\%$ 作为违约金。如 30 天内未安装调试完成货物, 甲方可以解除合同, 并要求乙方支付总价款的 30%的违约金。

(六) 乙方未按甲方要求按时完成“交钥匙工程”, 未按时将原有机房内旧设备的移机并重新安装、调试, 每超过一天, 扣除乙方合同总价款的 $\underline{1}\%$ 作为违约金。如 30 天仍未完成, 甲方可以解除合同, 并要求乙方支付总价款的 30%的违约金。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议, 由甲、乙双方当事人协商解决, 协商不成的按下列第(二)种方式解决:

- (一) 提交 西安 仲裁委员会仲裁;
- (二) 依法向 甲方 所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方、鉴证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案贰份，本合同甲、乙、确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

（一）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（五）有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）乙方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）乙方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的。

（六）合同所涉及通知的形式：包含书面通知，电话，短信，微信，邮箱等由双方联系人确定。

（七）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方（法人公章）

乙 方（法人公章）

单位名称：西安市第五医院

单位名称：

地 址：西安市莲湖区西关正街 112 号

地 址：

经办人：

经办人：

主管院长：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

开户银行：

帐 号：

联系电话：029-84696321

联系电话：

签订日期：2024 年 月 日

签订日期：2024 年 月 日

附件

(项目名称) (标段名称) 配置清单

序号	货物名称	规格参数	数量	产地	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

西安市政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：

电话：

邮编：

年 月 日

第六章 投标文件格式

入场登记号：XA-2024-000988-B01

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20240913

全身型双能 x 线骨密度仪及零星设备一批

投标文件

投 标 人：_____（公章）

法定代表人或被委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____ 年_____ 月_____ 日

目 录

第一部分	投标函	页码
第三部分	法定代表人证明书与授权书	
第四部分	投标人资质证明文件	
第五部分	投标方案说明	
第二部分	开标一览表（报价表）	
第六部分	投标人承诺书	
第七部分	附件	

第一部分 投标函

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

我单位收到贵公司_____（项目名称）SXJTZB-ZC-GK20240913 招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1. 按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2. 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3. 我公司所投产品___（填：是或否）小型微型企业制造生产的。

4. 我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5. 同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

6. 我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

7. 所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

投标人：（公章）_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

第二部分 开标一览表（报价表）

2.1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

报价内容 投标内容	交货期	质保期	交货地点	备注
投标总报价：人民币（大写） _____ 小写¥ _____ 元				

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.2 分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	全身型双能 x 线骨密度仪				1	台		
2	医用升温毯				1	台		
3	手术对接车				1	台		
4	输血输液加 温仪				2	台		
5	手术床				1	台		
6	双摇床单元				124	套		
7	电动护理床				6	台		
合计								

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.3 备品备件、耗材说明一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

序号	名称	型号和规格	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量	单价 (元)	优惠单价 (元)	总价 (元)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

投标人：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

2.4 技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件技术需求	投标文件配置、规格及主要技术参数	偏离情况	说明	佐证材料所在页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

注：偏离情况：正偏离、负偏离、无偏离。

如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。

后附相关证明材料及所在页码。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

2.5 商务条款响应偏离书

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务要求	投标文件 商务响应	偏离情况	说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：偏离情况填写：正偏离或负偏离或无偏离。

如有漏报、瞒报招标文件所要求的商务要求内容将视为没有实质性响应招标文件。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

第三部分 法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)	法定代表人（签字或盖章）	
		(公章)	
		年 月 日	

第四部分 投标人资质证明文件

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

(2) 财务状况报告：提供经审计的 2023 年财务报告，包括“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

(3) 税收缴纳证明：提供已缴纳的 2023 年 10 月起至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(4) 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2023 年 10 月起至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(6) 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

(8) 供应商如为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）与制造商的《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》），供应商如为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；同时投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证或备案凭证；

(9) 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）；

第五部分 投标方案说明

包括但不限于：

- 一、投标人企业简介。
- 二、商务响应说明（付款方式、供货时间、地点、验收方式、售后服务等）。
- 三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。
- 四、投标人完成项目保障能力。
- 五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
- 六、投标人认为有必要说明的问题。
- 七、近年类似业绩及相关证明材料。

第六部分 投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1. 参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2. 尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3. 依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4. 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5. 近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6. 参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7. 积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8. 认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：

邮编：

年 月 日

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：_____（采购人名称）_____：

（-----公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，
我公司在参与本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：_____（单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：

利益关系承诺函

致：_____（采购人名称）_____：

我公司_____（公司名称）_____为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。

在此郑重声明：

1. 我公司不是贵单位职工投资开办或控股企业；
2. 贵单位职工本人或其亲属未在我公司担任高管、独立董事等具有重大利益关系职务。

投标人名称（盖章）：_____（单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：

投标人企业关联关系声明函

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

(1) 与投标人单位法定代表人为同一人的其他单位：_____。

(2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：_____。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（公章）：_____（单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：

第七部分 附件

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、本项目采购标的所属行业为工业。

二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料

《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为____（符合/不符合）____残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位此声明函可不填写。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日期：