

政府采购项目采购需求

采购单位：铜川市人民医院

所属年度：2024年

编制单位：铜川市人民医院

编制时间：2024年10月24日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 中医类设备采购项目
- (二) 项目所属年度： 2024年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 3,800,000.00元 ， 大写（人民币）： 叁佰捌拾万元整
- (五) 项目概况：

本项目为中医类设备采购项目，具体采购设备包含： 艾灸仪、近红外治疗仪、中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、高压低频脉冲治疗仪、红外偏振光治疗仪、恒温蜡疗仪、微波治疗仪、气压治疗仪、磁振热治疗仪、光子治疗仪、生物反馈治疗仪、红外治疗仪、中频治疗仪、中频治疗仪（便携式）。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1.相关产业发展情况
 - 2.市场供给情况
 - 3.同类采购项目历史成交信息情况
 - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 部门集中采购
- (二) 采购方式： 公开招标
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
- (六) 是否采购环境标识产品： 否
- (七) 是否采购节能产品： 否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否
- (十) 是否属于政务信息系统项目： 否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否
- (十二) 是否属于一签多年项目： 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称： 艾灸仪、近红外线治疗仪
 - 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100%

2、预算金额（元）： 1,707,000.00 ， 大写（人民币）： 壹佰柒拾万零柒仟元整

最高限价（元）： 1,707,000.00 ， 大写（人民币）： 壹佰柒拾万零柒仟元整

3、评审方法： 综合评分法

4、是否支持联合体投标： 否

5、是否允许合同分包选项： 否

6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	艾灸仪
	数量	17.00	单位	台
	合计金额（元）	1,513,000.00	单价（元）	89,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	近红外治疗仪
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	194,000.00	单价（元）	97,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称： 艾灸仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、采用明火艾灸。</p> <p>2、净烟主机具备净烟功能，净化气体符合GB/T 18883-2002环境空气标准。</p> <p>3、净烟主机尺寸：≤宽45cm*长75cm*高110cm。</p> <p>4、聚能灸头：≥2个。</p> <p>5、排烟管道：≥4个。</p> <p>6、配套灸盒：配合净烟主机使用，配备不低于三个不同部位灸盒。</p> <p>7、主机功率：≤30W。</p> <p>8、整机运行噪音：≤60dB（A）。</p> <p>9、使用要求：一机二床，可多人同时开展灸疗。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共9项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、配备移动电源，移动电源容量≥15000mAh。</p> <p>11、整机及配件保障服务：5年，净烟管道及过滤系统每月免费上门维护，灸盒定期清理直至无法清理后免费更换，设备如有故障，免费提供备用机。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：近红外治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、≥8个治疗片，治疗片线长≥130cm。</p> <p>2、治疗片功率至少在1-1.5W之间，光输出功率至少在0-0.3W之间。</p> <p>3、治疗片、线材均可自由拆卸。</p> <p>4、主机最大输入功率：≤10W。</p> <p>5、治疗时间控制范围≥0~45min。</p> <p>6、治疗模式及治疗强度可选。</p> <p>7、具有治疗结束自动报警功能。</p> <p>8、具有触摸控制面板，治疗强度多档调节。</p> <p>9、治疗时间可调，治疗完成有定时提醒功能。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共9项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

★	2	<p>10、治疗片嵌有≥60个发光管，且每个发光管都是890nm±10nm近红外光线，不含红光发热。</p> <p>11、治疗片可自由弯曲，能贴合人体各部位。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
---	---	---

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加，无相关单位参加为合格。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。
2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共18项，供应商若满足所有参数得满分18分，每有一项不满足则扣1分，最多扣18分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	18.0000	是
2	详细评审	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审：1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能描述齐全，产品性能、使用效果优秀得：(7-10]分；2、拟提供产品选型较合理，安全可靠较好，性价比较好，功能描述较齐全，产品性能、使用效果较好得：(4-7]分；3、拟提供产品选型一般，安全可靠基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得：(0-4]分；4、未提供产品选型不得分。	10.0000	否
3	详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审：1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分；2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分；3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全可靠差，应急保障措施不全面得(0-3]分。4、未提供实施方案不得分。	8.0000	否
4	详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审：1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分；2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分；3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分；4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	否

5	详细评审	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审：1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分；2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分；3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。4、未提供质量保障方案不得分。	10000	否
6	详细评审	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审：1、方案详细、全面，内容明确清晰得(7-10]分；2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(4-7]分；3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-4]分；4、未提供售后服务方案不得分。	10000	否
7	详细评审	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计4分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	4000	是
8	详细评审	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得2分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	2000	是
1	价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	30000	是

10、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。
- 3) 合同履约地点：采购人指定地点
- 4) 支付方式：分期付款
- 5) 履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
- 6) 质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
- 7) 合同支付约定：
 - 1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的40.00%。

2、付款条件说明：设备交货安装调试结束验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 57.00%。

3、付款条件说明：设备正常运行1年后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 3.00%。

8) 验收交付标准和方法：1、项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

9) 质量保修范围和保修期：1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准。国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。5、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。6、中标人需配合招标人安装指导到位。

10) 知识产权归属和处理方式：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 成本补偿和风险分担约定：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 违约责任与解决争议的方法：根据采购文件要求及合同约定执行。

13) 合同其他条款：1.本项目采购标的所属行业为：工业。2.供应商请仔细阅读采购文件《第一章 投标邀请》第五条“电子化采购相关事项”，提前做好线上开标准备。

11、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：分段/分期验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

9) 技术履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。

10) 商务履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 履约验收标准：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 履约验收其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

(二) 分包名称：中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、高压低频脉冲治疗仪、红外偏振光治疗仪、恒温蜡疗机

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：中小企业

3) 预留形式：设置专门采购包

4) 预留比例：100%

2、预算金额（元）：531,000.00，大写（人民币）：伍拾叁万壹仟元整

最高限价（元）：531,000.00，大写（人民币）：伍拾叁万壹仟元整

- 3、评审方法：综合评分法
- 4、是否支持联合体投标：否
- 5、是否允许合同分包选项：否
- 6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	中医定向透药治疗仪
	数量	10.00	单位	台
	合计金额（元）	100,000.00	单价（元）	10,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	中药熏蒸仪
	数量	4.00	单位	台
	合计金额（元）	86,000.00	单价（元）	21,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	高压低频脉冲治疗仪
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	15,000.00	单价（元）	15,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	红外偏振光治疗仪
	数量	3.00	单位	台
	合计金额（元）	153,000.00	单价（元）	51,000.00

4	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	恒温蜡疗仪
	数量	3.00	单位	台
	合计金额(元)	177,000.00	单价(元)	59,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：中医定向透药治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、柜式一体机型、带锁止万向轮。</p> <p>2、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压实现。</p> <p>3、≥4通道，每通道可独立输出。</p> <p>4、载波频率1250~4000Hz±10%，调制频率30~340Hz±15%。</p> <p>5、脉宽范围：99-240μs±10%。</p> <p>6、设备输出强度范围≥0~99级。</p> <p>7、输出电极可加温，温度可调，可调范围为37℃-50℃（±2℃）。</p> <p>8、治疗时间：可根据治疗情况调节。</p> <p>9、设备最大输出电流≤80mA(r.m.s)。</p> <p>10、连续工作时间≥4h。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共10项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>11、低频调制信号波形≥5种。</p> <p>12、预置≥15种处方。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：中药熏蒸仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、至少包含2个喷头，可同时满足2个病人治疗需求。</p> <p>2、带自动减压功能，超过安全气压自动减压。</p> <p>3、带药液防干烧报警功能，药液低于安全液位时，可声音警报提示并自动停止工作。</p> <p>4、预热及治疗功率多档可调。</p> <p>5、药液预热设定温度可调，可调范围至少为50℃~90℃，允差±20%。</p> <p>6、药液加热到95℃所需时间≤15min。</p> <p>7、药液温度达到治疗温度时，药液能自动喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定。</p> <p>8、治疗时间可调。</p> <p>9、在非治疗及预热状态可进行排液操作。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共9项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、容量：≥3500mL。</p> <p>11、具备防烫伤功能。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：高压低频脉冲治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、台式。</p> <p>2、脉宽区间至少为0.5~1.5ms，允差±20%，至少三个强度等级区间。</p> <p>4、频率区间至少为2.5~60Hz，允差±15%，至少三个强度等级区间。</p> <p>4、自增幅度：初始电压值是本档非自增状态最大值的40%~100%，自增最大值是初始值的180%~220%。</p> <p>5、自增时间：自增程度显示的变化速度为25s±5s，全程自增时间为40min±5min。</p> <p>6、浪涌宽度区间：≥0.1ms，且≤0.4ms。</p> <p>7、治疗时间：5~60min，最大误差±1min，默认治疗时间为30min。</p> <p>8、连续工作时间：≥8小时。</p> <p>9、具有过量输出防护功能。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共9项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

★	2	<p>10、设备具有≥3种专家治疗模式。</p> <p>11、通道数：≥5路，每路≥2通道，每路可独立调节。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
---	---	--

标的名称：红外偏振光治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、台推式（含推车）。</p> <p>2、触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压实现。</p> <p>3、红外偏振光有效波长范围：0.6~1.6μm，钷灯有效光谱波长范围：0.6~1.6μm；</p> <p>4、≥4种治疗模式。</p> <p>5、配备≥4种治疗头，≥4种功率可选。</p> <p>6、输出强度可调。</p> <p>7、治疗时间可调：钷灯可调范围：0~60min，步长1min；红外偏振光可调范围：0~10min，步长1min。</p> <p>8、仪器工作时，红外偏振光治疗头、灯室、钷灯保护罩温度≤60℃。</p> <p>9、具备患者紧急停止保护功能、防误触功能。</p> <p>10、光源累计使用时间可查看。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共10项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>11、配置金属卤素灯以及钷灯两种光源。</p> <p>12、输出配置：1路偏振光，1路钷灯。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：恒温蜡疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、饼箱：饼箱可一次性储存≥12盘蜡，可控温。</p> <p>2、显示方式：≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态。</p> <p>3、温控范围：融蜡箱温度控制范围至少为55~85℃,制饼箱控制范围至少为45~65℃，允差±3℃；</p> <p>4、可提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温，也可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温。</p> <p>5、风道设计：蜡饼内部无夹心无蜡液共存。</p> <p>6、石蜡清洁：具备蜡液过滤和消毒功能。</p> <p>7、具备融蜡箱超温保护、低水位报警、低液位报警功能。</p> <p>注：1.本项设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>注：2.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共7项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>8、≥3种蜡饼厚度可供选择。</p> <p>9、容积：蜡箱≥60升；饼箱≥80升×2。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加，无关联单位参加为合格。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。
2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的需提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。

9、分包的评审条款

评审项编号	详细要求		分值	客观评审项
	一级评审项	二级评审项		
1	详细评审	产品技术参数 招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共45项，供应商若满足所有参数得满分18分，每有一项不满足则扣0.4分，最多扣18分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	18.0000	是
2	详细评审	产品选型 根据本项目的产品选型进行评审：1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能齐全，产品性能、使用效果优秀得：(7-10)分；2、拟提供产品选型较合理，安全可靠性好，性价比较好，功能较齐全，产品性能、使用效果较好得：(4-7)分；3、拟提供产品选型一般，安全可靠基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得：(0-4)分；4、未提供产品选型不得分。	10.0000	否

3	详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审：1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分；2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分；3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得(0-3]分。4、未提供实施方案不得分。	8.0000	否
4	详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审：1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分；2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分；3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分；4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	否
5	详细评审	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审：1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分；2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分；3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	否
6	详细评审	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审：1、方案详细、全面，内容明确清晰得(7-10]分；2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(4-7]分；3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-4]分；4、未提供售后服务方案不得分。	10.0000	否
7	详细评审	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计4分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	4.0000	是
8	详细评审	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得0.4分。最高得2分。证明材料包括但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	2.0000	是

1	价 格 分	价 格 分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	3 0. 0 0 0 0	是
---	-------------	-------------	---	-----------------------------	---

10、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。

3) 合同履约地点：采购人指定地点

4) 支付方式：分期付款

5) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 40.00%。

2、付款条件说明：设备交货安装调试结束验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 57.00%。

3、付款条件说明：设备正常运行1年后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 3.00%。

8) 验收交付标准和方法：1、项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

9) 质量保修范围和保修期：1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准。国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。5、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。6、中标人需配合招标人安装指导到位。

10) 知识产权归属和处理方式：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 成本补偿和风险分担约定：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 违约责任与解决争议的方法：根据采购文件要求及合同约定执行。

13) 合同其他条款：1.本项目采购标的所属行业为：工业。2.供应商请仔细阅读采购文件《第一章 投标邀请》第五条“电子化采购相关事项”，提前做好线上开标准备。

11、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

- 4) 是否邀请服务对象：是
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：分段/分期验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 9) 技术履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 10) 商务履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 11) 履约验收标准：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 12) 履约验收其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

(三) 分包名称：微波治疗仪、气压治疗仪、磁振热治疗仪

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100%

2、预算金额（元）：529,000.00，大写（人民币）：伍拾贰万玖仟元整

最高限价（元）：529,000.00，大写（人民币）：伍拾贰万玖仟元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	微波治疗仪
	数量	4.00	单位	台
	合计金额（元）	352,000.00	单价（元）	88,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	气压治疗仪
	数量	5.00	单位	台
	合计金额（元）	75,000.00	单价（元）	15,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无

	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	磁振热治疗仪
	数量	3.00	单位	台
	合计金额（元）	102,000.00	单价（元）	34,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：微波治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、辐射器电压驻波比≤ 3。</p> <p>2、定时范围：1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）。</p> <p>3、设备输入功率：$\leq 400VA$。</p> <p>4、显示操作方式：≥ 15英寸触摸屏。</p> <p>5、微波固态源，主机使用年限≥ 8年。</p> <p>6、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。具有微波输出功率校准功能。</p> <p>7、具有随意悬停升降支架臂放置辐射器到理疗部位。</p> <p>8、提供≥ 4种理疗模式。</p> <p>9、辐射器配置：$\geq 360mm \times 120mm$马鞍形辐射器1只、热凝器9只。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共9项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、微波频率：$2450MHz \pm 30MHz$。</p> <p>11、输出功率：治疗0-99W可调；理疗0-100W可调。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：气压治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、手动释压：由最大压力降至2KPa的时间≤5秒，正常工作过程中压力超过2KPa的持续时间≤1分钟。</p> <p>2、≥4路空气波输出，≥4种充气模式。</p> <p>3、结构：台式主机+可分离式推车。</p> <p>4、充气气泵噪声≤60分贝。</p> <p>5、配置下肢拉链式气囊至少2个、上肢专用气囊至少1个，配有可拆卸内衬。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共5项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>6、定时范围：0-90min可调。</p> <p>7、压力范围：5kPa-20kPa可调。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：磁振热治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、温度控制：40℃~55℃连续每1℃可调，最高温度不得超过60℃，热剂量精确，治疗温度可实时显示。</p> <p>2、磁场强度：≤40mT。</p> <p>3、振动频率：仪器在连续输出时的振动频率50Hz（±2Hz）。</p> <p>4、除磁振热工作模式外，另有磁振模式和磁热模式。</p> <p>5、仪器具有≥20种快捷处方功能。</p> <p>6、定时范围：1min~60min。</p> <p>7、磁场强度分布：由治疗垫上每个热磁振子中心向周边递减，距离治疗垫周边15cm以外磁场强度≤0.5mT。</p> <p>8、输出指示：≥6英寸触摸屏控制。</p> <p>9、断电恢复：仪器在断电再恢复时，不得有输出。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共9项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>10、输出通道：≥2路输出通道，配置专用柜式推车一台。</p> <p>11、具有超温保护功能。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加，无关联单位参加为合格。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。
2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共23项，供应商若满足所有参数得满分23分，每有一项不满足则扣1分，最多扣23分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	20000	是
2	详细评审	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审：1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能齐全，产品性能、使用效果优秀得：(6-8]分；2、拟提供产品选型较合理，安全可靠性较好，性价比较好，功能较齐全，产品性能、使用效果较好得：(3-6]分；3、拟提供产品选型一般，安全可靠性基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得：(0-3]分；4、未提供产品选型不得分。	80000	否
3	详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审：1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分；2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分；3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得(0-3]分。4、未提供实施方案不得分。	80000	否
4	详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审：1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分；2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分；3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分；4、未提供安装调试方案不得分。	80000	否
5	详细评审	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审：1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分；2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分；3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。4、未提供质量保障方案不得分。	10000	否
6	详细评审	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审：1、方案详细、全面，内容明确清晰得(6-8]分；2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(3-6]分；3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-3]分；4、未提供售后服务方案不得分。	80000	否

7	详细评审	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计2分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	2.0000	是
8	详细评审	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得3分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	3.0000	是
1	价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	30.0000	是

10、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。

3) 合同履约地点：采购人指定地点

4) 支付方式：分期付款

5) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 40.00%。

2、付款条件说明：设备交货安装调试结束验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 57.00%。

3、付款条件说明：设备正常运行1年后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 3.00%。

8) 验收交付标准和方法：1、项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

9) 质量保修范围和保修期：1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准。国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质

保。4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。5、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。6、中标人需配合招标人安装指导到位。

10) 知识产权归属和处理方式：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 成本补偿和风险分担约定：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 违约责任与解决争议的方法：根据采购文件要求及合同约定执行。

13) 合同其他条款：1.本项目采购标的所属行业为：工业。2.供应商请仔细阅读采购文件《第一章 投标邀请》第五条“电子化采购相关事项”，提前做好线上开标准备。

11、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：分段/分期验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

9) 技术履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。

10) 商务履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 履约验收标准：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 履约验收其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

(四) 分包名称：光子治疗仪、生物反馈治疗仪、红外治疗仪

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：中小企业

3) 预留形式：设置专门采购包

4) 预留比例：100%

2、预算金额（元）：659,000.00，大写（人民币）：陆拾伍万玖仟元整

最高限价（元）：659,000.00，大写（人民币）：陆拾伍万玖仟元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	光子治疗仪
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	176,000.00	单价（元）	88,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无

	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	生物反馈治疗仪
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	167,000.00	单价（元）	167,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	红外治疗仪
	数量	4.00	单位	台
	合计金额（元）	316,000.00	单价（元）	79,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：光子治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）。</p> <p>2、峰值波长：红光：640±10nm，蓝光：460±10nm。</p> <p>3、光功率密度：红光≥1300mW/cm²，蓝光≥1300mW/cm²。</p> <p>4、光功率密度≥40mW/cm²。</p> <p>5、最大有效治疗面积：≥1200cm²。</p> <p>6、光杯口平面面积：≥180cm²。</p> <p>7、输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W。</p> <p>8、升降高度调节范围：≥200mm。</p> <p>9、能量调节：≥五级。</p> <p>10、照射治疗模式：≥2种。</p> <p>11、定时时间：0min~99min连续可调。</p> <p>12、具有触摸控制屏。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共12项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>13、最大治疗深度：≥10cm。</p> <p>14、光功率变化率：≤±1%。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：生物反馈治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、通道：≥4个通道，各通道相互独立。</p> <p>2、采样位数：≥10位。</p> <p>3、最高分辨率：≤2μV。</p> <p>4、刺激电流强度至少为0~100mA范围内可调，步进为0.5mA。</p> <p>5、电刺激脉冲宽度至少为20~800μs范围内可调，步进为10μs。</p> <p>6、电刺激脉冲频率至少为2~200Hz范围内可调，步进为1Hz。</p> <p>7、治疗时间：1-60min范围内可调，步进为0.1min</p> <p>8、支持WiFi、蓝牙数据双向传输。</p> <p>9、配备≥20英寸高清彩屏进行操作。</p> <p>10、具有电极脱落保护功能。</p> <p>11、可选择≥3种型号的治疗探头，具有一次性使用和重复性使用阴道电极。</p> <p>二、软件参数</p> <p>12、至少具有标准筛查、标准评估、方案治疗、开放治疗、产后康复、方案管理、数据管理功能。</p> <p>13、具有≥5种治疗模式。</p> <p>14、具有方案自定义功能，单次治疗可添加≥10种治疗模式。</p> <p>15、治疗过程中可对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。</p> <p>16、评估报告包括肌电图、报告解读简要说明和治疗建议，支持用户自定义调整报告解读内容。</p> <p>17、可以对所有筛查评估治疗数据进行查看、打印及删除等操作，并且可以对治疗方案进行新建、删除、导入、导出和模板复制管理。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共17项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>18、采样率：≥10kHz。</p> <p>19、可对患者进行康复状态趋势分析，可生成任意评估记录≥7组的趋势对比分析，具有不同颜色区分。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：红外治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、波长范围：能量波长主要分布范围400-1400nm,可产生WIRA光。</p> <p>2、治疗光源：卤素光源。</p> <p>3、光源功率：≥550W。</p> <p>4、出光口面积≥100cm²。</p> <p>5、有效照射面积：≥800cm²。</p> <p>6、触摸屏操作。</p> <p>7、具有治疗方案定义保存功能。</p> <p>8、升降方式：电动升降，最大治疗高度≥1500mm。</p> <p>9、治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°。</p> <p>10、定时模式：电子定时，1-99min。</p> <p>11、具有过热保护、倾倒断电功能。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共11项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>12、光功率密度：≥600mW/cm²。</p> <p>13、最大治疗深度：≥15cm。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加，无相关单位参加为合格。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。
2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的需提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共40项，供应商若满足所有参数得满分20分，每有一项不满足则扣0.5分，最多扣20分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	20.0000	是
2	详细评审	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审：1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能齐全，产品性能、使用效果优秀得：(7-10]分；2、拟提供产品选型较合理，安全可靠性较好，性价比较好，功能较齐全，产品性能、使用效果较好得：(4-7]分；3、拟提供产品选型一般，安全可靠性基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得：(0-4]分；4、未提供产品选型不得分。	10.0000	否

3	详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审：1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8]分；2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6]分；3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得(0-3]分。4、未提供实施方案不得分。	8.0000	否
4	详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审：1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8]分；2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6]分；3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3]分；4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	否
5	详细评审	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审：1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10]分；2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7]分；3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4]分。4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	否
6	详细评审	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审：1、方案详细、全面，内容明确清晰得(6-8]分；2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(3-6]分；3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-3]分；4、未提供售后服务方案不得分。	8.0000	否
7	详细评审	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计3分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	3.0000	是
8	详细评审	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得3分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	3.0000	是

1	价 格 分	价 格 分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	3 0. 0 0 0 0	是
---	-------------	-------------	---	-----------------------------	---

10、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。

3) 合同履约地点：采购人指定地点

4) 支付方式：分期付款

5) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 40.00%。

2、付款条件说明：设备交货安装调试结束验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 57.00%。

3、付款条件说明：设备正常运行1年后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 3.00%。

8) 验收交付标准和方法：1、项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

9) 质量保修范围和保修期：1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准。国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。5、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。6、中标人需配合招标人安装指导到位。

10) 知识产权归属和处理方式：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 成本补偿和风险分担约定：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 违约责任与解决争议的方法：根据采购文件要求及合同约定执行。

13) 合同其他条款：1.本项目采购标的所属行业为：工业。2.供应商请仔细阅读采购文件《第一章 投标邀请》第五条“电子化采购相关事项”，提前做好线上开标准备。

11、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

- 4) 是否邀请服务对象：是
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：分段/分期验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 9) 技术履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 10) 商务履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 11) 履约验收标准：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 12) 履约验收其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

(五) 分包名称：中频治疗仪、中频治疗仪（便携式）

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模：中小企业
- 3) 预留形式：设置专门采购包
- 4) 预留比例：100%

2、预算金额（元）：374,000.00，大写（人民币）：叁拾柒万肆仟元整

最高限价（元）：374,000.00，大写（人民币）：叁拾柒万肆仟元整

3、评审方法：综合评分法

4、是否支持联合体投标：否

5、是否允许合同分包选项：否

6、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	中频治疗仪
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	334,000.00	单价（元）	167,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	标的名称	中频治疗仪（便携式）
	数量	5.00	单位	台
	合计金额（元）	40,000.00	单价（元）	8,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无

是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
----------	---	---------	----

标的名称：中频治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
▲	1	<p>1、具备变频电疗功能。</p> <p>2、治疗模式≥ 3个。</p> <p>3、具备电流保护功能。</p> <p>4、具备电流平衡调节功能。</p> <p>5、采用吸附电极，吸引压强度可调。</p> <p>6、循环治疗频率：1000~11000Hz。</p> <p>7、治疗时间可设定：≥ 60分钟。</p> <p>8、刺激强度可调节。</p> <p>9、额定功率$\leq 300W$。</p> <p>10、最大输出电压：$\geq 50V$。</p> <p>11、最大输出电流：$\geq 100mA$。</p> <p>注：1.本设备为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定处理。</p> <p>2.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共11项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>3.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>12、≥ 2组可独立调节的输出，每组具有≥ 2个子通道。</p> <p>13、具有电极加热及加热保护功能。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

标的名称：中频治疗仪（便携式）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

▲	1	<p>1、输出通道：≥4路输出通道，可独立工作。</p> <p>2、调制波形：≥5个。</p> <p>3、具备低频电疗功能。</p> <p>4、电流强度可调节。</p> <p>5、具有输出电流控制功能。</p> <p>6、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%。</p> <p>7、输入功率：≥100W。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“▲”项为允许负偏离的参数共7项，若未响应或者不满足将影响评分。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>
★	2	<p>8、处方数量：≥60个治疗处方。</p> <p>9、调制频率：低频调制频率范围至少为0~150HZ,中频载波范围至少为1kHz~10kHz。</p> <p>注：1.“技术参数与性能指标”中“★”项为核心参数共2项，为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，否则按无效投标处理。</p> <p>2.须提供证明材料包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件。</p>

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供2023年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明资料；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加，无关联单位参加为合格。

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	主体经营资格	在中华人民共和国境内注册，并有效续存的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

2	社会保障资金缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。
3	税收缴纳证明	自2024年04月01日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。
4	信用查询	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中禁止参加政府采购活动的供应商。
5	法定代表人授权委托书	须提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商的，须提供法定代表人身份证明文件。
6	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7	技术承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
8	资质要求	投标人为制造厂商的需提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为代理商的需提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
9	资质要求	须提供拟投产品的医疗器械注册证。

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	产品技术参数	招标文件第三章中“技术要求”参数性质为“▲”项的技术参数与性能指标共18项，供应商若满足所有参数得满分18分，每有一项不满足则扣1分，最多扣18分。注：提供相应产品技术参数与性能指标的证明材料（包括但不限于检验检测报告，产品技术白皮书，产品彩页，官网参数性能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。	18.0000	是
2	详细评审	产品选型	根据本项目的产品选型进行评审：1、拟提供产品选型合理，安全可靠，性价比高，功能齐全，产品性能、使用效果优秀得：(7-10]分；2、拟提供产品选型较合理，安全可靠较好，性价比较好，功能较齐全，产品性能、使用效果较好得：(4-7]分；3、拟提供产品选型一般，安全可靠基本满足，性价比一般，功能一般，产品性能、使用效果差得：(0-4]分；4、未提供产品选型不得分。	10.0000	否

3	详细评审	供货实施方案	根据本项目供货实施方案进行评审：1、供货实施方案周密、组织计划全面、人员配置合理、分工明确；供货周期保障得当、货物运输安全可靠，应急保障措施全面得(6-8)分；2、供货实施方案较合理、组织计划较全面、人员配置较合理、分工较明确；供货周期保障较得当、货物运输较安全可靠，应急保障措施较全面得(3-6)分；3、供货实施方案合理性差、组织计划差、人员配置差、分工不明确；供货周期保障差、货物运输安全性差，应急保障措施不全面得(0-3)分。4、未提供实施方案不得分。	8.0000	否
4	详细评审	安装调试方案	根据本项目安装调试方案进行评审：1、安装调试方案完整，装配、安装、调试流程清晰，装配、安装、调试人员配备齐全、分工明确，得(6-8)分；2、安装调试方案较完整，装配、安装、调试流程较清晰，装配、安装、调试人员配备较齐全、分工较明确得(3-6)分；3、安装调试方案不完善，装配、安装、调试流程不清晰，装配、安装、调试人员配备不齐全、分工不明确得(0-3)分；4、未提供安装调试方案不得分。	8.0000	否
5	详细评审	质量保障	针对本项目质量保障方案进行评审：1、提供质量保障方案详细，产品质量及安装质量方案完整、可行，有明确的质量承诺得(7-10)分；2、提供质量保障方案较详细，产品质量及安装质量方案较完整、较可行，有较明确的质量承诺得(4-7)分；3、提供质量保障方案不详细，产品质量及安装质量方案不完整，质量承诺不明确得(0-4)分。4、未提供质量保障方案不得分。	10.0000	否
6	详细评审	售后服务方案	针对本项目的内容提供切实可行的售后服务方案，方案至少包含：设备操作培训、售后服务人员配备、故障响应处理及补救措施、设备定期检查维护等，根据内容进行评审：1、方案详细、全面，内容明确清晰得(7-10)分；2、方案较详细、较全面，内容较明确清晰得(4-7)分；3、方案不详细、不全面，内容不明确清晰得(0-4)分；4、未提供售后服务方案不得分。	10.0000	否
7	详细评审	业绩分	供应商需提供2021年1月1日以来独立承担过类似项目的业绩，每个业绩计1分，最高计4分。注：类似业绩证明文件以合同复印件为准（需包含合同首页、盖章签字页等关键页），时间以合同签订时间为准，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	4.0000	是
8	详细评审	产品合法来源	供应商应提供产品合法来源证明，每提供1项得1分。最高得2分。证明材料包含但不限于：产品授权委托书，供货协议等，未提供不得分。	2.0000	是

1	价 格 分	价 格 分	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格权值×100	3 0. 0 0 0 0	是
---	-------------	-------------	---	-----------------------------	---

10、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成交货、安装、调试完成。

3) 合同履约地点：采购人指定地点

4) 支付方式：分期付款

5) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

6) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

7) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 40.00%。

2、付款条件说明：设备交货安装调试结束验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 57.00%。

3、付款条件说明：设备正常运行1年后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 3.00%。

8) 验收交付标准和方法：1、项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。3、验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）招标文件。（3）中标人的投标文件。（4）合同货物清单。（5）其他证明资料。

9) 质量保修范围和保修期：1、质保期为终验合格之日起1年，国家规定质保期超出本文件要求的按国家规定执行。中标人承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准。国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。3、中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。5、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。6、中标人需配合招标人安装指导到位。

10) 知识产权归属和处理方式：根据采购文件要求及合同约定执行。

11) 成本补偿和风险分担约定：根据采购文件要求及合同约定执行。

12) 违约责任与解决争议的方法：根据采购文件要求及合同约定执行。

13) 合同其他条款：1.本项目采购标的所属行业为：工业。2.供应商请仔细阅读采购文件《第一章 投标邀请》第五条“电子化采购相关事项”，提前做好线上开标准备。

11、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

- 4) 是否邀请服务对象：是
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：分段/分期验收
- 7) 履约验收时间：

 供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 9) 技术履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 10) 商务履约验收内容：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 11) 履约验收标准：根据采购文件要求及合同约定执行。
- 12) 履约验收其他事项：根据采购文件要求及合同约定执行。

五、风险控制措施和替代方案

 该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否