

项目编号: ZCSP-渭南市-2024-01705

渭南市卫生健康委员会村医出诊箱 采购项目

政府采购合同

甲 方: 渭南市卫生健康委员会

乙 方: 陕西哥瑞尔普商贸有限公司

日 期: 2025 年 2 月 20 日

政府采购合同

渭南市卫生健康委员会（以下简称甲方）在渭南市卫生健康委员会村医出诊箱采购项目的采购，在陕西省渭南市财政局的监督管理下，由品智工程咨询有限公司组织采购，选定陕西哥瑞尔普商贸有限公司（以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币贰佰柒拾玖万捌仟玖佰贰拾伍元整（¥2,798,925.00元）

说明：

（一）合同总价包含设备费、设备到达交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：项目验收合格后一次性支付合同总价款的90%（即人民币大写：贰佰伍拾壹万玖仟零叁拾贰元伍角整，小写：¥2,519,032.50元），三个月后支付剩余总价款的10%（即人民币大写：贰拾柒万玖仟捌佰玖拾贰元伍角整，小写：¥279,892.50元）。

四、交货条件

（一）交货地点：采购人指定地点。

(二) 交货期：合同签订生效后 20 天内需要交货完毕、验收审核完成。

(三) 质保期：自验收合格之日起 3 年。

五、包装运输

(一) 运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费的一切费用。

(二) 运输方式：汽运。

六、质量保证

(一) 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

(三) 安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

(四) 有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

(五) 属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

(六) 产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

(七) 乙方所提供设备质保期为 3 年。设备质保期自验收合格之日起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件 2）

八、配置清单。（详见附件 3）

九、技术服务

(一) 技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

(二) 人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

(三) 服务承诺：

- 1、中标供应商须指派专人负责与使用单位联系售后服务事宜；
- 2、质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价；
- 3、质保期内，中标供应商负责对其提供的货物进行调换，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；
- 4、中标供应商在接到采购人通知后须一周内完维修或更换，并承担修理或更换的费用。
- 5、质保期结束后，只收取其成本费用。

十、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

(三) 如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

(一) 通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收，验收费用由中标人支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

(一) 陕西省渭南市财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 本合同一式六份，甲方 渭南市卫生健康委员会 四份，乙方 陕西哥瑞尔普商贸有限公司 一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

(三) 招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点：渭南市卫生健康委员会

合同签订时间：2025 年 2 月 20 日

甲 方

单位名称：渭南市卫生健康委员会

地 址：渭南市临渭区车雷街 69 号

法人代表：



乙 方

单位名称：陕西哥瑞尔普商贸有限公司

地 址：陕西省渭南市高新技术产业开发区药品监督管理局综合楼 B 区

法人代表：



联系电话：0913-2931822

联系电话：18992301851

开 户 行：

开 户 行：兴业银行股份有限公司渭南分行

账 号：

账 号：452020100100028407

附件 1:

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	出诊箱	科洛	350x230x230 mm	金华萤火应 急防护用品 有限公司	个	5570	150.00	835,500.00	
2	干燥剂	宝仙吉	6cm*7.5cm	广东宝仙吉 新材料科技 有限公司	包	5570	1.00	5,570.00	
3	双用听诊 器	华美	HM-200	太湖华美医 疗器材有限 公司	个	5570	20.00	111,400.00	
4	血压表	远燕	XJ-B(0~ 40) kPa	江苏远燕医 疗设备有限 公司	个	5570	50.00	278,500.00	
5	血糖仪	联晟	BGM-101	杭州联晟生 物科技有限 公司	个	5570	65.00	362,050.00	
6	指脉氧	雅斯	KE-6007	广西凯尔医 疗科技有限 公司	个	5570	53.00	295,210.00	
7	水银温度 计	三山	三角型棒式	宁波市海曙 华合玻璃仪 表有限公司	个	5570	5.00	27,850.00	
8	压舌板	翔翊	150mm×18mm	南昌翔翊医 疗器械有限 公司	个	55700	0.30	16,710.00	
9	小砂轮	科洛	碟形	金华萤火应 急防护用品 有限公司	个	55700	0.20	11,140.00	
10	眼底手电	科洛	铝合金	金华萤火应 急防护用品 有限公司	个	5570	18.00	100,260.00	
11	七号电池	华虹	R03	杭州长命电 池有限公司	对	5570	4.00	22,280.00	

12	一次性使用无菌缝合包	晓宇	A 型	扬州市金环医疗器械厂	套	5570	6.00	33,420.00	
13	铝针盒	科洛	优质铝材	金华萤火应急防护用品有限公司	个	5570	18.00	100,260.00	
14	针灸针	天一	0.35mm	苏州天一针灸器械有限公司	套	5570	5.00	27,850.00	
15	普通手术剪	金铂康	14cm	潮州市潮安区彩塘杭宇医疗设备器械厂	把	5570	30.00	167,100.00	
16	敷料镊子	金铂康	12.5cm	潮州市潮安区彩塘杭宇医疗设备器械厂	把	5570	15.00	83,550.00	
17	医用透气胶带	弘生	B 型	江苏弘生生物工程有限公司	卷	27850	3.00	83,550.00	
18	医用弹性绷带	永宁尔	7.5cm×450cm	杭州江南世家药业有限公司	卷	27850	5.00	139,250.00	
19	医用脱脂棉	淮海	25g	徐州卫材卫生材料有限公司	袋	5570	2.00	11,140.00	
20	棉签	翔翊	10cm	南昌翔翊医疗器械有限公司	袋	5570	0.50	2,785.00	
21	创可贴	奇仕邦	弹力型	浙江银达生物技术有限公司	片	55700	1.00	55,700.00	
22	大药瓶	塑洲	20ml	广州市塑洲包装制品有限公司	个	5570	1.00	5,570.00	
23	小药瓶	塑洲	15ml	广州市塑洲包装制品有限公司	个	5570	1.00	5,570.00	

24	酒精瓶	塑洲	50ml	广州市塑洲 包装制品有 限公司	个	5570	1.00	5,570.00	
25	碘酒瓶	塑洲	50ml	广州市塑洲 包装制品有 限公司	个	5570	1.00	5,570.00	
26	乳胶管	金利	5×7	常州市金利 乳胶制品有 限公司	条	5570	1.00	5,570.00	
总金额：人民币 <u>贰佰柒拾玖万捌仟玖佰贰拾伍元整</u> (¥2,798,925.00 元)									

附件 2:

技术规格及标准

产品名称	技术规格及标准
出诊箱	1. 外观: (1) 外箱外观色泽均匀、表面光洁, 放置平稳; 无明显污渍, 刮痕; 锁扣应操作灵活, 无锈斑、锋棱; 拎手位置准确、美观; 底部 ABS 材料垫脚;
	(2) 箱体上盖有蓝色绒布双分隔兜袋;
	(3) PP 托盘为环保材质, 洁净无杂质, 整体无扭曲变形, 放置内箱后贴合无较大摆动。
	(4) 肩带平整, 无勾丝, 无散边。
	2. 外箱尺寸: 350x230x230mm, $\pm 3\text{mm}$
	3. 外箱颜色: 闪银
	4. 材质: 采用铝塑板, 铝合金框架色锁扣正面左右各一个优质铜制锁芯, 五金合页
	5. 上锁形式: 搭扣锁+钥匙锁正常开启和关闭锁具 100 次, 箱锁正常开关, 无异常。
	6. 外箱喷涂内容、颜色、尺寸符合标准; 丝印端正, 文字、图标清晰、工整; 正面: 3cm*3cm
	7. 外箱十字 logo 标识尺寸: 5cm*5cm
	8. 外箱: 承压 $\geq 120\text{kg}$, 承重: $\geq 5\text{kg}$
	9. 箱子主体材料为一般工业用铝符合以下要求
	(1) 抗拉强度 $\geq 175\text{MPa}$
	(2) 规定非比例延伸强度 $\geq 130\text{MPa}$
	(3) 断后伸长率 ≥ 6
	10. 箱体正面漆膜硬度 $\geq \text{HB}$ 、漆膜划格试验 0 级
干燥剂	1. 主要成分: 环保矿物
	2. 采用热封熔断工艺而成, 不涂抹任何胶水, 透气性好, 性能稳定, 强度高, 可避免运输过程中外漏、残破现象
	3. OPP 镀膜, 抗油防水, 不易破损。
	4. 激光打孔, 透气性强。
双用听诊器	1. 规格型号: 双用
	2. 功能: 供听诊人体心、肺、器官等活动声响变化用。
	3. 主要参数: (1) 听诊器传音清晰。
	(2) 耳环的弹簧片的硬度在 HR15N82.9~88.4 范围内。
	(3) 耳环的弹力适宜, 当二耳塞拉开 140mm 时, 其弹力值在 1.372~5N 范围内。
	(4) 耳环的弹性良好, 当二耳塞拉开相距 300mm 时, 恢复后其变形距离不大于 10mm。

	4. 有医疗器械产品备案凭证(第一类医疗器械备案凭证)
血压表	1. 适用范围：供人体测量血压用
	2. 测量范围：0-40kpa (0-300mmHg)
	3. 最小分度值：0.5kpa (2mmHg)
	4. 允许误差：±0.5kpa (±3.75mmHg)
	5. 结构组成：血压表由血压表表头、臂带、打气球、气阀、气管组成。
	6. 执行标准：GB3053-93
	7. 配件：小扳手、说明书、合格证
	8. 产品采用双层包装设计，内层为透明塑料盒，外层则配以精美的彩色纸盒。
血糖仪	1、本产品由主机和配件组成。主机为血糖仪，由电路板、液晶显示屏、功能按键、外壳组成。
	2、检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血及新生儿全血
	3、调码方式：自动调码
	4、用量：约 1 微升
	5、HCT 范围：10-70%
	6、测试温度：10-40℃
	7、测试范围：1.1-33.3mmol/L
	8、测试时间：5 秒
	9、退条方式：一键退条
	10. 记忆容量：200 个血糖测试值
	无国际标准 ISO 15197:2013 及新国标 GB/T 19634-2021
	12. 有效期：未开封有效期 24 个月、开封后有效期 6 个月
	13. 方法：葡萄糖脱氢酶法
	14. 试条：银碳试条自动虹吸
	15. 有医疗器械注册证
指脉氧	1、测量/显示范围：35-100%，
	2、分辨率：1%
	3、血氧饱和度显示范围误差：70%-100%，±2%
	4、脉率显示范围：30-250bpm，±1%或±1bpm
	5、工作电流：60mA
	6、一键操作、测量时间 5 秒
	7、LED 显示屏
	8、使用时间：约 40 小时（全新电池）
	9、一键测量 10S 内自动关机脉搏波形 SpO2/PR 显示
水银温度计	1. 长度为 11cm，棒式三角型
	2. 测量范围：35℃-42℃
	3. 体温计示值允差为+0.1℃，-0.15℃
	4. 温度的最小分度值为 0.1℃，分度均匀，两相邻分度线中心的距离大于 0.55mm

	5. 塑料管单独包装。
压舌板	1. 材料：木质
	2. 规格：18mm×150mm
	3. 一次性使用：是
	4. 包装：独立包装
	5. 用途：括开腔道以便检查用
	6. 产品具备一类类医疗器械备案
	7. 环氧乙烷灭菌工艺
小砂轮	1、规格约：直径：21mm；厚度：2.3mm；孔径：3mm
	2、材质：砂轮
	3、形状：碟形砂轮
	4、结合剂：树脂砂轮
	5、工艺：烧结工艺
眼底手电	1. 蓝色外壳，放出暖色光源
	2. 外壳采用铝合金材质
	3. 电源形式：7 号电池
	4. 尺寸：直径为 1cm，长度为 13.5cm 允差±1cm。
	5. 白盒包装，规格为 1 支/盒。
七号电池	1. 规格：7 号碳性电池，化学类型：锌锰
	2. 标称容量：80-100mAh
	3. 标称电压：1.5V
	4. 产品尺寸：10.5×44.5mm
	5. 执行标准：GB/T8897.2
一次性使用无菌缝合包	1. 外观：表面光洁，无污渍，无破损。
	2. 组成：产品由非吸收性外科缝线. 医用缝合针. 纱布叠片. 洞巾. 一次性使用医用检查手套. 敷料镊子. 棉球等组成。
	3. 菌检：为无菌。
	4. 包装：塑料袋包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为 1 套/包。
铝针盒	1. 尺寸：198x96x45mm，±5mm
	2. 材质：优质铝材
	3. 具有良好的抗腐蚀性，一体成型、摆放平稳，边缘圆滑不伤手，轻松开盖、方便取放，硬度加强，更加耐用。
	4. 用于医院、门诊使用，医疗器械如镊子、体温计、针灸针等器械的灭菌、消毒及盛放。
针灸针	1. 适用范围：供临床中医针灸疗法使用
	2. 毫针规格：30 根/套
	3. 尺寸：直径 0.35mm；长度：13mm（半寸）、25mm（一寸）、40mm（一寸半）、50mm（两寸）、60mm（两寸半）、75mm（三寸）等尺寸。
普通手术剪	1. 采用 304 不锈钢材质制作而成

	2. 双口无崩刃、咬口、卡主现象
	3. 良好的耐腐蚀性能
	4. 外表面无明显粗糙
	5. 剪刀开闭灵活
	6. 规格尺寸：整体高标准医用
	(1) 规格：14cm
	(2) 材质：430 不锈钢
	(3) 厚度：0.3cm
	(4) 使用年限：自使用起 5 年
	(5) 包装：独立密封包装、包装上带产品合格证、生产批号、使用年限、产品备案证号、生产备案证号、生产厂家信息
	(6) 表面光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边等。
敷料镊子	1. 外观：包装完整无破损，不锈钢材质，表面光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹等；镊子两边对称，唇头齿清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象。
	2. 使用要求：使用本品时镊子操作灵活，无卡塞现象，当镊子中部受力闭合时，唇齿能彼此吻合；不受力时，能恢复原状态。
	3. 整体高标准医用(1) 规格：12.5cm
	(2) 材质：304 不锈钢（产品本身印有 304 不锈钢钢印和长度尺寸标识）
	(3) 厚度：≥0.2cm
	(4) 使用年限：自使用起 5 年
医用透气胶带	(5) 包装：独立密封包装、包装上带产品合格证、生产批号、使用年限、产品备案证号、生产备案证号、生产厂家信息
	(6) 表面光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边等。
	1. 采用 PE 压敏胶制作而成
	2. 规格：1.25cm×914cm
	3. 剥离强度：≥1.2N/cm
	4. 持粘性：≤2.5mm
	5. 水蒸气透过性：每 24h 的水蒸气渗透不少于 500g/m²
	6. 采用医用 PP 袋防水独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为 1 卷/袋。
医用弹性绷带	7. 有一类医疗器械和产品备案凭证
	8. 产品通过生物学评价测试(检验报告)
	1. 采用涤纶纱、涤棉纱，氨纶纱为主要材质制作而成
	2. 规格：7.5cm×450cm
	3. 有效期：5 年
医用脱脂棉	4. 独立包装：1 卷/袋
	5. 有第一类医疗器械和产品备案凭证
	1. 医用脱脂棉外观为白色或类白色，由平均长度不小于 10mm 的纤维组成
	2. 规格：25g±5%

	3. 水中可溶物的总量不大于 0.05%
	4. 酸碱度：向 25ml 试验液中加入 0.1ml 的酚酞试液向另外 25ml 试液中加入 0.05ml 的甲基橙溶液：溶液不显粉红色
	5. 吸水量：小于 23g
	6. 干燥失重：减少质量不大于 8%
	7. 医用脱脂棉的初始污染菌 $\leq 100\text{cfu}$
棉签	1. 棉签由棉头和棉签杆组成。棉头采用医用脱脂棉，棉签杆采用竹签杆组成。其中棉头符合《YY/T 0330-2015》的标准，棉签杆符合《YY/T 0242-2007》的标准
	2. 尺寸为 100mm， 20 支/袋
	3. 产品为环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。
	4. 酸碱度：溶液不显粉红色
	5. 下沉时间：棉头所用的脱脂棉下沉时间不超过 10S
	6. 荧光物：无强蓝色荧光
	7. 性能：白度大于 80 度，吸水时间不超过 10 秒。
	8. 包装印刷清晰且符合医疗器械管理规定。
	9. 有产品备案证
创可贴	1. 弹力型由喷涂医用压敏胶的弹性氨纶胶带、吸水层、隔离层组成。阻水型由喷涂医用压敏胶的聚乙烯薄膜(PE)胶带、吸水层、隔离层组成。
	2. 弹性型 74mm $\times$ 24mm， 10 片/盒
	3. 持粘性符合 YY/T 0471.3-2004 中的要求：在烘箱内实验期间，贴于不锈钢上粘贴胶带顶端下滑不大于 2.5mm。
	4. 每 1cm 宽度产品所需的平均力不小于 1.0N
	5. PH:5-8
	6. 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。
	7. 中华人民共和国到医疗器械注册证
大药瓶	1. 材质：HDPE
	2. 容量：20ml
	3. 尺寸：总高 5.2cm；直径 3.0cm；标贴高度 2.8cm，
	4. 产品组成：条纹瓶盖、铝箔垫片、光滑瓶身、螺旋瓶口
小药瓶	1. 材质：HDPE
	2. 容量：15ml
	3. 尺寸：总高 4.7cm；直径 2.5cm；标贴高度 2.5cm
	4. 产品组成：条纹瓶盖、铝箔垫片、光滑瓶身、螺旋瓶口
酒精瓶	1. 材质：PET
	2. 容量：50ml
	3. 尺寸：总高 85mm；直径 38mm；瓶口口径 28mm；贴标满高 49mm，壁厚 1mm
	4. 产品组成：螺旋防盗盖、胶垫垫片、透明光滑瓶身、螺旋瓶口，瓶身刻度

碘酒瓶	1. 材质：PET
	2. 容量：50ml
	3. 颜色：棕色
	4. 尺寸：总高 85mm；直径 38mm；瓶口口径 28mm；贴标满高 49mm，壁厚 1mm
	5. 产品组成：螺旋防盗盖、胶垫垫片、透明光滑瓶身、螺旋瓶口，瓶身刻度
乳胶管	1. 原材料：乳胶
	2. 尺寸：45cm
	3. 外径：7mm，内径：5mm

附件 3:

出诊箱配置清单

序号	产品名称	数量	单位
1	出诊箱	1	个
2	干燥剂	1	包
3	双用听诊器	1	个
4	血压表	1	个
5	血糖仪	1	个
6	指脉氧	1	个
7	水银温度计	1	个
8	压舌板	10	个
9	小砂轮	10	个
10	眼底手电	1	个
11	七号电池	1	对
12	一次性使用无菌缝合包	1	套
13	铝针盒	1	个
14	针灸针	1	套
15	普通手术剪	1	把
16	敷料镊子	1	把
17	医用透气胶带	5	卷
18	医用弹性绷带	5	卷
19	医用脱脂棉	1	袋
20	棉签	1	袋
21	创可贴	10	片
22	大药瓶	1	个
23	小药瓶	1	个
24	酒精瓶	1	个
25	碘酒瓶	1	个
26	乳胶管	1	条

中标通知书

项目编号: ZCSP-渭南市-2024-01705

陕西哥瑞尔普商贸有限公司:

你方于 2025 年 01 月 21 日所递交的渭南市卫生健康委员会村医出诊箱采购项目投标文件已被我方接受, 经评标委员会评审及采购人确认, 并被确定为中标人。

中标金额: 人民币贰佰柒拾玖万捌仟玖佰贰拾伍元整

(¥2798925.00 元)

交货期: 合同签订生效后 20 天内交货完毕、验收审核完成

请你方在接到本通知书后的 25 日内到渭南市卫生健康委员会与我方签订政府采购合同, 做好项目实施的有关准备工作, 确保按期完成。

特此通知!

采 购 人: 渭南市卫生健康委员会 (盖章)

采购代理机构: 品智工程咨询有限公司 (盖章)

2025 年 01 月 23 日