

政府采购项目

项目编号：HSZB-2024-075

# 黄陵县疾病预防控制中心实验室设备 采购项目

（本项目专门面向中小企业采购）

## 公开招标文件

采购人：黄陵县疾病预防控制中心

采购代理机构：华成（陕西）项目管理有限公司

2024年12月11日

# 目 录

第一部分 招标公告 .....	1
第二部分 投标人须知 .....	5
一、总则 .....	8
(一) 适用范围 .....	8
(二) 名词解释 .....	8
二、招标文件 .....	8
(一) 招标文件的组成 .....	8
(二) 招标文件的修改或澄清 .....	8
(三) 招标文件的询问、质疑及答复 .....	8
(四) 招标文件的解释权 .....	9
三、投标要求 .....	9
(一) 投标内容 .....	9
(二) 合格的投标人要求 .....	9
(三) 限制投标要求 .....	10
(四) 投标文件有效期 .....	11
(五) 投标文件的编写要求 .....	11
(六) 投标报价要求 .....	12
(七) 投标文件的式样和签署 .....	12
(八) 投标文件的密封和提交 .....	13
四、开标 .....	14
五、评标 .....	14
六、评标程序及评标办法 .....	15
(一) 投标文件初审 .....	15
(二) 比较与评价 .....	18
(三) 投标文件的澄清、说明或者补正 .....	20
(四) 推荐中标候选人名单 .....	21
七、确定中标人 .....	21
八、合同 .....	22
九、中标服务费 .....	22
十、废标或者采购方式的变更 .....	23
(一) 废标 .....	23
(二) 采购方式的变更 .....	23

十一、需要落实的政府采购政策 .....	23
十二、质疑与投诉 .....	25
(一) 质疑 .....	26
(二) 投诉 .....	26
第三部分 招标内容及要求 .....	28
一、离子色谱仪 .....	28
二、气相色谱仪 .....	32
第四部分 合同条款及格式 .....	36
第五部分 投标文件格式 .....	40
一、投标函 .....	42
二、开标一览表 .....	44
三、费用组成明细表 .....	45
四、投标人资格证明文件 .....	46
五、合同条款偏离表 .....	60
六、技术规格偏离表 .....	61
七、节能环保、环境标志产品明细表（若有） .....	62
八、供货保障措施 .....	63
九、售后保障方案 .....	64
十、近年业绩的有关证明材料 .....	65
十一、投标人认为有必要补充说明的事项 .....	66

# 第一部分 招标公告

## 项目概况

黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目的潜在投标人应在西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 1906 室获取招标文件，并于 2025 年 01 月 07 日 14 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2024-075

项目名称：黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：604000.00 元

采购需求：

合同包 1（实验室设备采购项目）：

合同包预算金额：604000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及 要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	实验室设备采购项目	货物	1 批	详见采购文件	604000.00	604000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目)：落实政府采购政策需满足的资格要求如下：**本项目专门面向中小企业采购**

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目)特定资格要求如下：

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织，企业法人应提供合法有效的营业执照等

证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、财务状况报告：投标人提供近一年经审计的财务报表或开标截止时间前任意三个月公司的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或本年度基本开户银行出具的资信证明；

3、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证明；其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；

4、税收缴纳证明：本年度已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；

5、社保缴纳证明：本年度已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

6、书面承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

7、信用记录：提供《投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。①采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查；②查询截止时间为2025年01月07日14:30，在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据；③投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据；

8、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；

9、本项目不接受联合体投标，不允许分包：投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

10、投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，需提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

### 三、获取招标文件

时间：2024年12月17日至2024年12月23日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座1906室

方式：现场获取

售价：0元

#### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2025年01月07日14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座1906室

开标地点：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座1906室

#### **五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

#### **六、其他补充事宜**

1、领取招标文件时请携带单位介绍信原件（格式详见附件）、经办人身份证原件及复印件（以上资料加盖单位鲜章）。

2、请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

3、执行的其他政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（5）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；（6）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（8）《财政部 国家发改委 生态环境部 市场监督管理总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》

(财库〔2019〕18号)；(10)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；(11)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(12)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20号)；(13)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；(14)《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)；(15)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号)。

如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

#### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1、采购人信息：

名称：黄陵县疾病预防控制中心

地址：黄陵县中心街

联系方式：13772872980

##### 2. 采购代理机构信息

名称：华成(陕西)项目管理有限公司

地址：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 1906 室

联系方式：029-86108315

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：黄工

电话：029-86108315

## 第二部分 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名称：黄陵县疾病预防控制中心 地址：黄陵县中心街 联系方式：13772872980
2	采购代理机构	名称：华戎(陕西)项目管理有限公司 地址：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 1906 室 联系人：黄工 联系方式：029-86108315
3	项目名称	黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目
4	招标文件获取时间	2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 23 日, 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 , 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间, 法定节假日除外)
5	资金来源	财政资金
6	项目预算	604000.00 元
7	最高限价	604000.00 元
8	交货期	10 个日历日。
9	项目实施地点	采购人指定地点
10	投标文件递交截止时间	2025 年 01 月 07 日 14:30 (北京时间)
11	递交投标文件地点	西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 1906 室
12	投标人资格要求	<b>资质要求同招标公告。</b> 必备资质中缺一项或某项达不到要求, 按无效文件处理。
13	投标文件份数	正本 1 份, 副本 3 份, 电子版 1 份 (PDF 和 word 文档格式, 正版 U 盘存储, 如因 U 盘问题导致文件无法打开, 责任自负)

14	投标人对招标文件提出质疑的截止时间	投标人在招标文件、开标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（同时须将此书面文件电子版发送至电子邮箱 604251185@qq.com），采购代理机构将予以答复，以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明问题的来源。
15	投标人确认收到澄清或者修改的时间	在收到相应澄清或答疑文件后 24 小时内。
16	投标有效期	不少于 90 日历天（自开标之日起）。
17	是否接受联合体投标	不接受。
18	答疑会	不召开。
19	投标文件装订要求	投标文件双面打印，应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法，书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。
20	投标文件的签署要求	投标文件（正、副本）必须加盖投标人红色公章并按照招标文件要求由法定代表人（授权代表人）签字。若无法定代表人则由单位负责人签字。
21	投标文件密封	<p>（1）投标人应将投标文件分为 3 个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，投标文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。</p> <p>（2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，投标人全称（公章）、在 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX: XX 前不得启封等内容。</p> <p><b>注：如果投标文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构将不予接受。</b></p>
22	中标公告公示	陕西省政府采购网

	媒体																																	
23	中标服务费	<p>参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）标准收取；</p> <p>本项目招标代理服务费由中标人在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。（代理报酬的币种：人民币，汇率：无）</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成交金额 \ 采购类型</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>1000000 以上</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table>	成交金额 \ 采购类型	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
成交金额 \ 采购类型	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															

## 一、总则

### （一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标所述的黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目采购活动。

### （二）名词解释

- 1、采购人：黄陵县疾病预防控制中心
- 2、监督机构：黄陵县财政局
- 3、采购代理机构：华戎（陕西）项目管理有限公司
- 4、投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 5、招标文件：含澄清、修改内容的书面资料和招标文件格式的统称。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的组成

招标文件以中文编制，招标文件包括五部分，各投标人应根据招标文件中的所有内容及要求提交全部资料。

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

- （1）招标公告
- （2）投标人须知
- （3）招标内容及要求
- （4）合同条款及格式
- （5）投标文件格式

### （二）招标文件的修改或澄清

1、如果招标文件进行必要的澄清或者修改，将在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、投标人在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （三）招标文件的询问、质疑及答复

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2、投标人认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

3、投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

4、对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

5、投标人在收到答复后，应在两个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

#### （四）招标文件的解释权

1、投标人必须从采购代理机构获取招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效，招标文件仅作为本次招标使用。

2、招标文件的解释权归采购代理机构。

### 三、投标要求

#### （一）投标内容

本次招标内容为黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目，各投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

#### （二）合格的投标人要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目)：落实政府采购政策需满足的资格要求如下：**本项目专门面向中小企业采购。**

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目)特定资格要求如下：

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织，企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、财务状况报告：投标人提供近一年经审计的财务报表或开标截止时间前任意三个月公司的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或本年度基本开户银行出具的资信证明；

3、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证明；其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；

4、税收缴纳证明：本年度已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；

5、社保缴纳证明：本年度已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

6、书面承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

7、信用记录：投标人提供《投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。①采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。②查询截止时间为2025年01月07日14:30，在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。③投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

8、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；

9、本项目不接受联合体投标，不允许分包：投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

10、投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，需提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

### （三）限制投标要求

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

#### 4、本次招标项目不接受联合体投标。

##### （四）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

##### （五）投标文件的编写要求

1、未从采购代理机构处直接获取招标文件的投标人，谢绝报价。投标文件必须根据采购代理机构发售的投标文件格式编写，各投标人对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）对投标函中内容的响应；

（2）开标一览表（报价表）和费用组成明细表。

（3）投标人须出具的合格投标人要求文件，证明参加投标人是响应本项目招标的合格投标人。

（4）投标人为本次招标活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的人员和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、培训服务、售后服务等方面具体做法和保障措施。

（5）投标人提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为招标活动提供的合理化建议。

（6）投标人根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明，并提供交由完成企业的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目招标的内容。

#### 2、投标文件的编写：

（1）投标人需按招标文件的“第五部分”编写投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件编写说明：

①投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

②除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

③投标人应仔细阅读招标文件，充分理解招标文件的要求。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，投标被拒绝。

④凡没有按投标文件格式和内容编写、投标文件组成不全的投标人，投标被拒绝。

⑤投标人必须对招标文件的所有规定和要求作出实质性响应，否则投标被拒绝。

⑥投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标被拒绝。

#### **（六）投标报价要求**

1、投标人应在投标文件中的投标报价一览表上标明投标总报价、交货期等，投标总报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价采购代理机构将不予接受，其投标文件视为无效文件。

2、投标总价是指完成本次服务所需的全部费用。

3、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行负责。

4、投标人不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为，某投标人的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，评标委员会认定该投标人以低于成本价竞价，其投标文件作无效文件处理。

5、最低报价不是中标的唯一依据，投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

#### **（七）投标文件的式样和签署**

1、投标人应按照招标文件格式，准备正本一份、副本三份和投标文件电子版一份（提供与纸质投标文件一致的 PDF 格式和 word 格式，U 盘存储），投标文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样。

2、投标文件的正本和所有的副本均须双面打印并用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明页码等字样。因字迹不清、表达不准或不按给定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的不利后果由投标人自负。

3、投标文件必须加盖投标人公章并按照招标文件要求由法定代表人（或授权代表人）签字。若未按照要求签署的，按无效文件处理。

4、投标文件的打印应清楚工整，统一采用 A4 纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按 A4 复印纸折叠）。

5、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权人代表签字并加盖投标人公章。

6、投标文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法，书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

#### **（八）投标文件的密封和提交**

##### **1、投标文件密封**

（1）投标人应将投标文件分为 3 个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，投标文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。

（2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，投标人全称（公章）、在 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX:XX 前不得启封等内容。

##### **2、投标文件的递交**

（1）投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，递交并办理签收手续，采购代理机构在收到投标文件后记载投标文件送达时间及密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

（2）对于要求提供合格投标人必备资格文件和业绩原件等相关资料的采购项目，投标人应将其内容与投标文件一起递交，并标明所提供资料原件的明细表（若文件未要求原件可不提供）。

（3）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件和相关资料原件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

(4) 采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件和其相关资料原件的接收、登记和组织工作，对其投标文件和相关资料原件的有效性不负任何责任。

(5) 投标文件递交后，在投标截止期前，投标人可以补充、修改或撤回其投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按招标文件的要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

(6) 投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

#### **四、开标**

(一) 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标并对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

(二) 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。

(三) 开标截止时间后投标人不足三家的，不进行开标。

(四) 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

(五) 对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，以公开唱标的形式宣布投标人名称、投标价格以及采购代理机构认为合适的其他内容，无异议后，由投标人法定代表人（或被授权代表人）和监标人签字确认。

(六) 在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

(七) 以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

(八) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(九) 开标过程由采购代理机构指定专人记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

(十) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### **五、评标**

(一) 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令的规定，依法组

建评标委员会。

## （二）评标委员会的组成

本项目评标委员会为5人以上单数，评审专家在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会成员与投标人有利害关系的应当回避。

## （三）评标委员会的职责

- 1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- 3、对投标文件进行比较和评价；
- 4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- 5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- 6、配合采购代理机构答复投标人提出的质疑；
- 7、配合财政部门的投诉处理工作。

（四）评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）公开开标后，直到向中标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

## 六、评标程序及评标办法

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选投标人名单的工作程序进行评标。

### （一）投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

**1、投标文件的资格性审查：**依据法律法规和招标文件的规定，采购人及采购代理机构对投标文件中的资格证明文件等进行审查，审查内容为公告中所列的投标人资格条件。

序	资格审查项	通过条件
---	-------	------

号		
1	营业执照等主体资格证明文件	投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件,事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件,其他组织应提供合法有效的证明文件。
2	财务状况报告	投标人提供近一年经审计的财务报表或开标截止时间前任意三个月公司的财务报表复印件(包括资产负债表、现金流量表、利润表)或本年度基本开户银行出具的资信证明。
3	法定代表人授权书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程,法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书、授权代表身份证明;其中法定代表人直接参加投标的,须出具法定代表人身份证,并与营业执照上信息一致。
4	税收缴纳证明	本年度已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明,纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章(依法免税的投标人应提供相关文件证明)。
5	社保缴纳证明	本年度已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明)。
6	书面承诺	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。
7	信用记录	提供《投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。①采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录,并将查询网页打印、存档备查;②查询截止时间为2025年01月07日14:30,在本招标文件规定的查询时间之外,网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据;③投

		标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
8	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。
9	本项目不接受联合体投标,不允许分包	投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。
10	中小企业声明函	投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，需提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

说明：资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若投标人资格审查未通过，注明未通过原因并告知其投标人，资格审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件语言及有效期	投标文件语言及有效期符合招标件要求。
2	投标文件的封面、投标函以及法定代表人授权委托书	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。
3	开标一览表	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 投标报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
4	合同条款	完全理解并接受合同条款要求，合同条款没有重大偏离和保留。

5	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。
---	-----------------------	---------------------------

说明：符合性审查结束后，评标委员会对审查结果进行签字确认。若投标人符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其投标人，符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

3、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合招标文件要求的；

(3) 投标文件投标有效期不符合招标文件要求的；

(4) 投标文件递交份数不符合招标文件要求的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 投标人串通投标的，出现以下情形之一的：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；

(7) 投标人出现多份报价，出现选择性报价的；

(8) 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

(9) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

(10) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(11) 提交的电子版文件无效或不完整的。

(二) 比较与评价

按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行评审，综合比较和评价。

1、评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标因素及权重分解表（总计100分）

评审因素	内 容	权 值%
投标报价	满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格权值×100。	30
节能环保产品	<p>认定为节能产品的(若项目为单一产品，得1分；若非单一产品，每种产品得0.5分，最高得1分)，得1分；</p> <p>认定为环保产品的(若项目为单一产品，得1分；若非单一产品，每种产品得0.5分，最高得1分)，得1分；</p> <p>节能产品、环境标志产品为品目清单中产品并取得认证证书；属于强制采购的产品，不再给予加分。既是节能产品又是环保产品可同时得分，非节能、环保产品的不得分。</p>	2
合同条款响应	<p>投标文件对交货期、质保期、付款等商务要求进行响应说明。</p> <p>每项优于或满足招标文件要求的得1分，最高得3分；</p> <p>不满足不得分。</p>	3
技术规格指标	<p>根据投标人提供的技术规格偏离表及技术指标(参数)的相应的证明材料(包括但不限于原厂印刷的质量证书、产品技术说明书、产品检测报告、产品合格证、产品彩页、官网功能截图等)，经评标委员会审定方可得分。</p> <p>离子色谱仪技术指标完全响应得满分 15 分，其中▲项负偏离的每项扣 1.5 分，其他项负偏离的每项扣 1 分，扣完为止；</p> <p>气相色谱仪技术指标完全响应得满分 15 分，其中▲项负偏离的每项扣 1.5 分，其他项负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。</p>	30
供货保障措施	<p>提供针对本项目的供货方案，包括但不限于：1. 产品来源渠道（提供销售协议或代理协议、原厂授权文件等）；2. 设备供货方案；3. 供货进度保障措施；4. 设备质量保证措施；5. 设备安全性保障措施；6. 设备及系统的安装调试；7. 对不可预见因素的预测；8. 备品备件的应急计划；9. 重难点分析及应对方案；10. 合理化建议。</p>	20

	<p>上述内容全面详细、与项目需求吻合、利于项目实施的每项计 2 分；</p> <p>每有一项内容不够详细全面、不够匹配本项目需求或不利于项目实施的扣 1 分；</p> <p>缺项漏项不得分。</p>	
售后服务方案	<p>提供完善的售后服务方案，包括且不限于：1. 售后服务承诺；2. 故障处理应急预案；3. 售后服务人员配置；4. 售后响应及时性措施；5. 质量保期限及质量保证的范围；6. 备品备件的供应方案等。</p> <p>上述内容全面详细、与项目需求吻合、利于项目实施的每项计 2 分；</p> <p>每有一项内容不够详细全面、不够匹配本项目需求或不利于项目实施的扣 1 分；</p> <p>缺项漏项不得分。</p>	12
业绩	<p>投标人具有近三年（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一份得 1 分，满分 3 分。投标文件中提供加盖投标人公章的合同复印件。</p>	3

### 3、其他事项说明

(1) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(2) 评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

(3) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

#### (三) 投标文件的澄清、说明或者补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(四) 推荐中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐三名以上中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分。按照排序推荐入围候选人。

## 七、确定中标人

(一) 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

(三) 采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

(四) 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

## 八、合同

(一) 采购人在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

(二) 定标后，中标人无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标人。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

(三) 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。

## 九、中标服务费

(一) 本项目招标代理服务费由中标人在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。

(二) 参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费暂行办法〉的通知》(计价格〔2002〕1980号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)标准收取。

单位：万元

采购类型 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

(三) 中标人服务费交纳信息：

采购代理机构开户名称：华成（陕西）项目管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安文景路支行

账号：129916506010000

## 十、废标或者采购方式的变更

### （一）废标

在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

### （二）采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条，公开招标的货物、服务类项目，投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1. 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2. 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准：

①在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有2家时，根据2013年第74号部长令——《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判继续采购。

②如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原投标人即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足招标文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

## 十一、需要落实的政府采购政策

**注：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除优惠的扶持政策，以下价格扣除优惠政策不适用于本项目。**

### （一）中小企业落实政府采购政策

1. 中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，并出具《中小企业声明函》。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成

联合体或者大中型企业向小微企业分包的,评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的有关规定,在本项目工程采购项目中,对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2. 投标人须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

3. 监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68 号,并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明,监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

4. 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)文件规定,残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)参与政府采购活动时,视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件,不视同为小微企业。

5. 对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行价格扣除。

6. 若接受联合体,联合协议中约定,小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的,联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

7. 贫困地区农副产品应符合《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号);

脱贫地区农副产品是指在 832 个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

## （二）投标产品政府采购政策

1. 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定及《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）通知，依据品目清单的形式实施政府采购优先采购。

2. 以处于有效期之内的，国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书为依据，复印件须加盖投标人公章，否则不予计分。

3. 投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表不予计分。

4. 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5. 同一包号的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

6. 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

7. 投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。

## （三）政府采购信用融资政策

为了支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号以及依据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）。规定，中小型企业投标人有融资需求的，可以自由按照财政部门的规定，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并按信用融资办法的相关程序申请办理。

## （四）陕西省中小企业政府采购信用担保政策

如属于政府采购信用担保范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

## 十二、质疑与投诉

## （一）质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

- ①质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；
- ②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- ③未在法定期限内提出质疑的；
- ④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；
- ⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- ⑥以非法手段取得证据、材料的；
- ⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- ⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：黄工

联系电话：029-86108315

邮箱：604251185@qq.com

地址：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座1906室

采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

## （二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三部分 招标内容及要求

### 一、离子色谱仪

序号	用途	整机参数	数量	单位
1	用途：可用于阴离子（如：F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、消毒副产物（二氯乙酸和三氯乙酸）等的检测分析。	<p><b>（一）系统参数</b></p> <p>1. 定性重复性：≤1.0%；</p> <p>2. 定量重复性：≤1.0%；</p> <p>3. 所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的 PEEK 及 PTFE 材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路；</p> <p><b>（二）色谱泵系统</b></p> <p>1. 高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全 PEEK 泵头、PEEK 管路，适合于 pH 为 0~14 的淋洗液及反相有机溶剂</p> <p>2. 全 PEEK 泵流量：（0.001~10.000）mL/min；</p> <p>3. 泵头耐压：（0~35）MPa；</p> <p>4. 流量设定误差：&lt;0.2%；</p> <p>5. 流量稳定性：&lt;0.2%；</p> <p>6. 压力显示精度：0.01Mpa；</p> <p>7. 压力脉动：&lt;0.5%；</p> <p><b>（三）检测器</b></p> <p><b>1. 电导检测器</b></p> <p>(1) 基线噪声：≤0.0005 μS；</p> <p>(2) 基线漂移：≤0.003 μS/30min；</p> <p>(3) 最小检出浓度（Cl<sup>-</sup>）：≤0.0005ug/mL；</p> <p>(4) 数字电导检测器，输出值为电导率值；</p> <p>(5) ▲电导池体积：≤0.8 μL；</p> <p>(6) 电导检测范围：0-15000 μS/cm；</p> <p>(7) 检测器分辨率：0.00238nS/cm；</p>	1	台

		<p>(8) 电导池温度设定误差：±0.01℃；</p> <p>(9) 电导池温度显示分辨率：0.01℃；</p> <p>(10) 具有温度补偿功能，温度补偿范围：0-3.0%；</p> <p>(11) 具有基于 DSP 离子色谱仪数字电导检测装置；</p> <p><b>(四) 抑制器（质保 5 年）</b></p> <p>1. 抑制器类型：原厂生产的电解自动再生膜抑制器。</p> <p><b>(五) 柱温箱</b></p> <p>1. 内置色谱柱温箱，温度范围：室温+5℃~85℃</p> <p>2. 控温度稳定性：≤0.1℃</p> <p><b>(六) 离子色谱柱</b></p> <p>1. 阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测。</p> <p><b>(七) 自动进样器</b></p> <p>(1) 工作方式：极坐标定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式</p> <p>(2) 样品位数：≥115 位，满足仪器连续 24 小时不间断运行需求</p> <p>(3) 具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行</p> <p>(4) 可升级制冷功能，实现样品温度 4-30℃ 范围内精确控温，保证温度敏感样品的稳定性分析检测结果的一致性。</p> <p>(5) 重复性：满环进样&lt;0.3%RSD（进样体积&gt;5uL）</p> <p>(6) 注射器规格：标配：500ul；选配：250ul，1000ul，2500ul</p> <p>(7) 定量环规格：标配：100ul；选配：20ul，50ul，200ul</p> <p>(8) 进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之</p>	
--	--	--	--

		<p>间选择是否清洗</p> <p>(9) 线性: &gt;0.999</p> <p>(10) 交叉污染: &lt;0.01%</p> <p><b>(八) ▲氮气加压装置</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保护淋洗液, 避免吸收空气中的 CO<sub>2</sub>, 确保淋洗液流量的稳定性;</li> <li>2. 隔绝空气, 避免淋洗液中滋生细菌;</li> <li>3. 防止意外进入的气泡导致泵异常;</li> <li>4. 代替蠕动泵进行再生液、衍生液的输送;</li> </ol> <p><b>(九) 淋洗液发生器</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 流量范围: 0.001~3.000ml/min</li> <li>2. 淋洗液浓度范围: KOH-0.1~100.0mM</li> <li>3. 浓度准确度: 0.1mM</li> <li>4. 电解液原始浓度: 25%KOH/MSA</li> <li>5. 电解液体积: 1000mL</li> <li>6. 最大工作压强: 21MPa (3000psi)</li> <li>7. 兼容有机溶剂最大浓度: 25%甲醇</li> <li>8. 梯度准确度: 1.5%</li> <li>9. 梯度精度: 0.2%</li> </ol> <p><b>(十) 色谱工作站</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ▲实现系统部件的有效集成和控制, 软件与仪器为同一品牌, 软件可以实现系统部件的有效集成和控制, 对同一品牌提供气相色谱、液相色谱及各类检测器, 自动进样器等部件可无缝式增加, 可以轻松的完成多维色谱 (柱切换) 的功能、多检测联用检测的功能等功能的功能的建立。</li> <li>2. 图形化全反控界面, 提供适实时分析条件参数和分析结果、在线修改和采集各部件工作参数、自动进行快速数据采集和处理、具有仪器相关数据与运行状况溯源功</li> </ol>	
--	--	---	--

		<p>能，方便故障排查。</p> <p>3. 智能抑制器保护系统，梯度分析时抑制器电流随淋洗液浓度变化，使抑制器电流处于最佳使用范围，延长抑制器使用寿命。</p> <p>4. 具有多通道缩略图功能，样品列表中已采集数据的样品具有压力、温度、色谱图等多通道缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。</p> <p>5. 具有多通道采集的功能，可在线监视温度、压力、色谱图情况，可离线查看已完成分析样品的压力、温度、色谱图情况，便于仪器故障排查及方法开发。</p> <p><b>(十一) 配置要求</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 离子色谱主机 1 个；</li> <li>2. 高压输液泵 1 套；</li> <li>3. 7.0 寸大尺寸触摸屏 1 套；</li> <li>4. 阴离子分析色谱柱 1 套；</li> <li>5. 恒温柱温箱 1 套；</li> <li>6. 阴离子抑制器 1 套；</li> <li>7. 控温数字电导检测器 1 套；</li> <li>8. 自动进样器 1 套；</li> <li>9. 淋洗液发生器装置 1 套；</li> <li>10. 氮气加压模块 1 套；</li> <li>11. 氮气钢瓶 1 套；</li> <li>12. 工作站 1 套；</li> <li>13. 品牌商务电脑 1 台；</li> </ol> <p>激光打印机 1 台；</p>	
--	--	---	--

## 二、气相色谱仪

序号	整机参数	数量	单位
1	<p><b>参数指标:</b></p> <p>1. 工作条件</p> <p>1.1. 工作电压: 220V±10%50Hz</p> <p>1.2. 工作环境湿度: 5%~95%</p> <p>1.3. 工作环境温度: 5℃~40℃</p> <p>2. 主机部分</p> <p>2.1. 电子流量控制 (EPC): 所有流量、压力均可以电子控制;</p> <p>▲2.2. 压力调节精度: 0.001psi;</p> <p>2.3. 保留时间重复性: &lt;0.08%或&lt;0.008min;</p> <p>2.4. 峰面积重现性: &lt;0.5%RSD;</p> <p>2.5. 操作界面: 7寸电容式触摸屏;</p> <p>3. 柱温箱</p> <p>3.1. 工作温度: 室温+4℃~450℃;</p> <p>3.2. 程序升温阶数: 30阶31平台;</p> <p>3.3. 温度控制精度: 0.01℃;</p> <p>3.4. 最高升温速率: 120℃/min;</p> <p>3.5. 柱箱冷却降温 (22℃室温): 从450℃降到50℃小于360s</p> <p>3.6. 最长方法运行时间: 9999.99min;</p> <p>3.7. 辅助加热区最高操作温度: 400℃;</p> <p>3.8. 温度保护: 具有炉膛温度自动保护功能 (色谱柱最高使用温度保护);</p> <p>4. 进样口</p> <p>4.1. 进样口安装: 可同时安装使用两个进样口;</p> <p>4.2 分流/不分流毛细管柱进样口 (S/SL)</p> <p>4.3 最高使用温度: 450℃; 采用环型直热方式, 有效消除温度梯度;</p> <p>4.4 柱头压力设定范围: 0~100psi;</p> <p>4.5 柱头压力控制设定精度: 0.001psi;</p> <p>4.6 流量设定范围: 0~1000mL/min (氮气/氢气) 0~200mL/min (氮气);</p> <p>4.7 流量设定精度: 0.01mL/min;</p> <p>4.8 最大分流比 1:10000;</p> <p>4.9 气体控制方式: 恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流;</p>	1	台

<p>5. 检测器</p> <p>5.1、FID 氢火焰离子化检测器</p> <p>5.1.1 包括电子流量控制模块(EPC)；</p> <p>5.1.2 最高操作温度：450℃；</p> <p>5.1.3 检出限：≤1.3pgs(正十六烷)</p> <p>5.1.4 定性重复性≤0.2%；</p> <p>▲5.1.5 低温环境下性能测试和高温环境下性能测试，FID 基线噪声≤0.05pAFID 基线漂移(30min)≤0.2pA</p> <p>5.1.6 线性动态的范围：≥107。</p> <p>5.2.ECD 电子捕获检测器</p> <p>5.2.1 微池设计原理，适配于填充柱和毛细管柱</p> <p>5.2.2≤10mCi 超低辐射量，保障实验室环境安全</p> <p>5.2.3 最高使用温度 400℃</p> <p>5.2.4 检出限&lt;6×10<sup>-15</sup>g/ml(丙体六六六)</p> <p>▲5.2.5 定性重复性≤0.2%；</p> <p>▲5.2.6 低温环境下性能测试和高温环境下性能测试,ECD 基线噪声≤1Hz、ECD 基线漂移(30min)≤0.5HZ</p> <p>6 气路系统</p> <p>6.1 所有气路(载气、辅助气路氢气和空气)均包含电子流量控制(EPC 控制)</p> <p>6.2 压力控制设定精度：0.001psi；</p> <p>▲6.3 载气气路系统密封性为 30min 内压降≤0.005MPa</p> <p>▲6.4 燃气气路系统密封性为 30min 内压降≤0.005MPa</p> <p>▲6.5 助燃气气路系统密封性为 30min 内压降≤0.005MPa</p> <p>7. 色谱工作站</p> <p>7.1. 操作环境：Windows10 专业版</p> <p>7.2. 实时控制</p> <p>    仪器参数设定、实时状态显示；实行各通道的实时控制，采集仪器传输信号</p> <p>7.3. 数据采集</p> <p>    7.3.1 支持双击自动识别色谱组分峰信息；支持实时自动积分；支持谱图快照；支持停止后自动输出谱图数据；</p> <p>    7.3.2 提供套峰带自动识别功能，对已处理完的数据，显示组分峰的保留时间，有利于判断组分峰保留时间是否偏移；</p> <p>7.4. 数据处理</p>	
--	--

	<p>7.4.1 自动处理/手动处理谱图功能；定量功能（归一化法、修正归一法、内标法、外标法、指数法、内标归一法、外标归一法）；手动制作标准曲线功能；显示谱峰详细信息；对未定性的组分峰可选择隐藏未知峰；</p> <p>7.4.2 分组计算功能；色谱柱性能计算功能；多重谱图重复性对比功能，自动计算 RSD 显示结果；</p> <p>7.4.3 组分峰快速定位功能：在多组分情况下快速找到目标峰所在位置；</p> <p>7.5. 数据文件</p> <p>7.5.1 支持谱图数据导出（导出格式：TXT、Excel），支持谱图数据复制到剪贴板；</p> <p>7.5.2 支持通用格式转换（AIA 格式）；</p> <p>7.6. 分析报告</p> <p>7.6.1 支持谱图报告一键生成 PDF 文件</p> <p>7.6.2 支持用户自定义设定报告内容，可选择报告显示内容（仪器条件、辅助区、配样信息、手动事件、组分表、分析结果、综合结果、系统评价），编辑报告内容（单位名称、报告名称、做样人、审核人）</p> <p>7.6.3 提供批量生成 PDF 报告功能：多张谱图批量处理，生成 PDF 报告并存于用户指定路径下；</p> <p>8. 全自动顶空进样器要求</p> <p>8.1 样品加热温度控制范围：室温—220℃以增量 1℃任设；</p> <p>8.2 阀箱温度控制范围：室温—220℃以增量 1℃任设；</p> <p>8.3 样品传送管线温度控制范围：室温—220℃以增量 1℃任设；</p> <p>8.4 温度控制精度：±0.1℃；</p> <p>8.5 顶空瓶工位：≥20 个样品位；</p> <p>8.6 加热位数：≥4 位；可重叠加热，大大提升分析效率。</p> <p>8.7 定量方式：六通阀上定量环加压定量；</p> <p>8.8 顶空瓶规格：标准 20ml（其他规格可定制）</p> <p>8.9 重复性：RSD≤1.5%（200ppm 乙醇，N=6）；</p> <p>8.10 进样加压范围：0~0.4Mpa（连续可调）；</p> <p>8.11 反吹清洗流量：0~200ml/min（连续可调）；</p> <p>8.12 图形化触摸屏，动画显示加热炉内顶空瓶加热情况，进瓶退瓶加压定量过程等。显示温度、压力、流量等参数的实时状态，以及序列剩余时间等；</p> <p>8.13 载气可由顶空自提供或 GC 进样口提供，切换方便；</p> <p>▲8.14. 需与气相色谱仪同一品牌，以方便后期维护。</p>	
--	---	--

	<p>▲8.15. 顶空可通过气相色谱软件反控，在色谱软件里可以看到顶空状态并进行配置。（提供软件使用截图佐证）</p> <p>9 配置清单</p> <p>9.1 气相色谱仪：1 台</p> <p>9.2 色谱工作站软件：1 套</p> <p>9.3 分流/不分流进样口（SSL，ECD 专用）：1 套</p> <p>9.4 分流/不分流进样口（SSL）：1 套</p> <p>9.5 微池电子捕获检测器（ECD）：1 个</p> <p>9.6 氢火焰离子化检测器（FID）：1 个</p> <p>9.7 启动工具包：1 套</p> <p>9.8 一年毛细管柱消耗品包：1 套</p> <p>9.9 配套商用电脑（配置不低于 i5-125008G1T2G 独显 21.5 寸商用液晶显示器 win10 专业版软件）：1 台</p> <p>9.10 激光打印机：1 台</p> <p>9.11 大容量捕集阱：3 个</p> <p>9.12 专用毛细管色谱柱：2 根</p> <p>9.13 全自动顶空进样器：1 台</p>	
--	--	--

## 第四部分 合同条款及格式

### 黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目 采购合同

(示范文本)

成交投标人和采购人也可根据项目特点自行拟定合同条款。

## 第一部分 协议书

采购人（全称）：\_\_\_\_\_

投标人（全称）：\_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1. 项目名称：\_\_\_\_\_

2. 项目地点：采购人指定地点

3. 项目内容：

### 二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 三、合同价款

1. 合同金额（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

2. 合同价即中标价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

**四、项目交货时间：**合同签订后 10 个日历日交付，中标人承诺的交货期优于招标文件要求的，按其承诺时间。

**交货地点：**甲方指定地点

**质保期：**从项目验收合格之日起，产品提供 1 年质保，质保期内出现质量问题予以免费维修。

### 五、付款方式：

1. 合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；

2. 如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的 1% 支付采购人误期赔偿金；

3. 支付方式：银行转账。

## 六、违约责任：

1、按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本合同约定执行。

### 2、投标人履约延误：

(1)如投标人事先未征得采购人同意并未得到采购人的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

(2)在履行合同过程中，如果投标人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到投标人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间。若采购人不同意延长交货时间，由投标人支付延期交货的违约金，采购人可在合同未付款中扣除延期交货的违约金，每超过一天按合同总价款的 1%扣除。

3、投标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交投标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。投标人应当赔偿采购人所有损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、公告费、保全费、担保费等。

## 七、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

## 八、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

## 九、其他（在合同中具体明确）

## 十、合同订立

1. 订立时间：

2. 订立地点：

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

(本页无正文)

甲 方 (公章)

单位名称:

地 址:

代 理 人:

联系电话:

签订日期:

乙 方 (公章)

单位名称:

地 址:

代 理 人:

联系电话:

签订日期:

第五部分 投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

项目编号：HSZB-2024-075

黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购  
项目

投标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

请根据投标文件内容自动生成目录

## 一、投标函

华成（陕西）项目管理有限公司：

我单位收到贵公司关于黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目（项目编号：HSZB-2024-075）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物。

二、按招标文件的规定，我公司的投标总报价大写：\_\_\_\_\_小写：\_\_\_\_\_

三、我方提交的投标文件正本一份、副本三份，有效电子版一份及资格证明文件一份，并保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表达和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况、样品和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1、按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

2、我方保证按规定和标准向贵方缴纳中标服务费；

3、投标文件有效期延长至合同履行完毕，且有效期自开标之日起不少于 90 天。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标，我方同意与使用单位签订保密协议；

十、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人全称（印章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账 号： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_

邮 编： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、开标一览表

项目名称	黄陵县疾病预防控制中心实验室设备采购项目
项目编号	HSZB-2024-075
投标总报价 (元)	大写： 小写：
交货期	

说明：

1. 本表所列各项数据与招标文件其它地方表述不一致时，以本表为准。
2. 投标总报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。
3. 投标总报价应与分项报价表中合计金额一致。

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 三、费用组成明细表

序号	货物名称	品牌	规格、型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
合计金额		大写：_____ 小写：_____						

注：合计金额=各总价金额之和，报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 四、投标人资格证明文件

1、投标人应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及相应服务的企业法人/事业法人/其他组织，企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

2、财务状况报告：投标人提供近一年经审计的财务报表或开标截止时间前任意三个月公司的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或本年度基本开户银行出具的资信证明；

3、法定代表人授权书：投标人应授权合法的人员参加投标全过程，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证明；其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；

4、税收缴纳证明：本年度已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；

5、社保缴纳证明：本年度已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

6、书面承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

7、信用记录：提供《投标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》。①采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查；②查询截止时间为2025年01月07日14:30，在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据；③投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据；

8、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；

9、本项目不接受联合体投标，不允许分包：投标人应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

10、本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，参加项目投标时必须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

## (一) 营业执照等主体资格证明文件

提供扫描件或复印件加盖单位公章

## (二) 法定代表人授权书

\_\_\_\_\_  
(采购单位名称):

现委派(被授权代表姓名)(身份证号: \_\_\_\_\_)为本公司的被授权代表,参加贵单位组织的《项目名称》(项目编号: \_\_\_\_\_)政府采购活动,就该项目的投标及合同的执行和完成,以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效,有效期与投标文件有效期一致。

被授权代表职务: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 通讯地址: \_\_\_\_\_

法定代表人身份证复印件 (人像面)	被授权代表 身份证复印件 (人像面)
法定代表人身份证复印件 (国徽面)	被授权代表 身份证复印件 (国徽面)

投标人: 名称 (加盖公章)

法定代表人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

备注: 法定代表人亲自参加投标的,无需提供该委托授权书,但须提供法定代表人本人身份证(正反面)扫描件或复印件,并注明联系方式。

### (三) 财务状况报告

提供扫描件或复印件加盖单位公章

#### (四) 税收缴纳证明

提供扫描件或复印件加盖单位公章

## (五) 社保缴纳证明

提供扫描件或复印件加盖单位公章

## (六) 书面承诺

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_：

我方作为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标人，在此郑重声明：

我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## （七）信用记录

### 《投标人近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方作为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中\_\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(八) 控股管理关系

控股管理关系 (样表)

\_\_\_\_\_(采购单位名称)\_\_\_\_\_:

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系:

存在直接控股、管理关系的相关投标人	
关系	投标人名称

投标人 (公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

### (九) 《非联合体不分包投标声明》

\_\_\_\_\_(采购单位名称)\_\_\_\_\_:

本单位郑重声明，参加项目名称（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## (十) 提供政府采购政策等证明材料

1. 中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件 1，注：本项目属于工业）；
2. 残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件 2）；
3. 监狱企业、福利企业证明材料（如适用，请提供）；

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员为    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员为    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



**附件 3:**

根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 五、合同条款偏离表

序号	文件 条目号	招标文件 合同条款要求	投标文件 合同条款响应	偏离	偏离 及其影响

说明：

1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括负偏离和正偏离）的内容，在投标文件中须一一列出，无偏离时须提供空白表。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 六、技术规格偏离表

序号	文件 条目号	招标文件 规格及技术需求	投标文件 规格及技术参数	偏离	偏离 及其影响

注：

1. 投标人需根据本表填写的偏离情况提供相应证明材料。
2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_

日 期： \_\_\_\_\_

## 七、节能环保、环境标志产品明细表（若有）

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
合计（元人民币）								

注：1. 如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2. 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_

日期：\_\_\_\_\_

## 八、供货保障措施

格式自定

## 九、售后保障方案

格式自定



## 十一、投标人认为有必要补充说明的事项

格式自定