

采购清单

采购单位	石泉县医院			备案函号	ZCSP-石泉县-2024-00339		
项目名称	石泉县城关镇中心卫生院全自动生化分析仪						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 380,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	临床检验设备	全自动生化分析仪	380,000.00	1	套	380,000.00	1. 比色恒速 $\geq 650\text{T}/\text{H}$, 比色项目 ≥ 90 个, 2. 具有液面探测、立体防撞、随量跟踪和堵针检测功能, 3. 试剂针具有自动内外壁清洗功能, 携带率 $\leq 0.05\%$, 试剂针加样误差: 精度 $\leq 2\%$, 准确度 $\leq \pm 3\%$, 4. 样本位 ≥ 120 个, 5. 进样方式: 轨道连续进样。
2							
3							
4							
5							