

采购清单

采购单位	西安市中心血站		备案函号	ZCSP-西安市-2025-00059			
项目名称	血检科国产乙肝检测试剂耗材						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 1,423,750.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	HBsAg体外诊断试剂盒	187,500.00	1	批	187,500.00	<p>标段1: HBsAg体外诊断试剂盒 1. 酶联免疫(EIA)的实验原理, 二步法; 2. 国产试剂, 试剂必须具备国家要求的资质, 每批有批检报告; 3. 检测灵敏度≤0.2IU/ml; 4. 敏感性: 100%; 特异性: 99%以上。批间差(CV) < 20%, 批内差(CV) < 15%; 5. 试剂盒包装规格96人份/盒(8*12); 6. 酶标板的规格标准, 适合在各种型号全自动酶免系统、酶标仪、洗板机上使用。</p>
2	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	5ml真空采血管硅胶球塞 5ml试管保存盒 FAME试剂槽内衬托 伽利略血型仪专用96孔U型板	327,750.00	1	批	327,750.00	<p>标段2: 2.1 5ml真空采血管硅胶球塞 1. 基本要求: 白色球形硅胶塞, 硬度介于50-55度; 2. 质量要求: 适用于5ml真空采血管的加盖密封, 确保不透气, 不漏液, 耐低温储存(-80℃), 人工容易取出; 3. 适用要求: 应满足全自动采血管加盖机(APS-C)的使用要求, 密封塞经过APS-C生产厂家上机测试和验证; 并取得仪器生产厂家授权。 2.2 5ml试管保存盒 1. 容量: 可放置8 X 16(128支)5ml真空采血管; 2. 材质: 硬质纸壳或塑料, 1米自由落体无损伤; 3. 要求配有扣盖, 以及试管卡座。 2.3 FAME试剂槽内衬托 1. 用于FAME全自动酶免分析系统各种专用和通用试剂的分配; 专用耗材; 2. 适合FAME酶免仪上机使用, 能和FAME酶免仪上的专用试剂盒配套适用; 3. 最大容量≤100ml。 2.4 伽利略血型仪专用96孔U型板 1. 适用于伽</p>

							利略全自动血型分析仪； 2. 板类型：一次性使用的标准96孔U型板，板条不可拆卸，为整板一体化设计，每孔容积300u1； 3. U型血型微板应透光度好，洁净透亮； 4. 包装规格：每箱10包，每包10块微板。
3	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	XANTUS加样针 URANUS加样针 血型仪清洗液 爱康血型仪专用96孔U型板 爱康酶免仪专用一次性试剂槽	908,500.00	1	批	908,500.00	<p>标段3： 3.1 XANTUS加样针 1. 规格为1100u1/根的一次性加样针，适合深圳爱康公司生产的XANTUS全自动加样仪使用； 2. 应具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度；支持液位、凝块、气泡检测功能，并能与现有系统配套，当有液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题； 3. 一次性加样针外壳光洁，产品批次间无差异； 4. 储存时间：≥12个月。 3.2 URANUS加样针 1. 规格为1000u1/根的一次性加样针，适合深圳爱康公司生产的URANUS全自动酶免仪使用； 2. 应具备良好的压力感应性能，支持液位、气泡检测功能，并能与现有系统配套，当液位不足、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题； 3. 加样针产品外壳光洁，产品批次间无差异； 4. 储存时间：≥12个月。 3.3 全自动血型仪系统清洗液 1. 容量：5L/瓶； 2. 原装生产，能够满足汉泰或爱康全自动血型仪系统清洗维护工作； 3. 储存时间：≥12个月。 3.4 爱康血型仪专用96孔U型板 1. 适用于Metis全自动血型分析仪； 2. 板类型：一次性使用的标准96孔U型板，板条不可拆卸，为整板一体化设计，每孔容积300u1； 3. U型血型微板底部内表面采用雾面技术，有效避免判读的反光效应；同时雾面设计增大摩擦力，避免非凝集的红细胞滑落，提高结果判读准确性； 4. U型血型微板的底部孔间做了不透光处</p>

							理，消除孔间干扰，每一个孔的成像图像清晰，分析结果准确，溯源性强。 3.5 爱康酶免仪专用一次性试剂槽 1. 用于爱康全自动酶免分析系统各种专用和通用试剂的分配;专用耗材; 2. 适合爱康酶免仪上机使用，能和爱康酶免仪上的专用试剂盒配套适用; 3. 容量: ≤100ml。
4							
5							