





单一来源采购专家论证意见汇总表

论证日期：2024年10月8日

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 预算单位 | 白河县第二人民医院 | | |
| 使用单位 | 白河县第二人民医院 | | |
| 项目名称 | 白河县第二人民医院彩超腹部探头采购项目 | | |
| 预算金额 (万元) | | | |
| 专家 1 论证意见 | <p>本项目拟购的彩超腹部探头是瑞声光电生产的迈瑞R7配套使用的专用核心部件。目前市场第三方产品尚无法与设备完全匹配使用。故建议单一来源方式采购。</p> <p>该项目由迈瑞公司指定授权代理商“陕西鸿瑞天泽电子科技有限公司”提供产品。</p> | | |
| | 专家姓名 | 李汉学 | 职称 副主任医师 |
| | 工作单位 | 西安交大二附院 | |
| 专家 2 论证意见 | <p>该院拟购彩超腹部单品探头，目前市场上其他第三产品从探头接口、技术参数等方面均不能与现有迈瑞R7探头兼容使用，因此建议单一来源采购由该产品销售代理商陕西鸿瑞天泽电子科技有限公司提供该产品。</p> | | |
| | 专家姓名 | 樊为民 | 职称 主任医师 |
| | 工作单位 | 陕西省肿瘤医院 | |
| 专家 3 论证意见 | <p>本项目为白河县第二人民医院彩超探头采购项目，其他品牌产品探头无法与设备匹配使用，为保证设备正常使用，建议单一来源采购。</p> <p>本项目由迈瑞公司指定授权代理商“陕西鸿瑞天泽电子科技有限公司”提供产品。</p> | | |
| | 专家姓名 | 刘巨 | 职称 主任医师 |
| | 工作单位 | 西电集团医院 | |
| 专家签字 |  |  |  |

单一来源采购专家论证意见表

| | |
|--|---------------------|
| 采购单位 | 白河县第二人民医院 |
| 项目名称 | 白河县第二人民医院彩超腹部探头采购项目 |
| 采购需求 | 彩超腹部探头 |
| <p>专家论证意见:</p> <p>本项目拟购的彩超腹部探头是接该院在用的迈瑞R7彩超配套使用的专用探头, 目前市场上其它产品尚无法与该设备完全匹配使用。因此, 建议本项目采用单一来源方式采购。</p> <p>该项目由迈瑞公司特授权代理商“陕西鸿瑞天泽电子技术有限公司”提供产品。</p> | |
| <p>专家签字:</p>  <p style="text-align: right;">2024 年 10 月 8 日</p> | |
| 备注 | |

单一来源采购专家论证意见表

| | |
|---|---------------------|
| 采购单位 | 白河县第二人民医院 |
| 项目名称 | 白河县第二人民医院彩超腹部探头采购项目 |
| 采购需求 | 彩超腹部探头 |
| <p>专家论证意见：</p> <p style="text-indent: 2em;">白河县第二人民医院拟给现有彩超迈瑞 R7 型配置腹部单品探头，目前市场上其他第三方产品从探头接口、技术参数等方面均不能与 R7 主机匹配兼容使用，为确保该彩超正常运行，建议该项目进行单一来源采购，由该探头的销售代理商陕西鸿瑞天泽电子科技有限公司提供产品。</p> | |
| <p>专家签字：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">程文印</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2024 年 10 月 8 日</p> | |
| 备注 | |


单一来源采购专家论证意见表

| | |
|------|---------------------|
| 采购单位 | 白河县第二人民医院 |
| 项目名称 | 白河县第二人民医院彩超腹部探头采购项目 |
| 采购需求 | 彩超腹部探头 |

专家论证意见:

本项目为白河县第二人民医院彩超腹部探头采购项目。该项目原采购的探头为进口品牌，因进口探头价格昂贵且维修困难，其他品牌探头无法与其原设备声设备专用探头。其他品牌探头无法与其原设备接口匹配。为节省采购成本，经市场调研，经论证仅用国产，经患者检查证明，可保证质量，并保证售后服务。由迈瑞陕西授权代理同建议采购单一品牌探头。由迈瑞陕西授权代理同陕西迈瑞超声电子科技有限公司提供售后服务。

专家签字:



2024 年 10 月 8 日

备注

产品技术要求

张平

张平
2014.10.8

1. 应用领域:腹部, 妇产, 外周血管, 小器官(眼部除外), 泌尿
2. 单晶探头
3. 带宽:1.2-6.0MHz
4. 阵元数:192
5. 深度:4-40cm
6. 物理尺寸:65.1mmx16.4mm
7. 声透镜:64.9mmx16.2mm
8. B 模式频点:1.2-3.8, 1.7-5.2, 2.0-6.0 MHz
9. 谐波频点:4.0, 5.0, 6.0 MHz

白河县第二人民医院彩超腹部探头采购项目

论证小组签到表

2024年10月8日

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务或(职称) | 电话 |
|----|-----|----------|---------|-------------|
| 1 | 樊明坤 | 陕西省肿瘤医院 | 主任医师 | 13991808286 |
| 2 | 王厚军 | 西安电子科技大学 | 主任医师 | 13992810327 |
| 3 | 李双岩 | 西安电子科技大学 | 副主任医师 | 18192885076 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |