

单一来源采购专家论证意见汇总表

时间：2024年11月14日

一级预算单位	安康市中心医院	
使用单位	安康市中心医院	
项目名称	安康市中心医院飞利浦 DSA 球管购置项目	
项目金额	人民币壹佰捌拾陆万元整	
专家 论证意见	安康市中心医院飞利浦 DSA 球管购置项目，是为该院引进进口的飞利浦 DSA 下 20 瓶置的球管，目前国内球管无法与主机兼容配套，为可保证 DSA 的正常运行，建议采用单一来源方式采购，由飞利浦（中国）投资有限公司执行。	
	专家姓名	徐斌 李万周 马伟

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年11月14日

一级预算单位	安康市中心医院			
使用单位	安康市中心医院			
项目名称	安康市中心医院飞利浦 DSA 球管购置项目			
项目金额	人民币壹佰捌拾陆万元整			
专家 论证意见	采购单位申请的DSA球管是为在用进口飞利浦DSAFD20所配的重要核心部件,其它品牌球管与之难以匹配,建议通过单一来源方式采购由飞利浦(中国)投资有限公司提供的原不同品牌球管。			
	专家姓名	魏斌	职称	副主任医师
	工作单位	43-1 医院		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年11月14日

一级预算单位	安康市中心医院			
使用单位	安康市中心医院			
项目名称	安康市中心医院飞利浦 DSA 球管购置项目			
项目金额	人民币壹佰捌拾陆万元整			
专家 论证意见	<p>安康市中心医院飞利浦 DSA 球管 的购置项目。是为医院进口的飞利浦 DSA FD 20 购置的球管。目前国内 球管无法兼容两套。为匹配 DSA 的 使用需求。建议采购用单一来源方式 采购。由飞利浦(中国)投资有限公司 可执行。</p>			
	专家姓名	马红伟	职称	主任医师
	工作单位	西安交大一附院		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年11月14日

一级预算单位	安康市中心医院			
使用单位	安康市中心医院			
项目名称	安康市中心医院飞利浦 DSA 球管购置项目			
项目金额	人民币壹佰捌拾陆万元整			
专家 论证意见	<p>球管为数字减影(DSA)的核心 耗材配件, 必须专机专用, 该院 DSA为飞利浦公司产品. 球 管也应由飞利浦(中国)投资有限 公司提供. 保证数字减影图像 质量和数据准确性。</p>			
	专家姓名	李石周	职称	副主任医师
	工作单位	西安交通大学二附院		

