

单一来源采购专家论证意见汇总表

时间: 2024年10月10日

一级预算单位	安康市中心医院	
使用单位	安康市中心医院	
项目名称	安康市中心医院单一来源设备采购项目（脑氧监测模块）	
项目金额	20.00 万元	
专家 论证意见	安康市中心医院拟采购脑氧监测模块，是与该院现有设备爱德华血流动力学监护仪配套使用，为保证设备兼容性能安全使用，建议以单一来源方式由授权安康市中心医院供应商“陕西安康伟信医疗器械有限公司”提供产品。	
	专家姓名	杨礼君 马三


单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年10月10日

一级预算单位	安康市中心医院			
使用单位	安康市中心医院			
项目名称	安康市中心医院单一来源设备采购项目（脑氧监测模块）			
项目金额	20.00 万元			
专家 论证意见	<p>该院拟采购脑氧监测模块，是与该院现有设备爱德孚血流动力学监护仪配套使用，为保证设备匹配安全使用，建议以单一来源方式由授权安康市中心医院供应商“陕西安康伟信医疗器械有限公司”提供产品。</p>			
	专家姓名	马兰	职称	主任医师
	工作单位	西安市红会医院		

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2014年10月10日

一级预算单位	安康市中心医院			
使用单位	安康市中心医院			
项目名称	安康市中心医院单一来源设备采购项目 (脑氧监测模块)			
项目金额	20.00 万元			
专家 论证意见	<p>该项目拟购的脑氧监测模块是在用的爱德华兹生命科学有限责任公司生产的HEMKITS60X2电血流动力学病人监护仪配套的专用模块, 市场目前无替代品。</p> <p>因此, 建议本项目采用单一来源方式采购。</p> <p>该项目由设备供应商安康市中心医院本项目授权商“陕西康桥信医疗器械有限公司”提供产品。</p>			
	专家姓名		职称	副主任医师
	工作单位	西安交大-PCDR		

