

专家签到册

论证时间：2024年2月20日

序号	专家姓名	单位	职务	移动电话	评审费
1	杨宏志	西安市医院	教授	15091897005	
2	李红红	陕西中医药大学 TSP院	副主任 TSP	13572783350	
3	许强	西安大二院	高工	1372166105	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

单一来源采购专家论证意见表

项目名称	洋县人民医院飞利浦 MX16 排 CT 设备球管采购维修项目		
招标单位	洋县人民医院		
论证时间	2024. 2. 20 .		
专家论证意见:	<p style="text-align: center;">该院 16 排 CT 更换球管只能采购 原厂的 X 线球管。其它生产厂家的管径大小、 球管电压、管电流均不相同。而且外形大小 也不相同。建议采取单一来源采购方式。购置 原厂飞利浦生产的 16 排 CT X 线球管。由 原厂飞利浦陕西售后服务机构提供</p>		
论证专家单位	陕西中医药大学附属医院	职称	副主任医师
论证专家签字	李新成		

单一来源采购专家论证意见表

项目名称	洋县人民医院飞利浦 MX16 排 CT 设备球管采购维修项目		
招标单位	洋县人民医院		
论证时间	2024. 2. 20		
专家论证意见:	<p style="font-size: 1.2em;">洋县人民医院现有飞利浦 MX16 排 CT 原装设备，因工作需要现申请该设备球管采购维修，为保证设备使用中的图像质量、电气安全及仪器的寿命等，建议单一来源方式原厂服务机构承担。陕西嘉禾医疗科技有限公司为飞利浦原厂售后服务机构授权经销商，故建议由陕西嘉禾医疗科技有限公司为单一来源服务商。</p>		
论证专家单位	西电医院	职称	教授
论证专家签字	张 强		

单一来源采购专家论证意见表

项目名称	洋县人民医院飞利浦 MX16 排 CT 设备球管采购维修项目		
招标单位	洋县人民医院		
论证时间	2024.2.20.		
专家论证意见:	<p style="font-size: 1.2em;">该设备球管只有飞利浦原厂服务机构 可提供符合国家相关标准的全新备件。 目前陕西地区飞利浦原厂售后服务机构 授权商是陕西嘉天医疗科技有限公司。 因此建议采用单一来源方式购置飞利浦 原厂生产的 CT X 线球管。</p>		
论证专家单位	西安交大二院	职称	高级工程师
论证专家签字	许强		