

单一来源论证专家签到表

项目名称：略阳县人民医院西门子 SOMATOM AS 128 CT 球管及维修保养单一来源采购项目

论证时间：2024 年 03 月 28 日

序号	证件号(身份证、军官证等)	姓名	工作单位	职称职务	联系方式
1	610104196004081111	史成兴	略阳县医院	主治医师	13909269585
2	610113195606050410	王皮生	西安交大-附院	高工	13992809967
3	610113196209249519	贺基民	武警总队医院	副主任医师	13572970960

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	略阳县人民医院		
项目名称	略阳县人民医院西门子 SOMATOM AS 128 CT 球管及维修保养单一来源采购项目		
项目金额	人民币 187.00 万元整		
专家 1 论证意见	<p>该项目CT机球管整机及球管维修服务等要求满足原厂厂机维修等服务及安装规格要求，与原厂设备完全匹配。能保证CT设备的正常使用。西门子医疗有限公司为西门子品牌CT球管及球管在国内的总代理，能保证原厂服务。满足使用要求。建议单一来源采购。</p>		
专家姓名	史成兴	职称	主任医师
工作单位	西电集团医院		
论证时间	2024.3.28		

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	略阳县人民医院			
项目名称	略阳县人民医院西门子 SOMATOM AS 128 CT 球管及维修保养单一来源采购项目			
项目金额	人民币 <u>187.00</u> 万元整			
专家 2 论证意见	<p>该单位计划采购项目为医院使用 用的西门子 128 CT 购置的球管及维修 保养, 该设备维修不开放对外, 所 购置的球管必须与现有设备维修 匹配. 为确保设备安全. 稳定使用. 故采用单一来源采购. 采购方为西门 子医疗系统有限公司, 是总代理商。</p>			
	专家姓名	曾基民	职称	副主任医师
	工作单位	武警总医院		
	论证时间	2024.3.28		

单一来源采购专家论证意见表

使用单位	略阳县人民医院			
项目名称	略阳县人民医院西门子 SOMATOM AS 128 CT 球管及维修保养单一来源采购项目			
项目金额	人民币 <u>187.00</u> 万元整			
专家 3 论证意见	<p>因所购置的X线球管为医院已使用的西门子CT机的关键耗材专机专用市场上无替代的球管与之配套使用,又因该CT机属高端影像设备,生产了发明专利的专利及维修必备的专用工具及维修软件,为保证CT的兼容性和日常维修的质量及配件的合法渠道故建议由西门子医疗系统有限公司采取单一来源的方式进行采购。</p>			
	专家姓名	王安生	职称	高工
	工作单位	西安交大一附院		
	论证时间	2024.3.28		

单一来源采购专家论证结论表

使用单位	略阳县人民医院	
项目名称	略阳县人民医院西门子 SOMATOM AS 128 CT 球管及维修保养单一来源采购项目	
项目金额	人民币 187.00 万元整	
论证 (结论表)	<p>该项目CT机维修保养及球管服务要求满足原厂维保及安装验收要求，与后设备兼容性好。保证CT机的正常使用“西门子医疗系统有限公司”为西门子品牌CT机维修及球管服务国内总代理，能保证原厂服务满足使用要求。建议单一来源采购。</p>	
	论证专家	王生 熊建兴
	论证时间	2024.3.28