

单一来源采购论证专家组名单

项目名称：渭南市中心医院 640 层 CT 维保服务项目

项目编号：0617-2424FZ1467

论证地点：西安市雁塔区南二环西段成长大厦 11 层

论证时间：2024 年 05 月 31 日

序号	姓名	性别	职务或职称	专业	工作单位	联系方式	签字
1	马兰	女	主任医师	医学设备	西安市中心医院	13572288389	马兰
2	李毅	男	副主任医师	医学设备	西安交通大学医院	1809263778	李毅
3	张坤	男	副高	医疗器械维修	省肿瘤医院	1389191528	张坤

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李毅	
	职称: 3级工程师	
	工作单位: 西安交大二附院	
项目信息	项目名称: 佳能640层CT维保服务	
	项目采购预算: 160万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	<p>此次拟采购的维保服务是为640层佳能高端CT主机服务, 原设备的合同价为2578万元, 维保项目预算160万元, 符合每月检查病人数量, 属于正常合理范围; 因维保服务年内要求须有远程诊断、可更换配件升级等, 第三方服务商无此资质与技术能力, 故建议使用单一来源采购方式从佳能医疗系统(中国)有限公司处购买服务。</p>	
专业人员签字	李毅	2024年5月31日
专业人员与项目专业相关性声明	3级X线设备及普通X线设备 操控、维保。	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马三	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 西安市红十字会医院	
项目信息	项目名称: 640层CT维保服务项目	
	项目采购预算: 160万	
	供应商名称: 佳能医疗电子(中国)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院现使用设备为佳能超高端CT, 设备价值2578万元, 维保预算价格160万元, 预算价格合理。</p> <p>超高端CT维保要求零配件必须兼容适配, 维修服务及时, 零配件来源渠道正规, 维保后设备性能满足临床要求, 软件升级维护满足临床科研需要, 故符合以单一来源方式从佳能医疗电子(中国)有限公司采购维保服务项目。</p>	
专业人员签字	马三	2024年5月31日
专业人员与项目专业相关性声明	从事医院设备管理工作。	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 续大伟	
	职称： 副主任技师	
	工作单位： 陕西省肿瘤医院	
项目信息	项目名称： 640层CT维保服务	
	项目采购预算： 160万	
	供应商名称： 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 采购预算设置符合市场主流价格</p> <p>2. 该设备为原厂高端产品，技术含量较高，核心配件只能从原厂购置，市面上无兼容产品，为了保证原设备整体技术指标的完整性、准确性，建议从原厂购置，采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	续大伟	24年 5月 31日
专业人员与项目专业相关性声明	本人从事医疗设备维修(医学)专业	