

# 单一来源论证专家签到表

项目名称：延安大学附属医院飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 设备维保服务项目

论证时间：2024年5月31日 09时00分

序号	姓名	专业	职称	联系方式	备注
1	刘建	医疗设备	副主任医师	13209110819	
2	孙奇	医疗设备	副主任医师	13509118450	
3	刘巧玲	医疗设备	医学硕士技术	13892124060	
4					
5					
6					

附件

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱青
	职称: 副主任医师
	工作单位: 宝鸡市人民医院
项目信息	项目名称: 延安大学附属医院飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 设备维保服务项目
	供应商名称: 陕西嘉天医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 属于医院的大型设备, 其价格昂贵, 结构复杂, 为保障设备的开机率及正常使用, 购买维保很有必要, 且设备的球管是设备的核心部件, 属于高值耗材类, 由曝光次数决定其寿命, 为保障核心部件的更换渠道, 与主机的兼容性, 整体设备的售后服务, 建议采购人购买原厂维保服务。</p>
专业人员签字	朱青 日期: 2024年5月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘健
	职称:	副主任医师
	工作单位:	延安市中心医院
项目信息	项目名称:	延安大学附属医院飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 设备维保服务项目
	供应商名称:	陕西嘉天医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 血管机作为公司较新产品, 为确保配件的质量和维修和故障后的及时修复性, 同意采用原厂进行维修, 而陕西嘉天医疗科技有限公司作为飞利浦血管机全线产品延安市的授权代理商, 故同意采用原厂产品进行维修。</p>	
专业人员签字	刘健	日期: 2024年 5月 31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘巧玲	
	职称: 医学工程技师	
	工作单位: 宝塔区医疗保障经办机构	
项目信息	项目名称: 延安大学附属医院飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 设备维保服务项目	
	供应商名称: 陕西嘉天医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	延安大学附属医院飞利浦 Azurion 7M20 Flexmove 设备维保服务项目, 为满足其服务配套的要求, 飞利浦公司授权陕西嘉天医疗科技有限公司为陕西省延安市的唯一服务授权, 故, 本次采购项目建议采用单一来源采购, 供应商为陕西嘉天医疗科技有限公司。	
专业人员签字	刘巧玲	日期: 2024年5月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

## 单一来源采购方式论证意见结论表

项目信息	项目名称：延安大学附属医院飞利浦 Azurion 7M20 FIexmove 设备维保服务项目
	供应商名称：陕西嘉天医疗科技有限公司
论证时间	2024年5月31日
论证意见	<p>延安大学附属医院飞利浦Azurion 7M20 FIexmove设备的维保服务项目，为了保证设备故障后的处理及时性和更换配件的配件质量可靠性，经专家组讨论论证，一致认为采用原厂维保，而陕西嘉天医疗科技有限公司作为飞利浦血管机全线产品在延安市的授权代理商，故，建议采用单一来源方式进行维保采购。</p>
专家签字	刘建. 刘青 刘233/2