



单一来源采购方式专业人员综合论证意见

项目信息	项目名称：商洛市中心医院超声诊断仪探头采购项目
	供应商名称：上海申卓国际贸易有限公司
日期	2024年8月14日
专业人员综合 论证意见	<p>因所拟申请采购的物品为医院目前正在使用的飞利浦EPI7主机的探头，因专机专用，国内市场难以与之能配套使用的探头，为保证整机的兼容性与正常运作，建议由主机生产厂商的授权代理上海申卓国际贸易有限公司采取单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	 
采购人签字	


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	负其民	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	武警陕西总队医院	
项目信息	项目名称:	商洛市中心医院超声诊断仪探头采购项目	
	项目采购预算:	50 万元	
	供应商名称:	上海申卓国际贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位以往什么采购的超声探头，需求与旧设备飞利浦B型超声诊断仪相匹配，经已检查旧设备新的兼容性。需要采用单一来源方式，与旧设备的唯一供应商上海申卓国际贸易有限公司采购。</p>		
专业人员签字	负其民	2024年8月14日	
专业人员与项目专业相关性声明	本人所从事专业与本项符合。		

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王安生	
	职称: 高工	
	工作单位: 西安交大-PI医院	
项目信息	项目名称: 商洛市中心医院超声诊断仪探头采购项目	
	项目采购预算: 50 万元	
	供应商名称: 上海申卓国际贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>因所拟购买的超声诊断仪探头为同属医院正在使用的飞利浦 EPIQ7 主机的配套使用的物品, 同属国内市场与之可配套使用的探头可使用为论证整机的兼容性故建议由生产厂家的授权代理上海申卓国际贸易有限公司采取单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字	王安生	2024 年 8 月 14 日
专业人员与项目专业相关性声明	本人所从事专业与本项目相符。	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王维伦	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 西安市第九医院	
项目信息	项目名称: 商洛市中心医院超声诊断仪探头采购项目	
	项目采购预算: 50 万元	
	供应商名称: 上海申卓国际贸易有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位所采购的超声波探头系为本院现有的飞利浦 EPIQ7 诊断仪专用配套使用的核心配件, 对所配的探头接口、软件配套、扫描角度与设备对接等唯一性极强。故请采用单一来源采购。建议由上海申卓国际贸易有限公司负责提供产品并负责安装调试、培训工作。</p>	
专业人员签字		2024 年 8 月 14 日
专业人员与项目专业相关性声明	<p>本人专业与项目专业符合。</p>	