



单一来源论证会议签到表

会议内容		日期			
汉滨区第一医院飞利浦UNIQ FDX数字减影血管机(含球管)订购 保养服务采购项目		2024.07.19	汉滨区第一医院会议室		
参加人员					
编号	姓名	单位名称	职称(职务)	签到时间	联系电话
1	周之良	安康市中医医院	主任医师	15:00	13772228718
2	李辉	市人民医院	主任医师	15:00	18209055352
3	魏文宇	市中医院	副主任医师	15:00	13659156902
4	高杰	汉滨区第一医院	主管药师	15:00	15229990690
5					

单一来源采购专家论证意见汇总表

采购单位	汉滨区第一医院		
项目名称	汉滨区第一医院飞利浦 UNIQ FD20 数字减影血管机（含球管）维修保养服务采购项目		
预算金额	240 万元		
采购方式	单一来源	论证时间	2024.07.19
专家 1	<p>论证意见：1. 飞利浦公司 DSA 的售后服务和配件（包括球管）未开放，必须有原厂授权后才能购买原厂配件和服务；</p> <p>2. 飞利浦 FD-20 血管机的球管和大部分配件的唯一供应商为原厂授权供应商，其他配件（包括球管）无法匹配；</p> <p>综上所述，建议本项目采取单一来源方式进行采购并实施。</p>		
专家 2	<p>论证意见：飞利浦 UNIQ FD20 数字减影血管机是进口精密大型设备，厂家维保技术保密，配件除原厂外均不通用，无替代品。</p> <p>建议采用原厂维修保养服务。</p>		
专家 3	<p>论证意见：本项目为飞利浦数字减影血管造影机（DSA）维修保养项目，拟采用单一来源方式采购，符合政府采购法相关规定，理由如下：</p> <p>1. 原厂保修具有雄厚的技术支撑；2. 原厂全新的配件库，保障了配件的适配性，使各项参数处于最佳状态；3. 具备完善的在线支持能力和软件的升级能力，保证设备处于最新状态。</p> <p>目前第三方售后尚不能完全满足要求，故建议采用单一来源采购方式。</p>		
论证专家小组签字： 			
采购单位意见并签字确认： 			

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	汉滨区第一医院		
项目名称	汉滨区第一医院飞利浦 UNIQ FD20 数字减影血管机（含球管）维修保养服务采购项目		
预算金额	240 万元		
采购方式	单一来源	论证时间	2024.07.19
<p>专家论证意见：</p> <p>1. 飞利浦公司 DSA 的售后服务和配件（包括球管）未放开，必须有原厂授权后才可以购买原厂配件和服务。</p> <p>2. 飞利浦 FD-20 血管机的球管和大部分配件的唯一供应商为原厂授权经销商，其他配件（包括球管）无法匹配。</p> <p>综上所述，建议本项目采取单一来源方式进行采购并实施。</p>			
论证专家单位	安康市中医医院	论证专家职称	副主任医师
论证专家签字	周之年	联系方式	13772228118

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	汉滨区第一医院		
项目名称	汉滨区第一医院飞利浦 UNIQ FD20 数字减影血管机（含球管）维修保养服务采购项目		
预算金额	240 万元		
采购方式	单一来源	论证时间	2024. 07. 19

专家论证意见：

本项目为飞利浦数字减影血管造影（DSA）维修
保养项目，拟采用单一来源采购。符合政府采购法相关规定
理由如下。

1. 原厂维修具有雄厚的技术支持。
2. 原厂全新的配件库，保障了配件的适配性，经各
次考核处于最佳状态。
3. 具备完善的在线支持能力和软件升级自助，该
设备处于最佳状态。

目前市场上尚不能定量满足需求，故建议采用单一来源采购。

论证专家单位	市人民医院	论证专家职称	主任医师
论证专家签字	李峰	联系方式	15209115352

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	汉滨区第一医院		
项目名称	汉滨区第一医院飞利浦 UNIQ FD20 数字减影血管机（含球管）维修保养服务采购项目		
预算金额	240 万元		
采购方式	单一来源	论证时间	2024.07.19
<p>专家论证意见：</p> <p>飞利浦 UNIQ FD20 数字减影血管机是进口精密大型设备，厂家维保技术保密，配件除原厂外均不通用，无替代品。</p> <p>建议采用原厂维修保养服务。</p>			
论证专家单位	安康市中医医院	论证专家职称	副主任技师
论证专家签字	魏文存	联系方式	13669156902