



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李汉学
	职称: 副主任医师
	工作单位: 交大二附院
项目信息	项目名称: 西门子双源 CT 维保服务 (三年全保) 项目
	项目采购预算: 660 万元
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目采购西门子双源CT维保服务的对象是大型医疗设备, 其结构复杂, 配件多为专用, 对其维修必须经具备: 1) 有合法渠道获取的维修资料; 2) 维修工程师经过厂家培训并获取证书; 3) 有正规的配件来源渠道。经论证该供应商能满足以上要求, 因此, 该项目具备单一来源采购的要求。该项目由设备生产商“西门子医疗系统有限公司”提供服务。</p>
专业人员签字	 2024年8月5日
专业人员与项目专业相关性声明	本人专业与项目相关

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 巩五虎	
	职称： 主任法医师	
	工作单位： 西安市公安局刑侦局	
项目信息	项目名称： 西门子双源 CT 维保服务（三年全保）项目	
	项目采购预算： 660 万元	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>西安市儿童医院采购“西门子双源CT维保服务(三年全保)项目，西门子双源CT在该医院使用已四年轻，大型精密医疗设备维保必须由具备专业人员实施，按设备厂商原厂培训，持有培训证书，更换的设备备件必须是原厂全新部件。经市场调研不可、目前第三方维修不能保证达到实际工作要求”。本项目由设备厂商“西门子医疗系统有限公司”提供维保服务，符合单一来源方式采购要求。</p>	
专业人员签字		2024年 8月 5日
专业人员与项目专业相关性声明	<p>医疗设备专业，与本项目相关。</p>	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许淑娥
	职称: 主任技师
	工作单位: 陕西省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 西门子双源 CT 维保服务 (三年全保) 项目
	项目采购预算: 660 万元
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目是为该院在用的原装进口西门子双源CT (三年全保) 的购置与维保服务, 只有西门子原厂或维修机构能够提供原厂合法、渠道正规的、与现有设备安全匹配、完全兼容的维修配件, 以及取得西门子原厂正规培训学习, 具有相关技术资质认证的维修工程师, 只有专业人员能够获取合法的维修密码, 及时有效的提供货品和技术服务。故该项目符合单一来源采购方式。由西门子医疗系统有限公司提供</p>
专业人员签字	<p>许淑娥</p> <p>2024年8月5日</p>
专业人员与项目专业相关性声明	<p>医疗设备维修专业,</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 守守	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 西电集团医院	
项目信息	项目名称: 西门子双源 CT 维保服务 (三年全保) 项目	
	项目采购预算: 660 万元	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>西安市儿童医院单一来源项目“西门子双源CT维保服务(三年全保)项目, 由西门子原厂维护保养, 维修售后有保障, 配件来源及安装有保证, 符合单一来源采购条件。</p>	
专业人员签字	守守	2026年 8月5 日
专业人员与项目专业相关性声明	医疗设备。	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 聂晓邓
	职称: 律师
	工作单位: 陕西其源律师事务所
项目信息	项目名称: 西门子双源 CT 维保服务 (三年全保) 项目
	项目采购预算: 660 万元
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>申请单位拟采购的西门子双源 CT 维保服务 (三年全保) 属于原设备厂家维护保养, 只能从唯一供应商西门子医疗系统有限公司处采购。根据《政府采购法》中单一来源采购条件第一款“只能从唯一供应商处采购的”的相关规定, 该采购项目符合单一来源采购条件。</p>
专业人员签字	<p>聂晓邓</p> <p>2024年 8 月 5 日</p>
专业人员与项目专业相关性声明	本人专业与该项目相关

政府采购单一来源论证公示表

政府采购单一来源论证专家名单	姓名	工作单位	职称	专业
	李双学	交大二附院	副主任医师	医疗设备
	李守文	西电集团医院	主任医师	医疗设备
	许淑娥	陕西省肿瘤医院	主任医师	医疗设备
	巩五虎	西安市公安局刑侦局	主任法医师	医疗设备
	聂晓邓	陕西其源律师事务所	律师	法律
专家组论证意见	<p>本项目拟购的西门子双源CT维保服务对象为大型昂贵医疗设备。其结构复杂、技术先进、对配件多为专用。对其维保要求很高：1、必须有正规渠道的原厂配件；2、工程师必须经过原厂培训并取得合格；3、具有合法有效的维保密钥。目前，市场上常治维保无法满足以上要求。因此，该项目符合单一来源采购要求。</p> <p>本项目内设备生产商“西门子医疗系统有限公司”提供服务。</p>			
拟采购清单	序号	产品名称	数量	
	1	西门子双源 CT 维保服务（三年全保）项目	1 项	