

专家论证意见表

采购人名称	陕西省人民医院		
采购项目名称	主院区血管造影机保修服务续保采购项目		
拟采购供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
采购方式	单一来源采购		
专家论证意见:	<p>陈国斌认为本次拟采购的主院区血管造影机保修服务采购项目。因血管造影机为高端精密设备，陈国斌认为该设备目前在院使用的是西门子Artis zee ceiling DSA 设备为德国西门子子公司生产的原装进口产品。①该设备的配件采购为原厂配件，进入软件系统需输入密码钥匙。②维修人员需经过严格培训考试合格后方可操作。③为了保证配件采购渠道正规，密码钥匙的合法获取，设备得到及时精准维修，故建议采用单一来源方式采购该保修服务。</p> <p>④该项目由国内唯一的销售代理商西门子医疗系统有限公司提供服务。</p>		
论证专家单位	西安交大二附院	职称	副高
论证专家签字	康彦茹	论证时间	2024年9月11日

专家论证意见表

采购人名称	陕西省人民医院		
采购项目名称	主院区血管造影机保修服务续保采购项目		
拟采购供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
采购方式	单一来源采购		
专家论证意见：	<p style="font-size: 1.2em;"> 贵单位目前所用西门子 Artis zee ceiling DSA 设备为 德国西门子公司生产的原装进口产品，为了以后的维护维修 中所提供的软件及硬件由原厂提供，建议采用单一来源采购 维保服务，并由唯一销售代理商：西门子医疗 系统有限公司提供维保服务。 </p>		
论证专家单位	陕西省康复医院	职称	主任医师
论证专家签字	余文运	论证时间	2024年9月11日

专家论证意见表

采购人名称	陕西省人民医院		
采购项目名称	主院区血管造影机保修服务续保采购项目		
拟采购供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
采购方式	单一来源采购		
专家论证意见:	<p>陕西省人民医院主院区两台血管造影机已安装使用近十年，现设备需要购买维保服务。由于西门子 Artis zee ceiling DSA 是进口设备，其所需配件（球管、探测器等）需要于原装进口，西门子主机两套兼修，维修技术和有一定要求，为了保证配件能够及时供应，技术相适宜，建议采用单一来源的方式采购，由国内唯一销售代理，西门子医疗系统有限公司承担此项服务。</p>		
论证专家单位	西安交大一附院	职称	副主任医师
论证专家签字	马强	论证时间	2024年9月11日

专家小组综合论证意见表

采购人名称	陕西省人民医院
采购项目名称	主院区血管造影机保修服务续保采购项目
拟采购供应商名称	西门子医疗系统有限公司
采购方式	单一来源
论证时间	2024年9月11日

专家小组综合论证意见:

陕西省人民医院主院区两台西门子血管造影机已使用近十年。现因两台设备需购买维保服务。由于该配件（球管、探测器头）难以从其他渠道购入，维修技术也无法保证。为了使所带两配件能和主机配套，质量得到保证，建议采用单一来源方式采购。由国内唯一销售代理西门子医疗系统有限公司承担此项维保服务。

论证专家确认签字:

张军 刘伟 魏