

太白县医院DR机升级改造项目
(单一来源采购) 专家论证意见表

项目编号: FYZB-XC-2024-030

论证时间: 2024年9月27日

论证专家信息	姓名	何保强	职称	主任医师
	工作单位	西安市中心医院		
项目信息	项目名称	太白县医院DR机升级改造项目		
	采购人名称	太白县医院		
	项目预算	43万元		
	拟采购方式	单一来源采购		
	拟定供应商名称	北京博雅泰医药技术开发有限公司		
论证意见	该医院申请的佳能DR X光机升级改造项目,因原机印板及软件通讯损坏,其它品牌配件无法替代,故建议单一来源采购,并由北京博雅泰医药技术开发公司提供完成。			
论证专家签字	何保强	日期	2024年9月27日	
专业人员与项目专业相关性声明	相关专业			
备注: 以上论证意见由专业人员手工填写。				

太白县医院DR机升级改造项目
(单一来源采购) 专家论证意见表

项目编号: FYZB-XC-2024-030

论证时间: 2024年9月27日

论证专家信息	姓名	付新时	职称	付新时
	工作单位	太白县医院		
项目信息	项目名称	太白县医院DR机升级改造项目		
	采购人名称	太白县医院		
	项目预算	43万元		
	拟采购方式	单一来源采购		
	拟定供应商名称	北京博雅泰医药技术开发有限公司		
论证意见	该单位本次计划购置的项目为医院现有DR的零部件更换, 鉴于设备的匹配性和稳定性及设备的检查准确性, 建议采用单一来源采购, 确保设备的正常使用。需从本次唯一授权商北京博雅泰医药技术开发有限公司购置。			
论证专家签字	付新时	日期	2024年9月27日	
专业人员与项目专业相关性声明	相关专业人员。同类。			
备注: 以上论证意见由专业人员手工填写。				

太白县医院DR机升级改造项目
(单一来源采购) 专家论证意见表

项目编号: FYZB-XC-2024-030



论证时间: 2024年9月27日

论证专家信息	姓名	闫金萍	职称	主管技师
	工作单位	西安医学院		
项目信息	项目名称	太白县医院DR机升级改造项目		
	采购人名称	太白县医院		
	项目预算	43万元		
	拟采购方式	单一来源采购		
	拟定供应商名称	北京博雅泰医药技术开发有限公司		
论证意见	太白县医院DR机升级改造项目为现有的DR性能平板CXDI-410CW升级改造,具有唯一性和匹配性,保证图像优良,低X线剂量,为满足临床使用需求,匹配现有机器,建议此项目采用单一来源方式采购,且由唯一售后服务代理商北京博雅泰医药技术开发有限公司完成售后服务。			
论证专家签字	闫金萍	日期	2024年 9 月 27 日	
专业人员与项目专业相关性声明	相关专业。			
备注: 以上论证意见由专业人员手工填写。				

太白县医院DR机升级改造项目
专家小组综合论证意见书

项目编号: FYZB-XC-2024-030

论证时间: 2024年9月27日

论证情况说明	本项目于2024年9月27日进行论证。 论证小组共有3人组成,其中随机抽取的专家3名,采购单位代表0名,采购服务机构代表0名;各位专家对太白县医院DR机升级改造项目的单一来源采购方式进行论证,根据项目实际情况作出如下论证意见:	
综合论证意见	该医院申请的佳能DRX光机升级改造项目,因原机IP板及通讯软件损坏,其它品牌配件无法匹配,为保障机器正常运行,故建议单一来源采购,并由北京博雅泰医药技术开发公司提供完成。	
论证结论	经论证小组综合论证: 太白县医院DR机升级改造项目建议采用单一来源采购方式。	
论证小组成员 签字		论证时间: 2024年9月27日
采购人员 签字		论证时间: 2024年9月27日