

澄城县医院 CT 机球管采购项目  
单一来源论证专家签到表

时间：2024 年 09 月 04 日

序号	姓名	单位	职称（或职务）	联系电话
1	许学斌	陕西省肿瘤医院	主任医师	13319296225
2	杨琼燕	西安医学院	教授	15091897025
3	李双学	西安交大二附院	副主任医师	18192885076

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年09月04日

预算单位	澄城县医院			
使用单位	澄城县医院			
项目名称	澄城县医院 CT 机球管采购项目			
项目金额	180 万元			
专家 论证意见	<p>本项目采购的CT球管是为在用的原装进口飞利浦CT所购置的主要维修配件，对技术参数、物理尺寸等有着严格的要求。只有使用原厂同品牌、同规格的球管才能保证与现有设备的完全匹配和兼容，保证设备图像质量及设备的安全运行。为得证该项目的顺利开展，建议该项目采用单一来源方式进行采购。</p> <p>由取得该项目合法授权的“陕西楷腾电子科技有限公司”提供货源和相关技术服务。</p>			
	专家姓名	许海斌	职称	副主任医师
	工作单位	陕西省肿瘤医院		

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年09月04日

预算单位	澄城县医院		
使用单位	澄城县医院		
项目名称	澄城县医院 CT 机球管采购项目		
项目金额	180 万元		
专家 论证意见	<p>本项目拟购的 Philips Incisive CT 球管是该设备的专用核心部件，市场第三方产品目前尚无法与之完全匹配，因此建议本项目单一来源采购。</p> <p>该项目由 Philips 公司授权销售代表“陕西楷腾电子科技有限公司”提供产品。</p>		
	专家姓名	李强	职称
工作单位	西安交大-25012		

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年09月04日

预算单位	澄城县医院			
使用单位	澄城县医院			
项目名称	澄城县医院 CT 机球管采购项目			
项目金额	180 万元			
专家 论证意见	<p>澄城县医院现有 PHILIPS Incisive CT 一台。拟采购与之匹配的 CT 机球管，为确保设备使用电气安全且图像质量稳定。获得准确的临床诊断结果。同意以单一来源方式采购该 CT 球管。陕西楷腾电子科技有限公司为取得飞利浦合法授权的经销商，由该公司为该项目的唯一供应商。</p>			
	专家姓名	杨群燕	职称	教授
	工作单位	西安医学院		